

**Wszyscy zainteresowani
postępowaniem przetargowym
na Dostawę drobnego sprzętu medycznego
jednorazowego użytku do Szpitala Powiatowego im.
PCK w Nisku**

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03/08/2016 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetarg nieograniczony, na: **Dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 5 poz. 2, 11, 16-18 do osobnego zadania co zwiększy konkurencyjność prowadzonego postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie oferentów a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi SIWZ?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w ramach pakietu nr 5 poz.6 kompletu pościeli z poszewką o wymiarowaniu 70 x 80 cm?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w ramach pakietu nr 5 poz. 3 prześcieradła o wymiarowaniu 0,5 x 50 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w ramach pakietu nr 5 poz. 14 i 15 serwet z włókniny SMS? TMS to nazwa włókniny SMS produkowanej dla jednej z firm.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
5. Pakiet nr 4, poz. 3. Prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnej części dla rękawic. Państwa zgoda pozwoli na złożenie wielu konkurencyjnych ofert i tym samym zapewni wybór najkorzystniejszej oferty oraz najlepsze wydatkowanie środków finansowych.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
6. Pakiet nr 4, poz. 3. Prosimy o dopuszczenie rękawiczek w kolorze niebieskim/fioletowym, gładkich z dodatkową teksturą na palcach, o grubości na palcu 0,10-0,12mm, o poziomie AQL ≤ 1.5 (informacja fabrycznie naniesiona na opakowaniu), zgodnych z norma EN 455, zgodność potwierdzona badaniami producenta, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374- cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420) odporne na przenikanie substancji chemicznych - tj. Sodium Hydroxide 40%, gdzie osiąga 6 poziom ochrony; n-Heptane, gdzie osiąga 5 poziom ochrony, siła zrywania przed i po starzeniu min. 6N, rozmiar XL- op. – 100 szt.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

7. Pakiet nr 4, poz. 3. Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby rękawice na opakowaniu posiadały fabryczne oznakowanie dotyczące zgodności z normą ASTM F 1671 i dopuszczenie przedłożenia w ofercie wykonanych badań wg normy ASTM F 1671.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

8. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1 – 3. Czy Zamawiający dopuści igły bezpieczne, wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, ścięte trójpłaszczyznowo, pokryte olejem silikonowym, osłona igły wykonana z polipropylenu w tym samym kolorze co końcówka igły, zgodnie z międzynarodowymi standardami, elastyczne końcówki Luer i Luer Lock z polipropylenu, igły całkowicie wykonane z materiałów wolnych od lateksu oraz PCV, sterylizowane tlenkiem etylenu, w rozmiarach: 18G x 38 mm, 20G x 38 mm; 21G x 38 mm, pakowane po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

9. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 9, 10. Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych Standard 26G oraz 27G z oddzielnie pakowaną, sterylną prowadnicą? Pozostałe parametry bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

10. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 29 – 33. Czy Zamawiający dopuści kaniule:

- poz. 29 - 16G 1,7 x 45 mm o przepływie 200 ml/min
- poz. 30 - 18G 1,3 x 45 mm o przepływie 95 ml/min
- poz. 31- 20G 1,1 x 32 mm o przepływie 65 ml/min
- poz. 32 - 22G 0,9 x 25 mm o przepływie 36 ml/min
- poz. 33 - 24G 0,7 x 19 mm o przepływie 23 ml/min?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

11. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4, 5, 6, 25, 26, 27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu? Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów i uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

12. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 7, 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu? Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów i uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

13. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 6, 9, 10, 11. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek posiadających czarną, czytelną skalę rozszerzoną o min. 20% oraz kontrastujący niebieski tło. Dopuszczenie powyższego pozwoli na udział większej liczbie oferentów.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

14. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1, 2. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do pomp infuzyjnych o poj. 50 ml ze skalą przedłużoną do 60 ml? Pojemność nominalna strzykawki do pomp infuzyjnych to 50 ml, a skala widoczna na cylindrze strzykawki jest rozszerzona do 60 ml. W myśl normy oznaczona pojemność 60 ml jest tzw. całkowitą pojemnością wyskalowaną, która może być równa lub większa od pojemności nominalnej. Dla pełnej informacji często podaje się pojemność zapisując pojemność nominalną i w nawiasie pojemność wyskalowaną (o ile jest inna) np. 50 (60 ml).

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

15. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 8, 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu? Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów i uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

16. Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitylowe, bezpudrowe, teksturowane na palcach, spełniające normy ASTM F 1671, EN 455-1,2,3 oraz EN 374-1,2,3, oznaczone na opakowaniu jako wyrób medyczny kl. I oraz środek ochrony indywidualnej kl. III, z podanymi na

opakowaniu poziomami ochrony na min. 25 substancji chemicznych. AQL-1. Grubość: dłon w mm 0,07 ± 0,01 czubki palców mm 0,10 ± 0,01 rękaw mm 0,06 ± 0,01?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Pytanie dotyczy pozycji nr 3. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

17. Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu? Wydzielenie tej pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów i uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

18. Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 40-48, 65, 66. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu? Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów i uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

19. Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie elektrod prostokątnych o wymiarach 42 x 56 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie elektrod prostokątnych o wymiarach 42 x 56 mm.

20. Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 8, 9, 14, 23, 30, 39, 42, 48, 56, 57. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu? Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

21. Dotyczy Pakietu nr 15 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu? Wydzielenie tej pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów i uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

22. Pakiet 5, poz. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do odrębnego pakietu lub na zaoferowanie krótkich spodni do kolonoskopii z rozcięciem?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

23. Pakiet 5, poz. 4: czy Zamawiający wymaga fartucha jałowego, czy niejałowego?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający wymaga fartucha niejałowego.

24. Pakiet 5, poz. 5: czy Zamawiający wymaga fartucha jałowego, czy niejałowego?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający wymaga fartucha niejałowego.

25. Pakiet 5, poz. 7: czy Zamawiający dopuści koszulę w kolorze niebieskim wykonaną z włókniny o gramaturze 35g/m²?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

26. Pakiet 5, poz. 8: czy Zamawiający dopuści majtki pakowane á 10 z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

27. Pakiet 5, poz. 12: czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 210 x 160 cm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

28. Pakiet 5, poz. 13: czy Zamawiający dopuści prześcieradło w roli bibułowo-foliowe o długości 40 m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.

29. Pakiet 5, poz. 17: czy Zamawiający dopuści ubrania, w których bluzy mają 3 kieszenie, a spodnie mają w pasie trok?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

30. Pakiet 5, poz. 18: czy Zamawiający dopuści ubrania, w których bluzy mają 3 kieszenie, a spodnie mają w pasie trok?

- Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.**
31. Pakiet 5, poz. 16-18: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podana gramatura włókniny, z której wykonane są komplety była wartością minimalną?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
32. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 w pozycji 4 dopuści zestaw do punkcji jamy opłucnej z igłą Veressa, cewnikiem z poliuretanu, z układem automatycznych zastawek jednokierunkowych, strzykawką luer lock 60ml, workiem do drenażu 2000 ml z kranikiem spustowym, skalpelem?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
33. Pakiet 28. Czy Zamawiający wydzieli poz. 9 do osobnego pakietu?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
34. Pakiet 28. Jaka ilość wgłębień i rzędów w poz. 11 jest oczekiwana przez Zamawiającego?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Należy zaoferować płyty na 40 testów (8 x 5).
35. Pakiet 28. Czy Zamawiający w poz. 13 i 14 dopuści próbówki wykonane z PP lub PS?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
36. Pakiet 28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na połączenie poz. 17 z 29 i zaproponowanie zestawu składającego się z probówek i rurek?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
37. Pakiet 28. Czy Zamawiający w poz. 23 dopuści próbówki o pojemności 10 ml o wymiarach 16 x100?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
38. Pakiet 28. Czy Zamawiający w poz. 27 miał na myśli próbówki na 200 µl krwi?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
39. Pakiet 28. Czy Zamawiający w poz. 30 dopuści szkiełka nakrywkowe o wymiarach 18 x 18 mm?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
40. Pakiet nr 5, pozycja 1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bokserek z krótką nogawką z rozcięciem?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
41. Pakiet nr 5, pozycja 2, 11. Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
42. Pakiet nr 5, pozycja 6. Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z poszwą w rozmiarze 160 x 210 cm, poszewką 70 x 80 cm, prześcieradłem 150 x 210 cm?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
43. Pakiet nr 5, pozycja 7. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli o gramaturze 45g/m² wykonanej z włókniny Spunlace spełniającej pozostałe parametry z SIWZ?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
44. Pakiet nr 5, pozycja 8. Czy Zamawiający dopuści majtki medyczne wykonane z włókniny polipropylenowej pakowane w op. á 10 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
45. Pakiet nr 5, pozycja 8. Czy Zamawiający dopuści majtki medyczne wykonane z włókniny SMS w rozmiarze XL pakowane w op. á 10 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
46. Pakiet nr 5, pozycja 14. Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z nieprzemakalnego laminatu w rozmiarze 100 x 150 cm?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
47. Pakiet nr 5, pozycja 15. Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z nieprzemakalnego laminatu w rozmiarze 210 x 150 cm?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

48. Pakiet nr 5, pozycja 14-15. Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m²?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
49. Pakiet nr 5, pozycja 16. Czy Zamawiający dopuści ubranie z włókniny SMS 35g/m², spodnie wiązane na troki, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
50. Pakiet nr 5, pozycja 17. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania z włókniny SMS 35g/m², koszula z krótkim rękawem, wycięciem „V” pod szyją i z 3 kieszeniami + spodnie wiązane na troki, kolor niebieski, rozmiar S-XXL.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
51. Pakiet nr 5, pozycja 17. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji koszuli pacjenta wykonanej z włókniny SMS o gramaturze 33 g/m² z krótkim rękawem, wiązanej na białe troki w talii oraz na szyi, łatwej do zakładania i zdejmowania u pacjentów leżących, rozmiar uniwersalny, w kolorze niebieskim?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
52. Pakiet nr 5, pozycja 18. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania z włókniny SMS 35g/m², koszula z krótkim rękawem, wycięciem „V” pod szyją i z 3 kieszeniami + spodnie wiązane na troki, rozmiar S-XXL.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
53. Pakiet nr 3, poz. 10. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza strzykawki pakowane po 80 szt.
54. **Pakiet 10, poz. 2.** Prosimy o dopuszczenie: Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,999%, bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe o powierzchni 11,05 cm², przestrzeń martwa: 20 ml, opory przepływu: 1,9 cm H₂O przy 30 l/min., objętość oddechowa Vt 150-1000 ml, waga 15 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno 45 stopni, z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, kodowany kolorystycznie kolorem żółtym.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
55. **Pakiet nr 10 poz. 3.** Prosimy o dopuszczenie: Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,999 %, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni 900 cm², poziom nawilżania 31 mg H₂O przy VT = 250 ml, medium filtracyjne hydrofobowe o powierzchni 11,05 cm², przestrzeń martwa: 26 ml, opory przepływu: 2,1 cm H₂O przy 30 l/min., objętość oddechowa Vt 150-1000 ml, waga 21 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno 45 stopni, z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
56. **Pakiet nr 10 poz. 4.** Prosimy o dopuszczenie: Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych o skuteczności nawilżania 29,2 mg H₂O przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 10 ml, waga 6,3 g, sterylny, pozostałe parametry jak w siwz.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
57. Pakiet 10, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści dren do maski o długości 2,0 m?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
58. Pakiet 10, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o powierzchni filtracyjnej 25 cm², przestrzeni martwej 33 ml, o oporach przepływu 0,4 cm H₂O przy 30l/min, objętości oddechowej 150-1500 ml oraz wadzę 19 g, bez kodowania kolorystycznego?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.

59. Pakiet 10, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o nawilżaniu 32 mg/l przy $V_t=500$ ml, o przestrzeni martwej 53 ml, o oporach przepływu 0,4 cm H_2O przy 30l/min, o objętości oddechowej 150-1500 ml, masie 30g?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.

60. Pakiet 10, poz. 3 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni 900 cm^2 , poziom nawilżania 31 mg H_2O przy $VT = 250$ ml, medium filtracyjne hydrofobowe o powierzchni 11,05 cm^2 , z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej V_t , kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim”.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.

61. Pakiet 10, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci z wkładem celulozowym o powierzchni >500 cm^2 , o skuteczności nawilżania 28,5 mg/l H_2O przy $V_t = 500$ ml, przestrzeni martwej 15 ml, wadze 8,4g?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.


62. Pakiet 10, poz. 4. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „z wkładem wykonanym z celulozy o powierzchni 545 cm^2 , z uniwersalnym portem tlenowym, wymiennik o konstrukcji zapewniającej także nawilżenie dopływającego tlenu, z samodomykającym się portem do odsysania pomiędzy dwoma membranami wymiennika, utrata wilgotności 8,4 mg H_2O przy V_t 500 ml, opór przepływu 0,25 cm H_2O przy 30 l/min”.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.

63. Pakiet nr 1, poz. 8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do punkcji prostaty 16G 1,60 mm x 200 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nisku

Henryk Przybycień

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nisku
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1
tel. (15) 8416703, fax (15) 8416704
NIP 865-20-74-945, REGON 000306680

