

Wszyscy zainteresowani postępowaniem
przetargowym na dostawę aparatu rentgenowskiego
z ramieniem C do Szpitala Powiatowego
im. PCK w Nisku

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23/11/2016 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawę aparatu rentgenowskiego z ramieniem C do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Dotyczy Aparatu RTG z ramieniem C - Zadanie 1

1. GENERATOR punkt 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Aparat RTG z ramieniem C, którego moc generatora wynosi 20 kHz?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
2. GENERATOR punkt 10. Czy Zamawiający zrezygnuje z punktowania parametru „Prąd skopii ciągłej / impulsowej min. 8 mA”. Uważamy, i że 8mA jest wystarczające do procedur jakie będzie przeprowadzał Zamawiający, dlatego prosimy o rezygnację z punktacji.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
3. GENERATOR punkt 12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Aparat RTG z ramieniem C, który posiada tylko prąd radiografii cyfrowej, ale o parametrze znacznie wyższym od wymaganego przez Zamawiającego, bo 20 mA?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
4. GENERATOR punkt 14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Aparat RTG z ramieniem C, którego zakres napięć fluoroskopii i radiografii wynosi 36-110 kV?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
5. GENERATOR punkt 15. Czy Zamawiający wymaga, aby Aparat RTG z ramieniem C, posiadał możliwość wyboru szybkiego trybu obrazowania skopii ciągłej i impulsowej z panelu dotykowego do sterowania ramieniem C?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.
6. GENERATOR punkt 16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Aparat RTG z ramieniem C, który posiada możliwość wyboru skopii pulsacyjnej w zakresie 1, 2, 4, 8 p/s i zrezygnuje z punktacji tego parametru? W przypadku skopii pulsacyjnej w zakresie 1 do 20 lub więcej, zageszczenie pulsów sprawia, że skopia pulsacyjna nie powoduje znaczącej redukcji dawki, a takie właśnie funkcje ma spełniać.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
7. GENERATOR punkt 17. Czy Zamawiający zrezygnuje z parametru kontroli czasu trwania pulsu?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
8. LAMPA X-RAY punkt 18. Czy Zamawiający zrezygnuje z punktacji przy parametrze „Lampa ze stacjonarną lub wirującą anodą”?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

9. LAMPA X-RAY punkt 21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Aparat RTG z ramieniem C, którego pojemność cieplna anody wynosi 46 kWh?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
10. LAMPA X-RAY punkt 23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Aparat RTG z ramieniem C, którego szybkość chłodzenia anody wynosi 48 kWh/min? Parametr ten jest nieznacznie mniejszy od wymaganego przez Zamawiającego.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
11. LAMPA X-RAY punkt 27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Aparat RTG z ramieniem C bez automatycznego ustawienia filtrów kompensacyjnych?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
12. WÓZEK Z RAMIENIEM C punkt 42. Czy Zamawiający w punkcie specyfikacji „Uchwyt na wzmacniaczu obrazu do łatwego pozycjonowania ramienia podczas zabiegu”, zrezygnuje z punktacji jeżeli uchwyt nie posiada przycisku zwalniającego wszystkie blokady i umożliwiający ręczne manipulowanie ramieniem? Zapis taki narusza zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, tym samym uniemożliwiając złożenia konkurencyjnej oferty.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
13. MONITOR WIZYJNY punkt 52. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Aparat RTG z ramieniem C, którego kat widzenia obrazu wynosi 160°?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
14. MONITOR WIZYJNY punkt 54. Czy Zamawiający w punkcie specyfikacji „Ilość obrazów wyświetlana na monitorze min. 4” zmieni zasady punktacji na: 4-8 obrazów - 0 pkt, 9-12 obrazów - 5 pkt?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
15. MONITOR WIZYJNY punkt 68. Czy Zamawiający wymaga aby Aparat RTG z ramieniem C, posiadał dwa kolorowe ekrany dotykowe z interfejsem użytkownika znajdujące się z obu stron wózka z Ramieniem C do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu oraz z podglądem obrazu żywego dla technika?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.
16. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU . Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który posiada na terenie Polski serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w pełnym zakresie, świadczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta sprzętu?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
17. PROJEKT UMOWY §5. Kary umowne. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu Umowy §5. Kary umowne, punkt 1, podpunkt 2 na poniższy:
„- 0,1 % wartości zamówienia netto za każdy dzień zwłoki w dostawie po planowanym terminie dostawy, jednak nie więcej niż 10% wartości zamówienia netto”
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nisku
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1
tel. (15) 8416703, fax (15) 8416704
NIP 865-20-74-945, REGON 000306680

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nisku
Roman Ryżnar
Roman Ryżnar

