

Wszyscy zainteresowani postępowaniem  
przetargowym na dostawę, montaż i uruchomienie  
aparatu cyfrowego rtg telekomando  
do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

**ODPOWIEDŹ**  
na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29/11/2018 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego, na: **Dostawę, montaż i uruchomienie aparatu cyfrowego rtg telekomando do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Pytanie 1. Dotyczy pkt 8. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG renomowanego producenta wyposażony w blat o rozmiarach 210 x 80 cm? Oferowany blat posiada możliwość przesuwu poprzecznego oraz wzdłużnego co zwiększa możliwości obrazowania pacjenta bez jego repozycjonowania.  
**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.**
2. Pytanie 2. Dotyczy pkt 9. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG renomowanego producenta wyposażony we wklęsły blat stołu? Taka konstrukcja blatu ma za zadanie zapewnić większe bezpieczeństwo pacjenta umożliwiając łatwiejsze pozycjonowanie pacjenta oraz jego zabezpieczenie.  
**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.**
3. Pytanie 3. Dotyczy pkt 10. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG renomowanego producenta wyposażony w blat stołu zabezpieczony na dłuższych jego bokach oraz na jego kątach? Takie zabezpieczenie zwiększa trwałość blatu jednocześnie nie zakłóca pola obrazowania aparatu.  
**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.**
4. Pytanie 4. Dotyczy pkt 11. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG renomowanego producenta zapewniający bezpośredni, równoczesny dostęp do pacjenta na blacie z czterech stron w pozycji poziomej, bez obudów przewyższających wysokość ścianki? W praktyce dostęp do pacjenta jest możliwy z każdej strony aparatu.  
**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.**
5. Pytanie 5. Dotyczy pkt 12. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG renomowanego producenta z minimalną wysokością blatu w pozycji poziomej 50 cm? Różnica 3 cm jest pomijalna a wysokość 50 cm umożliwia wygodne wsiadanie pacjentów starszych i dzieci.  
**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza do postępowania aparat rtg z minimalną wysokością blatu w pozycji poziomej 50 cm.**
6. Pytanie 6. Dotyczy pkt 16. Szybkość pochylania stołu bezpośrednio wpływa na czas potrzebny na wykonanie badania (ustawienie aparatu do zdjęcia). Proponujemy wprowadzenie następującej punktacji: Największa zaferowana wartość - 5 pkt, wartość graniczna - 0 pkt, Pozostałe proporcjonalnie.  
**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.**
7. Pytanie 7. Dotyczy pkt 17. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG renomowanego producenta o blacie z przestrzenią przezierną 57 x 182 cm, przesuwem wzdłużnym +/- 80 cm oraz przesuwem układu lampa - detektor 108 cm?  
**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.**
8. Pytanie 8. Dotyczy pkt 18. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG renomowanego producenta o najniższym położeniu poziomego promienia centralnego łączącego ognisko lampy i środek detektora w pionowej pozycji blatu 55 cm? Różnica w stosunku do wymagań jest niewielka i nie ma wpływu na badania diagnostyczne, czy też codzienną pracę techników. Wymagana odległość 50 cm nie zapewni szerszego zastosowania aparatu podczas wykonywania badań w stosunku do wartości 55cm.  
**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza do postępowania aparat rtg o najniższym położeniu poziomego promienia centralnego łączącego ognisko lampy i środek detektora w pionowej pozycji blatu 55 cm.**
9. Pytanie 9. Dotyczy pkt 19. Poprzeczny przesuw blatu bezpośrednio wpływa na możliwości diagnostyczne aparatu i wykonywanie badań bez konieczności przemieszczania pacjenta na blacie. Proponujemy

wprowadzenie następującej punktacji: Największa zaoferowana wartość - 5 pkt, wartość graniczna - 0 pkt, Pozostałe proporcjonalnie.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.**

10. Pytanie 10. Dotyczy pkt 20. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczania dodatkowej konsoli w gabinecie badań? Oferowany aparat ze względu na swoją konstrukcję nie posiada takiego ustawienia, w którym możliwe byłoby zasłonięcie konsoli przy detektorze.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.**

11. Pytanie 11. Dotyczy pkt 22. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG renomowanego producenta o odległości pacjent - detektor 95 mm? Różnica 2 mm w stosunku do wartości wymaganej jest bardzo mała i nie ma wpływu na możliwości diagnostyczne aparatu.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza do postępowania aparat rlg o odległości pacjent - detektor 95 mm.**

12. Pytanie 12. Dotyczy pkt 23. Ze względu na coraz częściej występujący problem otyłości w społeczeństwie obciążalność blatu ścianki powinna być istotnym parametrem. Proponujemy wprowadzenie następującej punktacji: Największa zaoferowana wartość - 5 pkt, wartość graniczna - 0 pkt, Pozostałe proporcjonalnie.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.**

13. Pytanie 13. Dotyczy pkt 25. Odległość SID jest istotna w szczególności gdy konieczne byłoby wykonanie zdjęcia klatki piersiowej z odległości 180 cm. Proponujemy wprowadzenie następującej punktacji: Największa zaoferowana wartość - 5 pkt, wartość graniczna - 0 pkt, Pozostałe proporcjonalnie.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej punktacji i jednocześnie informuje, że dokonał modyfikacji zapisów SIWZ w Załączniku nr 1 do SIWZ dotyczących tabeli, pozycja nr 25. W tabeli było:**

25	Odległość SID min. SID $\leq$ 115 cm, max. SID $\geq$ 150 cm.	Tak, podać		
----	---	------------	--	--

**Po wprowadzonej modyfikacji jest:**

25	Odległość SID min. SID $\leq$ 115 cm, max. SID $\geq$ 180 cm.	Tak, podać		
----	---	------------	--	--

**Zmodyfikowana treść SIWZ została zamieszczona w dniu 30/11/2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego [www.szpital-nisko.pl](http://www.szpital-nisko.pl) w zakładce przetargi.**

14. Pytanie 14. Dotyczy pkt 26. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG renomowanego producenta o zakresie kątów projekcji skośnych +/- 40°?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.**

15. Pytanie 15. Dotyczy pkt 33. Rozdzielczość maksymalna detektora wpływa na ilość detali widocznych na zdjęciu oraz jego dokładność. Proponujemy wprowadzenie następującej punktacji: Największa zaoferowana wartość - 5 pkt, wartość graniczna - 0 pkt, Pozostałe proporcjonalnie.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.**

16. Pytanie 16. Dotyczy pkt 39. Prędkość akwizycji obrazów dla fluoroskopii pulsacyjnej ma wpływ na płynność obrazu podczas badania w związku z czym nie jest obojętne dla jego interpretacji. Proponujemy wprowadzenie następującej punktacji: Największa zaoferowana wartość - 5 pkt, wartość graniczna - 0 pkt, Pozostałe proporcjonalnie.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.**

17. Pytanie 17. Dotyczy pkt 83. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG renomowanego producenta o zakresie skręcenia kołpaka +180° / - 135°? Przy proponowanym zakresie istnieje możliwość wykonania wszystkich badań, także tych wymagających odchylenia promienia centralnego wiązki RTG od poziomu do 45° w górę. Większe kąty skręcenia kołpaka będą skutkowały skierowaniem lampy na sufit co nie jest diagnostycznie uzasadnione. W postępowaniu brak jest wymogu ścianki płucnej przy zastosowaniu której konieczne byłoby wykorzystanie odchylenia lampy o 180 stopni.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.**

18. Pytanie 18. Dotyczy pkt 84, 86. W związku z opisaniem tego samego punktu dwukrotnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie pkt 84 ponieważ zakres wyszczególniony w pkt 86 zapewnia pokrycie wszystkich możliwych pozycji kolimatora ze względu na jego kwadratowy kształt.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.**

19. Pytanie 19. Dotyczy pkt 93. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG renomowanego producenta wyposażony w podnózek pacjenta możliwy do zamontowania w 4 różnych pozycjach po obu stronach blatu aparatu? Jest to rozwiązanie zapewniające możliwość wykonania wszystkich pożądaných ekspozycji.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nisku  
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1  
tel. (15) 8416703, fax (15) 8416704  
NIP 665-20-74-943, REGON 000306600

p.o. Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Nisku

*Roman Ryznar*

Strona 2 z 2