

Wszyscy zainteresowani postępowaniem
przetargowym na dostawę, montaż i uruchomienie
zestawu endoskopowego
do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30/11/2018 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Dostawę, montaż i uruchomienie zestawu endoskopowego do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. DOTYCZY PROJEKTU UMOWY - ZAŁ. NR 9 §3 UST. 4. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji serwisu z 48 godzin na 72 godziny w dni robocze.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu z 48 godzin na 72 godziny w dni robocze.
2. DOTYCZY PROJEKTU UMOWY - ZAŁ. NR 9 §3 UST. 5. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie czasu naprawy/usunięcia uszkodzeń do 7 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części do 14 dni roboczych od chwili zdiagnozowania usterki.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy/usunięcia uszkodzeń do 7 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części do 14 dni roboczych od chwili zdiagnozowania usterki.
3. DOTYCZY PROJEKTU UMOWY - ZAŁ. NR 9 §3 UST. 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie dostępność części zamiennych do co najmniej 8 lat?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
4. DOTYCZY PROJEKTU UMOWY - ZAŁ. NR 9 §3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „Pod rygorem utraty gwarancji Zamawiający nie może dokonywać jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych oraz samodzielnych napraw w dostarczonym sprzęcie bez porozumienia z Wykonawcą”.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w §3 projektu umowy następującego zapisu: „Pod rygorem utraty gwarancji Zamawiający nie może dokonywać jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych oraz samodzielnych napraw w dostarczonym sprzęcie bez porozumienia z Wykonawcą”
5. DOTYCZY PROJEKTU UMOWY - ZAŁ. NR 9 §3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu o poniższej treści:
„Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady dostarczanego urządzenia wynikłe wskutek:
a) eksploatacji wyposażenia przez Zamawiającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, nie stosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich,
b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby, uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi, siłą wyższą np. powódź, zalania pożar”.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w §3 projektu umowy dodatkowego zapisu o poniższej treści:
„Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady dostarczanego urządzenia wynikłe wskutek:

- a) eksploatacji wyposażenia przez Zamawiającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, nie stosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich,
- b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby, uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi, siłą wyższą np. powódź, zalania pożar”.
6. DOTYCZY PROJEKTU UMOWY - ZAŁ. NR 9 §5. Prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 5% na 2,5% oraz z 0,15% na 0,1%.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
7. DOTYCZY PROJEKTU UMOWY - ZAŁ. NR 9 §5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu o poniższej treści: „W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych”?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu o poniższej treści: „W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych”
8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o przesunięcie godziny składania ofert (np. na godzinę 12:00), w celu zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu na przygotowanie i złożenie ofert.
Uzasadnienie:
Pytanie kierujemy ze względu na zmieniające się w okresie jesienno-zimowym, trudne warunki atmosferyczne, za które Wykonawca nie odpowiada, a które mają wpływ na opóźnienie dostarczenia oferty przetargowej do siedziby Zamawiającego.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytania dokonał modyfikacji zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Załącznika nr 9 (Projekt umowy). Treść zmodyfikowanej SIWZ zamieszczona została w dniu 30/11/2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-nisko.pl w zakładce przetargi.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nisku
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1
tel. (15) 8416703, fax (15) 8416704
NIP 865-20-74-945, REGON 000306680

Dł. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nisku
Roznar
Roman Ryznar