

Wszyscy zainteresowani postępowaniem
do dostawę dwóch kardiomonitorów
do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku


ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02/12/2016 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) (zwanej dalej „ustawą Pzp”) w trybie zapytania ofertowego, na: dostawę dwóch kardiomonitorów do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Zamawiający wymaga kabla EKG 3 żyłowego (pkt 20) oraz jednoczesnej obserwacji min. 6 odprowadzeń EKG (pkt. 10). Czy w związku z tym Zamawiający wymaga możliwości jednoczesnej obserwacji na ekranie kardiomonitora min. 6 odprowadzeń EKG z kabla 3 żyłowego?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
2. Czy Zamawiający w celu eliminacji hałasu i awarii wymaga aby kardiomonitory były chłodzone konwekcyjnie?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza aby kardiomonitory były chłodzone konwekcyjnie.
3. Czy opisana w pkt. 15 pamięć wszystkich krzywych dynamicznych z min. 72 h oznacza wymóg ciągłego zapisu w pamięci kardiomonitora min. 6 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVr, aVl, aVf) wraz z falą pletyzmograficzną od saturacji i falą oddechu z okresu min. 72 godzin?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
4. Czy opisany w punkcie 19 wymóg wbudowanego złącza USB do przenoszenia wszystkich danych z pamięci kardiomonitora, z możliwością odtworzenia w komputerze użytkownika oznacza możliwość przeniesienia wszystkich zapisanych w pamięci kardiomonitora krzywych dynamicznych i trendów z okresu min. 72 godzin do PC użytkownika poprzez Pendrive?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
5. Czy Zamawiający dopuści dostawę najpóźniej do 12.12.2016 ponieważ określona w postępowaniu data przypada w sobotę?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.

Informujemy, że stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nisku

Roman Ryznar

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nisku
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1
tel. (15) 8416703, fax (15) 8416704
NIP 865-20-74-945, REGON 000306680