

Wszyscy zainteresowani postępowaniem
przetargowym na dostawę i uruchomienie
stacjonarnych aparatów ultrasonograficznych
z kolorowym Dopplerem
w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 01/08/2018 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: **Dostawę i uruchomienie stacjonarnych aparatów ultrasonograficznych z kolorowym Dopplerem w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku**. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Zadanie nr 1 - Dostawa i uruchomienie stacjonarnego aparatu USG z kolorowym Dopplerem i obrazowaniem 2D w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku:

1. Dotyczy pkt 14. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, który posiada głowicę convex pracującej w częstotliwościach 2.0-8.0 MHz, posiadającej 192 elementy akustyczne (parametry wyższe od wymaganych) o polu widzenia 58 stopni?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

2. Dotyczy pkt 15. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, który posiada głowicę endowaginalną pracującą w częstotliwościach 4.0-9.0 MHz, posiadającą 128 elementy akustyczne o promieniu krzywizny główki 10,073 mm i kącie skanowania 148,92 stopni? Tak minimalne różnice nie mają wpływu na jakość i interpretację obrazu diagnostycznego.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

3. Dotyczy pkt 26. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, który nie posiada wymienionego w punkcie oprogramowania? Darmowe oprogramowanie IOTA można znaleźć na stronach internetowych.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

4. Dotyczy pkt 38. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny w wielu punktach znacznie przewyższający wymagania, który nie posiada wymienionego w punkcie oprogramowania?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

5. Dotyczy pkt 40. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, który posiada głowicę wolumetryczną z częstotliwością 4.0 - 8.0 MHz i polem skanowania 77,24 stopnie?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

6. Dotyczy pkt 41. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, który posiada głowicę wolumetryczną endowaginalną z kątem widzenia 150,6 stopnia?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

7. Dotyczy pkt 43. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, który posiada równoważne oprogramowanie występujące pod nazwą 5D VIEWER?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Ze względu na brak precyzyjnego opisu równoważności oprogramowania 5D VIEWER Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Zadanie nr 2 - Dostawa i uruchomienie stacjonarnego aparatu USG z kolorowym Dopplerem i obrazowaniem 3/4D z głowic wolumetrycznych w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku:

8. Dotyczy pkt 13. Zamawiając wymaga dynamiki systemu 264 dB, prosimy o dopuszczenie do postępowania aparatu klasy PREMIUM z regulowaną dynamiką 1-255 dB oraz z ponad 1.500.000 kanałami przetwarzania cyfrowego. Pragniemy zauważyć, iż oferowany przez nas aparat posiada możliwość regulacji w całym zakresie.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

9. Dotyczy pkt 19. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy PREMIUM, w wielu punktach znacznie przewyższający wymagania, który posiada głowicę convexową wolumetryczną z częstotliwością pracy 1.0-8.0 MHz, 192 elementami akustycznymi i kątem widzenia 70 stopni?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

10. Dotyczy pkt 23. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy PREMIUM w wielu punktach znacznie przewyższający wymagania, którym prędkość obrazowania dla 4D wynosi 13 obr/sek?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

11. Dotyczy pkt 27. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy PREMIUM, który posiada funkcję automatycznego pomiaru biometrii BPD, HC, AC i FL. Proszę o wyjaśnienie co oznacza parametr TN?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz. Parametr TN to przezierność karkowa wykonywana między 11 a 14 tygodniem ciąży.

12. Dotyczy pkt 40. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium, który posiada możliwość podtrzymania pracy ultrasonografu poprzez zintegrowaną, zewnętrzną baterię UPS?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

13. Dotyczy pkt 42. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy PREMIUM, który nie posiada aktualnie możliwości rozbudowy o oprogramowanie opisane w punkcie? Opcja będzie dostępna w niedalekiej przyszłości.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

14. Dotyczy pkt 45. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy PREMIUM w wielu punktach znacznie przewyższający wymagania, który posiada głowicę microconvex z częstotliwością pracy 4.0-9.0 MHz i kątem obrazowania 92 stopnie?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

15. Dotyczy pkt 49. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy PREMIUM, który nie posiada wymienionej funkcji?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nisku
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1
tel. (15) 8416703, fax (15) 8416704
NIP 865-20-74-945, REGON 000306680

Pr. Dy. ...
Samodzielny ...
Zespołu Zakładów ...
Roman Ryznar