

**Wszyscy zainteresowani postępowaniem na:
Świadczenie profesjonalnej opieki serwisowej
tomografu komputerowego Somatom Sensation 16
znajdującego się w Pracowni Tomografii
Komputerowej Szpitala Powiatowego
im. PCK w Nisku**

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16/12/2016 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) (zwanej dalej „ustawą Pzp”) w trybie zapytania ofertowego, na: **Świadczenie profesjonalnej opieki serwisowej tomografu komputerowego Somatom Sensation 16 znajdującego się w Pracowni Tomografii Komputerowej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. **Pytanie dotyczy Załącznika nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu – opis przedmiotu zamówienia, pkt. 2 - Zakres przedmiotowy, ppkt. 12.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego podpunktu? Zgodnie ze specyfikacją techniczną przedmiotowego aparatu, model ten nie posiada paska napędowego gantry, co czyni wymóg nieadekwatnym do stanu faktycznego. Analogiczna modyfikacja miałaby miejsce w Załączniku nr 3 - Zakres Usług Serwisowych do Załącznika nr 6 – wzór (projekt umowy) do Ogłoszenia o zamówieniu.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.

2. **Pytanie dot. Załącznika nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu – opis przedmiotu zamówienia, pkt. 2 - Zakres przedmiotowy, ppkt. 21.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego podpunktu poprzez zmianę typu filtra na MCU? Zgodnie ze specyfikacją techniczną przedmiotowego aparatu, model ten wyposażony jest w filtr MCU. Analogiczna modyfikacja miałaby miejsce w Załączniku nr 3 - Zakres Usług Serwisowych do Załącznika nr 6 – wzór (projekt umowy) do Ogłoszenia o zamówieniu.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.

3. **Pytanie dot. Załącznika nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu – opis przedmiotu zamówienia, pkt. 2 - Zakres przedmiotowy, ppkt. 28.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego podpunktu? Zgodnie ze specyfikacją techniczną przedmiotowego aparatu, model ten wyposażony jest w bezobsługowe łożyska, które według wytycznych i zaleceń producenta nie wymagają ingerencji (smarowania) podczas prewencyjnych działań serwisowych. Analogiczna modyfikacja miałaby miejsce w Załączniku nr 3 - Zakres Usług Serwisowych do Załącznika nr 6 – wzór (projekt umowy) do Ogłoszenia o zamówieniu.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.

4. **Pytanie dot. Załącznika nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu – opis przedmiotu zamówienia, pkt. 2 - Zakres przedmiotowy, ppkt. 45.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od tego wymogu? Zwracamy uwagę, że aktualnie funkcjonującym standardem Wykonawcy dla przedmiotowego zakresu obsługi serwisowej jest czas pracy w dni powszednie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dopasowanie się do wymagań Zamawiającego wiąże się z zapewnieniem odpowiedniego personelu do wykonywania tych obowiązków w dni wolne od pracy, co znajdzie bezpośrednie odzwierciedlenie w oferowanej cenie. Analogiczna modyfikacja miałaby miejsce w Załączniku nr 3 - Zakres Usług Serwisowych do Załącznika nr 6 – wzór (projekt umowy) do Ogłoszenia o zamówieniu.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis Załącznika nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu – opis przedmiotu zamówienia , pkt. 2 zakres przedmiotowy, ppkt. 45.

5. **Pytanie dot. Załącznika nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu – opis przedmiotu zamówienia, pkt. 2 - Zakres przedmiotowy, ppkt. 48.** Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji do 24 godzin. Zwracamy uwagę, że aktualnie funkcjonującym standardem Wykonawcy w zakresie tego parametru dla przedmiotowego zakresu obsługi serwisowej jest czas reakcji 24 godzinny. Skrócenie go do 4 godzin wymagać będzie od Wykonawcy dodatkowych nakładów pracy i personelu, co znajdzie bezpośrednie odzwierciedlenie w oferowanej cenie. Analogiczna modyfikacja miałaby miejsce w par. 4 ust. 4 Załącznika nr 6 – wzór (projekt umowy) do Ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt 48 Załącznika nr 3 - Zakres Usług Serwisowych do Załącznika nr 6 – wzór (projekt umowy).

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.

6. **Pytanie dot. Załącznika nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu – opis przedmiotu zamówienia, pkt. 2 - Zakres przedmiotowy, ppkt. 49.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego podpunktu poprzez doprecyzowanie, a tym samym nadające mu brzmienie: „Czas reakcji przy urządzeniu w przypadku stwierdzonej konieczności przyjazdu inżyniera serwisu do 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia”? Pragniemy zauważyć, że wykorzystując do pracy narzędzie jakim jest zdalna diagnostyka Wykonawca jest w stanie niejednokrotnie spełnić przedmiotowe wymagania Zamawiającego posługując się tym narzędziem bez konieczności przyjazdu inżyniera do placówki Zamawiającego. Analogiczna modyfikacja miałaby miejsce w Załączniku nr 3 - Zakres Usług Serwisowych do Załącznika nr 6 – wzór (projekt umowy) do Ogłoszenia o zamówieniu.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.

7. **Pytanie dotyczy Załącznika nr 2 – wzór formularza ofertowego.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie.

Informujemy, że stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nisku
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1
tel. (15) 8416703, fax (15) 8416704
NIP 865-20-74-945, REGON 000306680

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nisku

Roman Ryznar