

**Wszyscy zainteresowani
postępowaniem przetargowym
na dostawę materiałów szewnych do Apteki
Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 09/08/2013 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Dostawę materiałów szewnych do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**. Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Dotyczy pakietu nr 1:

1. Czy Zamawiający w pakiecie 1 dopuści szwy syntetyczne, wchłaniające, plecione, powlekane złożone z glikolidu i laktydu, bez powleczenia antybakteryjnego, powleczone mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, o okresie wchłaniania 56-70 dni i podtrzymaniu tkankowym 140% USP/EP w dniu wszczęcia, 80% USP/EP w węźle po dwóch tygodniach i 30% po trzech tygodniach od dnia implantacji, co stanowi obecnie najmocniejszą plecionkę wchłaniającą dostępną na rynku światowym.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
2. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 1 dopuści szwy o długości 75 cm na igle okrągłej?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
3. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 2 dopuści szwy o długości 75 cm na igle okrągłej?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
4. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 3, 4, 5 dopuści igłę okrągłą o długości 37mm?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
5. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 6 dopuści igłę o długości 37 mm?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
6. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 7, 8 dopuści szwy o długości 75 cm na igle okrągłej?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
7. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 9, 10 dopuści igłę okrągłą?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
8. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 11 dopuści szwy o długości 75 cm na igle 30 mm?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
9. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 12, 13, 14 dopuści szwy o długości 75 cm na igle okrągłej 30 mm?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
10. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 15 dopuści szwy o grubości 1 i długości 75 cm na igle typu "J" okrągłej o długości 32 mm? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
11. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 16 dopuści szwy o długości 75 cm na igłę okrągłą o długości 32 mm? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

12. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 17 dopuści igłę okrągłą?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
13. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 18 dopuści szwy o długości 75 cm na igłę okrągłej o długości 48mm?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
14. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 19 dopuści igłę o długości 37mm?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
15. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 20 dopuści igłę okrągłą?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
16. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 21 dopuści szwy o długości 75 cm na igłę okrągłej o długości 32 mm?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
17. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.
18. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 22 dopuści igłę o długości 37mm?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
19. Czy Zamawiający w pakiecie 2 dopuści szwy syntetyczne, wchłaniające, plecione, powlekane złożone z glikolidu i laktydu, powleczone mieszką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, o okresie wchłaniania 56-70 dni i podtrzymaniu tkankowym 140% USP/EP w dniu wszczęcia, 80% USP/EP w węźle po dwóch tygodniach i 30% po trzech tygodniach od dnia implantacji, co stanowi obecnie najmocniejszą plecionkę wchłaniającą dostępną na rynku światowym.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
20. Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 9 dopuści szwy o grubości 3/0 i długości 18 cm na igle typu „narta”?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
21. Czy Zamawiający w pakiecie 3 dopuści szew syntetyczny wchłaniający, pleciony, powlekany wykonany z glikolidu i laktydu wchłaniający się między 40 a 50 dniem od wszczęcia o okresie podtrzymania tkankowego 10-14 dni?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
22. Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 1 dopuści igłę okrągłą?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
23. Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 2, 3 dopuści szwy o długości 75 cm?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
24. Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 4 dopuści igłę o długości 34 mm?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
25. Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 5, 6 dopuści igłę okrągłą o długości 37mm?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
26. Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 8 dopuści igłę o długości 48 mm?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
27. Czy Zamawiający w pakiecie 4 dopuści szew syntetyczny wchłaniający, monofilament, poliglikonat o okresie wchłaniania 6 miesięcy i podtrzymaniu tkankowym 75% po dwóch tygodniach, 65% po trzech tygodniach i 50% po czterech tygodniach od wszczęcia, bez powleczenia antybakteryjnego?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
28. Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 1, 2 dopuści igłę okrągłą?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
29. Czy Zamawiający w pakiecie 4 w poz. 3-11 dopuści szwy o długości 75 cm?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
30. Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 4 dopuści igłę 22 mm?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
31. Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 5 dopuści igłę okrągłą?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
32. Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 8-11 dopuści igłę o długości 30 mm?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.

33. Czy Zamawiający w pakiecie 5 dopuści szew syntetyczny monofilamentowy, niewchłaniający, poliamidowy z minimalną pamięcią i chłonnością, pakowany na sucho.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
34. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 6 poz. 1, 2, 3, 4 igłę odwrotnie tnącą o długości 20mm?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
35. Czy Zamawiający w pakiecie 6 poz. 5 dopuści igłę klasyczną odwrotnie tnącą o długości 19 mm?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
36. Czy Zamawiający w pakiecie 6 poz. 6-8 dopuści igłę o długości 25mm?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
37. Czy Zamawiający w pakiecie 6 poz. 11 dopuści szwy o długości 75 cm na igle koloru srebrnego? Igły czarne, antyrefleksyjne mają uzasadnione klinicznie zastosowanie w zabiegach endoskopowych, opisana tutaj igła jest wykorzystywana do zamykania skóry, więc wymóg czarnej igły nie ma uzasadnienia klinicznego. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o medyczne uzasadnienie.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
38. Czy Zamawiający w pakiecie 6 poz. 12 dopuści igłę okrągłą koloru srebrnego? Igły czarne, antyrefleksyjne mają uzasadnione klinicznie zastosowanie w zabiegach endoskopowych, opisana tutaj igła jest wykorzystywana do zamykania skóry, więc wymóg czarnej igły nie ma uzasadnienia klinicznego. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o medyczne uzasadnienie.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
39. Czy Zamawiający w pakiecie 6 poz. 13 dopuści igłę o długości 60 mm?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
40. Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz. 1, 2 dopuści igłę okrągłą podwójną?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
41. Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz. 4 dopuści szwy o grubości 4/0?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
42. Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz. 5 dopuści igłę o długości 30 mm?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
43. Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz. 7 dopuści szwy o długości 75 cm na igle okrągłej?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
44. Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz. 7 i 8 dopuści igłę o długości 48mm?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
45. Paragraf 3 ust. 3. Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały: Za termin zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Wykonawcy.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
46. Paragraf 5 ust. 5. Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały: W przypadku nie uregulowania przez Kupującego płatności w terminie określonym w § 3 pkt. 1 Sprzedającemu przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
47. Paragraf 4. Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 4 zapisu: „Zamówienie jest ważne, jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”. Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy, ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
Stanisław Krasny