

Wszyscy zainteresowani
postępowaniem przetargowym
na Dostawę drobnego sprzętu medycznego
jednorazowego użytku do Szpitala Powiatowego im.
PCK w Nisku

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 04/09/2016 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetarg nieograniczony, na: **Dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

- Dotyczy pakietu 10, poz. 1. Prosimy o dopuszczenie drenu tlenowego o długości 2,1 m.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
- Dotyczy pakietu 10, poz. 2. Prosimy o dopuszczenie - Filtr oddechowy elektrostatyczny, mikrobiologicznie czysty, o skuteczności filtracji bakteryjnej - 99,999% i wirusowej - 99,99%, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 23 g, objętość wewnętrzna 30 ml, zakres objętości oddechowej 100-1500 ml, opór przepływu nie większy niż 0,61 cmH₂O przy 30L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz. Kodowany kolorystycznie kolorem czerwonym.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.
- Dotyczy pakietu 10, poz. 3. Prosimy o dopuszczenie - Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, mikrobiologicznie czysty, o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999% i wirusowej 99,99%, wyposażony w piankowy wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 36,8 mgH₂O/L i utracie wilgotności do 7,2 mg/l przy Vt=500 ml, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 28 g, objętość wewnętrzna 55 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór przepływu nie większy niż 0,99 cmH₂O przy 30L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz. Kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.
- Dotyczy pakietu 10, poz. 4. Prosimy o dopuszczenie - Mikrobiologicznie czysty wymiennik ciepła i wilgoci, tzw. "sztuczny nos", zbudowany z mikroporowanej polimerowej pianki, zapewniającej wysoki poziom oddawania ciepła i wilgoci; skuteczność nawilżania 33,2 mgH₂O/L, utrata wilgotności do 10,8 mg/l przy Vt=500 ml, waga 4,5 g, opór przepływu 0,31 cmH₂O/ 60 l/min, objętość wewnętrzna 8 ml, zakres objętości oddechowej 100 - 1500 ml, średnica złącza 15F, zaopatrzony w boczny port do podawania tlenu oraz centralny samozamykający się - w postaci rozchylanych, silikonowych płatków - port do odsysania, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nisku
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1
tel. (15) 8416703, fax (15) 8416704
NIP 865-20-74-945, REGON 000306680

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nisku

Henryk Przybycień