

Wszyscy zainteresowani postępowaniem
przetargowym na dostawę aparatu rentgenowskiego
z ramieniem C do Szpitala Powiatowego
im. PCK w Nisku

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23/11/2016 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawę aparatu rentgenowskiego z ramieniem C do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku. Treść wspomnianych próśb jest następująca:

1. Część „Wózek z ramieniem C” Punkt 36. Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z ramieniem C o ruchu całkowitym wokół osi poziomej wynoszący +/-180 stopni, ruch taki gwarantuje Zamawiającemu wykonanie wszystkich możliwych procedur?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

2. Dotyczy L.p. 4. Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta, który jest nowy, niepowystawowy, przechowywany w magazynie z 2015 roku? Gwarancja oraz części zamienne są na warunkach wymaganych przez Zamawiającego. W zamian Zamawiający dostanie system o dużo wyższych parametrach, także z funkcją DSA, która zazwyczaj jest opcją dodatkowo płatną, niezbędną przy badaniach angiograficznych. Powyższe rozwiązanie jest korzystne dla Zamawiającego. Podstawowe parametry oferowanego systemu znajdują się w poniższej tabelce. Parametry, które nie zostały poniżej ujęte są także spełnione:

Parametr	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Oferowany system
Rok produkcji:	2016	2015
Moc generatora	3,2 kW	15 kW
Prąd skopii ciągłej/ impulsowej	Min. 8 mA	48 mA
Prąd radiografii analogowej i cyfrowej	Min. 7 mA	150 mA
Kontrola czasu trwania pulsu	W zakresie min. 10-20 ms	Czas impulsu dobierany jest automatycznie
Pojemność cieplna anody	Min. 50 kHU	304 kHU
Pojemność cieplna kołpaka	Min. 600 kHU	1209 kHU
Szybkość chłodzenia anody	50 kHU/min	6kHU
Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej	+/-220°	+/-190°
Pojedyncza dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami aparatu	Tak	Dźwignia służąca do sterowania kołami. Hamowanie odbywa się niezależnie przy pomocy nożnego systemu co wpływa na niezawodność i elastyczność sterowania aparatem.
Monitor dotykowy kolorowy VGA min. 640 x 480 do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii live	Tak	Bez opcji podglądu live. Funkcja ta jest bezużyteczna gdyż monitor dotykowy kolorowy VGA 640 x 480 nie nadaje się do stawiania diagnozy ze względu na niskie parametry Monitor służy do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu, tak jak wymagał Zamawiający. Do obserwacji zabiegu służą 2 profesjonalne monitory medyczne dostarczone standardowo ramienia C.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

3. **Dotyczy L.p. 10.** Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z prądem skopii ciągłej/ impulsowej 6 mA? Oferowana wartość jest wystarczająca do rutynowych badań zabiegowych a różnica jest nieznaczną.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
4. **Dotyczy L.p. 17.** Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z automatycznym dobieraniem czasu trwania pulsu w zależności od wybranej aplikacji?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
5. **Dotyczy L.p. 36.** Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z całkowitym zakresem obrotu ramienia wokół osi poziomej +/-190°? Dla Zamawiającego nie ma żadnej różnicy w użytkowaniu aparatu, gdyż możliwość obrotu o 360° (+/- 180°) zapewnia swobodne ustawienie ramienia w każdej możliwej pozycji. Wymóg 440° nie ma żadnego uzasadnienia, ponieważ oznaczałoby to, że personel wykonywałby ponad jeden cały obrót ramieniem C aby uzyskać konkretne ustawienie (co oczywiście wydaje się bezsensowne).
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
6. **Dotyczy L.p. 40.** Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z dźwignią służącą do sterowania kołami? Hamowanie odbywa się niezależnie przy pomocy nożnego systemu co wpływa na niezawodność i elastyczność sterowania aparatem. Oferowane rozwiązanie jest korzystne dla Zamawiającego.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
7. **Dotyczy L.p. 68.** Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta bez opcji podglądu live na monitorze dotykowym? Funkcja ta jest bezużyteczna gdyż monitor dotykowy kolorowy VGA 640 x 480 nie nadaje się do obserwowania zabiegu i stawiania diagnozy ze względu na niskie parametry Monitor służy do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu, tak jak wymagał Zamawiający. Do obserwacji zabiegu służą 2 profesjonalne monitory medyczne dostarczone standardowo z ramienia C.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nisku**
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1
tel. (15) 8416703, fax (15) 8416704
NIP 865-20-74-945, REGON 000306680

**p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nisku**

Roman Ryznar