

**Wszyscy zainteresowani postępowaniem
przetargowym na dostawę, montaż i uruchomienie
aparatu cyfrowego rtg telekomando
do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30/11/2018 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Dostawę, montaż i uruchomienie aparatu cyfrowego rtg telekomando do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Punkt 18. Czy mając na uwadze znikomą różnicę Zamawiający dopuści do postępowania aparat z minimalną wysokością blatu 54,5cm a zakresem regulacji aż 68 cm? Różnica nie ma żadnego znaczenia diagnostycznego.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

2. Punkt 20. Czy mając na uwadze wymóg w punkcie 20 Zamawiający będzie wymagał konsoli mobilnej na stojaku umożliwiającym przemieszczanie? Rozwiązanie takie umożliwia sterowanie z dowolnej strony i miejsca przy aparacie.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Czy zamawiający mając na uwadze wszechstronność aparatu i możliwości wykonywania badań odległościowych na systemie typu telekomando będzie wymagał zakresu SID w pozycji pionowej ścianki min 180cm, zakres taki umożliwi wykonanie wszelkiego rodzaju badań w zakresie skopii i radiografii korzystając tylko ze ścianki. Mając na uwadze punktację za rozwiązania funkcjonalno jakościowe prosimy o wprowadzenie punktacji za taki parametr SID do $\leq 150 - 0$ pkt, SID do $> 150 - 20$ pkt.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

3. Punkt 28. Mając na uwadze zapisy w punkcie 28 prosimy o korektę punktu 29 który wymusza na dostawcy rozwiązanie z wyciąganą kratką. Punkt 28 mówi iż można zaoferować system z dwoma autoamtycznie wymienianymi kratkami co oznacza że nie trzeba ich w ogóle wyciągać. Aparat umożliwia automatycznie usunięcie kratki z pola badania bez konieczności jej fizycznego wyciągania. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania prosimy o odstąpienie od punktu 29.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

4. Punkt 83. Czy zamawiający mając na uwadze różne rozwiązania technologiczne dopuści do przetargu aparat z zakresem ruchu lampy $-90^{\circ}/+180^{\circ}$, zakres taki umożliwi wykonanie każdego rodzaju badania przy SID 180, a także w pozycji pionowej poziomej i na statywie. Zakres wymagany ± 180 stopni jest czysto teoretyczny i nie ma wpływu na zakres diagnostyczny aparatu.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

5. Punkt 26. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem przechyłu kolumny ± 40 stopni, zakres ten nie zmienia możliwości diagnostycznych aparatu.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

6. Punkt 94. Czy zamawiający zrezygnuje z zapisu wytrzymałość podnóżka w każdym położeniu min 200 kg, z fizycznego zakresu badania i bezpieczeństwa pacjenta o takiej masie np. w pozycji pionowej nie jest to wskazane i wykonywania badania, aparat ma posiadać udźwig blatu powyżej 200 kg właśnie w celu wykonywania takich badań. Zapis ten preferuje rozwiązanie jednego producent który takim parametrem się charakteryzuje.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

7. Punkt 96. Czy zamawiający może wskazać która firma jest dostawcą systemu PACS i RIS w szpitalu.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Dostawcą systemu PACS i RIS w szpitalu jest firma PIXEL TECHNOLOGY Sp. z o.o.

8. Czy zamawiający mając na uwadze jakość kupowanego urządzenia będzie wymagał dostarczenia systemu z wbudowanym w obudowę lampy ekranu dotykowego do obsługi interfejsu aparatu i generatora?

Czy zamawiający przyzna dodatkowe punkty za takie rozwiązanie. Ekran LCD dotykowy kolorowy – 20 pkt, Brak ekranu – 0 pkt.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nisku
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1
tel. (15) 8416703, fax (15) 8416704
NIP 865-20-74-945, REGON 000306680

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nisku
Roman Ryznar

