

Wszyscy zainteresowani postępowaniem przetargowym na: Dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku, sprzętu medycznego do ciągłej terapii nerkozastępczej oraz papierów rejestracyjnych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16/01/2017 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku, sprzętu medycznego do ciągłej terapii nerkozastępczej oraz papierów rejestracyjnych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Dotyczy Pakietu nr 3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniule mają być wykonane z PTFE, jak obecnie stosowane?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.

2. Dotyczy Pakietu nr 3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniule mają być pakowane w sterylne opakowanie, wielowarstwowe, nierozrywalne Tyvec, niezawierające celulozy, co gwarantuje bezpieczeństwo produktu zapobiegając przypadkowej kontaminacji poprzez np.: uszkodzenie opakowania, rozerwania lub mikrorozszczelnienia?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nisku
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1
tel. (15) 8416703, fax (15) 8416704
NIP 865-20-74-945, REGON 000306680

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nisku
Roman Ryznar