

Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko

Pismo: Z.II.260.5.Zp.2018

Nisko dnia: 27/03/2018

Wszyscy zainteresowani postępowaniem
przetargowym na dostawę i uruchomienie
specjalistycznego sprzętu do ucyfrowienia
diagnostyki obrazowej w Szpitalu Powiatowym
im. PCK w Nisku

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach 22/03/2018 i 23/03/2018 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: **Dostawę i uruchomienie specjalistycznego sprzętu do ucyfrowienia diagnostyki obrazowej w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku**. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Dotyczy: Macierz (Serwerownia) - 1 szt. Pkt 564 ppkt 36. Serwis gwarancyjny obejmuje dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia przez cały okres obowiązywania gwarancji. Zgłaszanie awarii odbywa się w języku polskim na dedykowany numer telefonu producenta w polskiej strefie numeracyjnej. Do oferty należy załączyć link www producenta, pod którym zamawiający będzie mógł sprawdzić dedykowany numer telefonu do obsługi zgłoszeń serwisowych oraz serwisowy formularz zgłoszeniowy identyfikujący sprzęt po numerze seryjnym.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:

Serwis gwarancyjny obejmuje dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia przez cały okres obowiązywania gwarancji. Zgłaszanie awarii odbywa się w języku polskim na dedykowany numer telefonu producenta w polskiej strefie numeracyjnej. Do oferty należy załączyć link strony www producenta lub jego oświadczenie, zawierające dedykowany numer telefonu do obsługi zgłoszeń serwisowych. W zgłoszeniach serwisowych przesyłanych za pomocą poczty email lub formularza zgłoszeniowego sprzęt będzie identyfikowany po numerze seryjnym.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

2. Zamawiający pisze, SIWZ III (PO MODYFIKACJI) - DOSTAWA I URUCHOMIENIE SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DO UCYFROWIENIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W SZPITALU POWIATOWYM IM. PCK W NISKU. Czy jest to wersja ujednoliconą dokumentu (po modyfikacji) uwzględniająca odpowiedzi na pytania i dopuszczająca rozwiązania o niższych parametrach?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający ujednoliconą wersję SIWZ uwzględniającą odpowiedzi na pytania i dopuszczającą rozwiązania o niższych parametrach zamieścił w dniu 27/03/2018 r. na swojej stronie internetowej www.szpital-nisko.pl w zakładce przetargi.

3. W odpowiedzi na pytanie 111. dotyczącym pkt 7 Przełącznik typu Ethernet Zamawiający wyraził zgodę na dostarczenie przełącznika o uboższej funkcjonalności lub wymaganiach niż wyspecyfikowany w załączniku nr 1 OPZ. Ponadto prosimy o wyjaśnienie jak to się ma w korelacji do udzielonych odpowiedzi na pytania 40, 41 i 42. Szczególnie dotyczy to w kontekście odpowiedzi na pytanie 42 gdyż w odpowiedzi na pytanie 111 dopuścił przełącznik bez tego parametru.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przełącznik bez zdefiniowanego MTBF jeśli jest on objęty gwarancją Lifetime.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało przesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

J. Kar