

Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko

Pismo: Z.II.260.30.Zp.2018

Nisko dnia: 04/07/2018

Wszyscy zainteresowani postępowaniem przetargowym na Dostawę i uruchomienie aparatu do kriochirurgii w Poradni ginekologiczno-poloźniczej w Nisku oraz kardiokografów z telemetrią dla oddziału ginekologiczno-poloźniczego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27/06/2018 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: **Dostawę i uruchomienie aparatu do kriochirurgii w Poradni ginekologiczno-poloźniczej w Nisku oraz kardiokografów z telemetrią dla oddziału ginekologiczno-poloźniczego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu kardiokografy z Pozycji 1 i 2 i 3? Obecne wymagania dopuszczają jedynie jednego oferenta, dystrybutora systemu EUROMED oraz kardiokografy EDAN. Żaden inny potencjalny wykonawca nie może złożyć oferty, co ogranicza zasadę równego traktowania i konkurencyjności.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
2. Czy Zamawiający dopuszcza kardiokograf bez możliwości wyposażenia i rozbudowy w czujnik saturacji krwi rodzącej na palec?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
3. Czy Zamawiający dopuszcza kardiokograf z możliwością rozbudowy w funkcje bezpośredniego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi rodzącej?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
4. Czy Zamawiający dopuszcza kardiokograf w którym dokładność obliczania częstości pracy serca płodu przy $FHR \geq 200$ bpm wynosi ≤ 3 bpm?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
5. Czy Zamawiający dopuszcza aparat który posiada możliwość ustawienia bazowej Toco „20”?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamocowania przetworników w koszyku pod aparatem?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
7. Czy Zamawiający dopuszcza Aparat który umożliwi wprowadzenie danych demograficznych pacjentki, Imię i nazwisko pacjentki, MRN-numer identyfikacyjny pacjentki, Godzina, minuta, sekunda, data, Prędkość wydruku, Wiek ciąży?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
8. Czy Zamawiający dopuszcza aby aparat posiadał pamięć zapisu KTG nie krótszą niż 8h?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
9. Czy Zamawiający dopuszcza aby aparat posiadał wbudowaną drukarkę termiczną o wysokiej rozdzielczości z możliwością wydruku na papierze Philips i HP?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.



10. Czy Zamawiający dopuszcza aby aparat posiadał drukarkę umożliwiającą zapis ciąży mnogiej na tym samym wykresie, z przesunięciem o 20 bpm?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
11. Czy Zamawiający dopuści aparat KTG wyposażony w dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej 6,5", umożliwiający podgląd monitorowanych parametrów w formie cyfrowej?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
12. Czy Zamawiający dopuści aparat KTG wyposażony w wyświetlacz LCD ze stałym tłem i podświetleniem?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
13. Czy Zamawiający dopuszcza Aparat wyposażony w wewnętrzną pamięć rejestru zapisu badań KTG ale bez możliwości rozbudowy?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie.
14. Czy Zamawiający dopuści Aparat bez możliwości archiwizowania zapamiętanych badań na pamięć zewnętrzną, ale z możliwością archiwizacji po podłączeniu do systemu nadzoru opieki okołoporodowej?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie.
15. Czy Zamawiający dopuści aparat bez przycisków oraz pokręteł do wprowadzania danych, co umożliwia szybką i łatwą dezynfekcję jest ważne z punktu sanitarno-epidemiologicznego?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
16. Czy Zamawiający dopuści aparat wymaga aby ekran z wyświetlanymi danymi można było ustawić do poziomu 90 stopni?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby ekran z wyświetlanymi danymi można było ustawić do poziomu 90 stopni.
17. Czy Zamawiający wymaga aby aparat posiadał jednakowe gniazda przetworników (głowic). Automatyczne rozpoznawanie podpiętego przetwornika?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, aby aparat posiadał jednakowe gniazda przetworników.
18. Czy Zamawiający wymaga aby aparat posiadał przetworniki Cardio i Toco posiadające identyfikację w postaci optycznego elementu sygnałowego (dioda led)?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, aby aparat posiadał przetworniki Cardio i Toco posiadające identyfikację w postaci optycznego elementu sygnałowego.
19. Czy Zamawiający wymaga aby aparat posiadał monitorowanie tętna matki (MHR)?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, aby aparat posiadał monitorowanie tętna matki (MHR).
20. Czy Zamawiający wymaga aby klasa wodoszczelności przetworników przewodowych wynosiła min IPX68?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
21. Czy Zamawiający wymaga aby klasa wodoszczelności przetworników bezprzewodowych wynosiła min IPX68?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
22. Czy Zamawiający wymaga aby aparat posiadał opcję monitorowania ciąży trójacznej?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, aby aparat posiadał opcję monitorowania ciąży trójacznej.
23. Czy Zamawiający wymaga aby oferowana telemetria mogła być ładowana z poziomu kardiogramu, bez konieczności podłączenia jej do osobnego źródła zasilania?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nisku
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1
tel. (15) 8416703, fax (15) 8416704
NIP 865-20-74-945, REGON 000306680

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nisku
Roman Ryznar
Roman Ryznar