

Wszyscy zainteresowani postępowaniem
przetargowym na dostawę, montaż i uruchomienie
aparatu cyfrowego rtg telekomando
do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27/11/2018 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego, na: **Dostawę, montaż i uruchomienie aparatu cyfrowego rtg telekomando do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. **Dotyczy: Termin wykonania zamówienia:** Montaż, uruchomienie i eksploatacja aparatu rentgenowskiego, z uwagi na fakt, że jest to urządzenie wytwarzające promieniowanie jonizujące podlega specjalnym wymaganiom, np. zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz. U. z dnia 3 lutego 2005 r.). Rozporządzenie określa dawki graniczne promieniowania jonizującego, wskaźniki pozwalające na wyznaczenie dawek stosowane przy ocenie narażenia oraz sposób i częstotliwość dokonywania oceny narażenia. Celem spełnienia powyższych wymogów przed każdorazową instalacją w pracowni rentgenowskiej nowego aparatu rentgenowskiego niezbędne jest wyliczenie projektu osłon stałych z podaniem nazwy, typu i parametrów charakterystycznych aparatu, który ma być zainstalowany. Na podstawie wykonanych obliczeń weryfikuje się bezpieczeństwo stosowania urządzenia w pracowni. Projekt podlega zaopiniowaniu przez urząd administracji publicznej, który ma na wydanie opinii 30 dni. Po tym czasie można przystąpić do instalacji aparatu lub wzmocnienia osłon stałych pracowni i następnie montażu aparatu. W SIWZ Zamawiający podaje dwa rozbieżne terminy wykonania zamówienia:

a) Pkt 5.1 SIWZ Termin wykonania zamówienia: „Zamówienie musi zostać zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28/12/2018”.

b) Załącznik nr 9, Umowa (projekt), §2, pkt 1 „Strony ustalają, że aparat cyfrowy rtg telekomando zostanie dostarczony i uruchomiony w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15/12/2018 r.”.

Przy ustalonym przez Zamawiającego harmonogramie, najwcześniejszy możliwy termin podpisania umowy to 12 grudnia 2018 r. Wynika z tego, że na realizację zamówienia: spełnienia wymagań formalnych opisanych w Rozporządzeniu z dnia 17 października 2005 r., dostawę, montaż i uruchomienie aparatu RTG wraz z niezbędnym dostosowaniem pomieszczenia pozostają Wykonawcy 3 dni. Jest to z przyczyn formalnych i technicznych niewykonalne. W związku z tym wnioskujemy, o przesunięcie terminu realizacji zamówienia. Proponujemy wprowadzenie do umowy zmian:

§2.

DOSTAWA

1. Wykonawca gwarantuje dostawę urządzeń wg §1 pkt 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15/12/2018 r. na swój koszt i ryzyko.
2. Wykonawca gwarantuje montaż i uruchomienie przedmiotu niniejszej umowy wymienionego w §1 pkt 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20/01/2019 r.
3. Wraz z przedmiotem niniejszej umowy wymienionym w §1 pkt 1 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim, paszportu technicznego oraz karty gwarancyjnej.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający informuje, że zaszła omyłka pisarska. Dostawa wraz z uruchomieniem aparatu cyfrowego rtg telekomando ma nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 28/12/2018 r. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie Załącznika nr 9 do SIWZ. Zmodyfikowana treść SIWZ została zamieszczona w dniu 28/11/2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-nisko.pl w zakładce przetargi.

2. **Dotyczy: §4, ust. 5:** Czy Zamawiający odstąpi od wymagania dostarczenia sprzętu zastępczego? Wymaganie to jest praktycznie niemożliwe do zrealizowania z uwagi na charakter sprzętu oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy (prawo atomowe, procedury administracyjne)?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak, Zamawiający odstępuje od wymagania dostarczenia sprzętu zastępczego.

3. **Zapytanie do Formularza ofertowego:** Czy w przypadku mieszanej stawki VAT 8% i 23% w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającą danej stawce podatku VAT?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: W formularzu ofertowym należy podać cenę netto i brutto. Natomiast na fakturze VAT w przypadku mieszanej stawki VAT 8% i 23% w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającą danej stawce podatku VAT.

4. **Pytania do projektu umowy:** Czy Zamawiający przewiduje wykonanie niezbędnych prac adaptacyjno - budowlanych (linia zasilająca, projekt osłon stałych, wykonanie kanałów instalacji zasilającej i sygnałowej wkucie stopy do mocowania aparatu rtg? Jeżeli tak, to prosimy o określenie po której stronie leży ich wykonanie i kto pokrywa koszty prac?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak, Zamawiający przewiduje wykonanie niezbędnych prac adaptacyjno - budowlanych (linia zasilająca, projekt osłon stałych, modyfikacja kanałów instalacji zasilającej i sygnałowej, wkucie stopy do mocowania aparatu rtg. Wykonanie i koszty prac leżą po stronie Wykonawcy.

5. **Dotyczy: załącznik nr 9 – Umowa (projekt), par. 4 ust. 5 zdanie ostatnie.** Prosimy o usunięcie wymogu zapewnienia sprzętu zastępczego. Uprzejmie wyjaśniamy, że dostarczenie zastępczego TELEKOMANDO jest praktycznie niewykonalne (należałoby zamówić u producenta dwa aparaty RTG o wymaganej w siwz specyfikacji, jeden z przeznaczeniem do montażu u Zamawiającego, drugi na magazyn) i – co najważniejsze – jest sprzeczne z celem, jakim miałyby być zapewnienie ciągłości pracy pracowni RTG. Prosimy zauważyć, że demontaż istniejącego aparatu RTG zająłby kilka dni, następnie kilkanaście dni to montaż i uruchomienie aparatu RTG zastępczego. Do tego doszedłby czas na wykonanie i opracowanie testów specjalistycznych i wydanie opinii przez SANEPiD. Należy ponadto uwzględnić czas na demontaż zastępczego aparatu RTG i czas na ponowny montaż, uruchomienie i dopuszczenie do użytkowania naprawionego TELEKOMANDO. Przeszłość pracowni RTG wyniosłby min. dwa miesiące. Abstrahując od kosztów jakie poniósłby wykonawca, jeśli na ww. warunkach podjąłby się realizacji zamówienia, to należy podkreślić, że utrzymanie i egzekwowanie istniejącego zapisu byłoby ewidentnym działaniem na szkodę Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2, Zamawiający odstępuje od wymagania dostarczenia sprzętu zastępczego.

6. **Dotyczy: załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt 1 ust. 1.** Prosimy o wyjaśnienie, czy w cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest:

- przekazać zdemontowany aparat RTG organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w rozumieniu art. 61 Ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r. zarejestrowanej w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO), czy może
- wykonać demontaż w sposób przewidziany do dalszego montażu i przekazać zdemontowany aparat RTG Zamawiającemu w celu jego dalszego składowania?

Prosimy o udzielenie wyjaśnienia w celu umożliwienia należytego skalkulowania oferty. Należy zauważyć, że demontaż wykonywany w sposób umożliwiający ponowny montaż jest o wiele bardziej czasochłonny i kosztowny.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Wykonawca zobowiązany jest wykonać demontaż w sposób przewidziany do dalszego montażu i przekazać zdemontowany aparat RTG Zamawiającemu w celu jego dalszego składowania.

7. **Dotyczy: załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych, pkt. 12.**

| | | | | |
|-----|--|------------|--|--|
| 12. | Min. wysokość blatu stołu w pozycji poziomej ≤ 47 cm | Tak, podać | | |
|-----|--|------------|--|--|

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG, którego minimalna wysokość blatu stołu w pozycji poziomej wynosi 50 cm?

Prosimy o wyrażenie zgody z uwagi na fakt, iż różnica jest praktycznie bez znaczenia funkcjonalnego i nie ma wpływu na możliwości diagnostyczne, a odpowiedź pozytywna umożliwi większej liczbie oferentów udział w postępowaniu.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

8. Dotyczy: załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych, pkt. 26.

| | | | | |
|-----|--|------------|--|--|
| 26. | Projekcje skośne, zakres kątów $\geq \pm 45^\circ$ | Tak, podać | | |
|-----|--|------------|--|--|

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG z zakresem kątów $\pm 40^\circ$?

Prosimy o dopuszczenie powyższego rozwiązania z uwagi na fakt, iż różnica jest praktycznie bez znaczenia funkcjonalnego i nie ma wpływu na możliwości diagnostyczne, a odpowiedź pozytywna umożliwi udział w postępowaniu większej liczbie oferentów.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

9. Dotyczy: załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych, pkt. 55.

| | | | | |
|-----|---|------------|--|--|
| 55. | Monitor obrazowy o przekątnej min. 19" LCD w pokoju badań na mobilnym wózku | Tak, podać | | |
|-----|---|------------|--|--|

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności oferowania aparatu z dodatkowym monitorem obrazowym na wózku w pokoju badań?

Prosimy o zwrócenie uwagi, że monitor w pomieszczeniu badań ma sens w przypadku wyposażenia aparatu w funkcje angiograficzne. Zamawiający nie wymaga takich funkcji i nie wskazuje na ewentualność rozbudowy aparatu o te funkcje w przyszłości. Monitor na wózku nie będzie więc podnosił funkcjonalności urządzenia a jedynie ograniczy ilość miejsca w pokoju badań.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

10. Dotyczy: załącznik nr 9 – Umowa (projekt). Prosimy Zamawiającego o poprawienie omyłki w zakresie identyfikacji postępowania (jest Z.II.260.53.Zp.2018, powinno być Z.II.260.54.Zp.2018).

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie Załącznika nr 9 do SIWZ poprzez poprawienie omyłki w zakresie identyfikacji postępowania. Zmodyfikowana treść SIWZ została zamieszczona w dniu 28/11/2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-nisko.pl w zakładce przetargi.

11. Dotyczy: załącznik nr 2 – Wzór formularza oferty pkt 4 oraz 5. Prosimy Zamawiającego o modyfikację formularza oferty poprzez usunięcie punktów odnoszących się do wadium, lub o potwierdzenie, że pole przeznaczone na numer konta do zwrotu wadium należy przekreślić lub wpisać „nie dotyczy”. Prośbę motywujemy tym, iż w przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ poprzez usunięcie punktów odnoszących się do wadium. Zmodyfikowana treść SIWZ została zamieszczona w dniu 28/11/2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-nisko.pl w zakładce przetargi.

12. Dotyczy: siwz, pkt 5.1:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28/12/2018

oraz załącznik nr 9 do siwz §2 ust. 1:

Strony ustalają, że aparat cyfrowy rtg telekomando zostanie dostarczony i uruchomiony w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15/12/2018 r.

oraz załącznik nr 2 – Wzór formularza oferty:

Termin realizacji zamówienia wynosi _____ dni od daty podpisania umowy.

Prosimy Zamawiającego o modyfikację formularza oferty, zapisów siwz jak również załącznika nr 9 w sposób ujednolicający wymagania i uwzględniający datę dostawy aparatu telekomando oraz drugą datę odnoszącą się do uruchomienia aparatu.

Np. propozycja zapisu w formularzu oferty:

Data dostawy aparatu telekomando: _____ (nie później niż do 20/12/2018)

Data uruchomienia aparatu telekomando: _____ (nie później niż do 30/01/2019)

Uprzejmie wyjaśniamy, że ze względów proceduralno-technologicznych uruchomienie aparatu klasy TELEKOMANDO jest niewykonalne w żadnej z różnych dat wskazanych przez Zamawiającego. Prosimy uwzględnić fakt, że po demontażu istniejącego aparatu RTG bezwzględnie konieczne jest przeprowadzenie prac adaptacyjnych. Bez nich instalacja nowego aparatu jest niemożliwa. Jednocześnie wymiana aparatu w gabinecie RTG skutkuje koniecznością wykonania, i co szczególnie istotne zatwierdzenia przez właściwy Oddział Sanepid nowego Projektu Osłon Stałych. Sporządzenie takiego projektu oraz całkowicie niezależny od Zamawiającego i Wykonawcy proces jego akceptacji (na który ustawowo przewidziane jest co najmniej do 30 dni) nie pozwolą dochować wymaganych w SIWZ terminów. Przy najlepszej woli i dłożeniu wszelkich starań uruchomienie nowego aparatu nawet w późniejszym terminie wskazanym w SIWZ jest niewykonalne z poszanowaniem zasad zapewniających właściwy poziom ochrony radiologicznej. Jednocześnie uruchomienie aparatu, nierozzerwalnie przecież związane z koniecznością emisji promieniowania, bez uwzględniania obowiązujących procedur postępowania antyradiacyjnego

będzie w praktyce złamaniem obowiązującego prawa. Uwzględniając, że (z uwagi na terminy w procedurze zamówień publicznych) podpisanie ewentualnej Umowy nastąpi około 15 grudnia 2018 roku wnosimy o uwzględnienie zaproponowanych terminów. Jednocześnie prosimy o zwrócenie uwagi, że ocena punktowa określona w postępowaniu za termin realizacji, w dostateczny sposób motywuje wykonawców do zaoferowania najkrótszych, realnych terminów całościowego wykonania zamówienia - a Zamawiający powinien bezwzględnie dążyć do wykonania zamówienia z poszanowaniem obowiązujących zasad prawa.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 Zamawiający informuje, że zaszła omyłka pisarska. Dostawa wraz z uruchomieniem aparatu cyfrowego rtg telekomando ma nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 28/12/2018 r. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie Załącznika nr 9 do SIWZ. Zmodyfikowana treść SIWZ została zamieszczona w dniu 28/11/2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-nisko.pl w zakładce przetargi.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nisku
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1
tel. (15) 8416703, fax (15) 8416704
NIP 865-20-74-945, REGON 000306680

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nisku

Roman Ryznar