



Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko

Pismo: Z.II.260.26.Zp.2018

Nisko dnia: 20/06/2018

Wszyscy zainteresowani postępowaniem przetargowym na dostawę, montaż i uruchomienie laparoskopowego zestawu chirurgicznego na bloku operacyjnym w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach 05/06/2018 i 11/06/2018 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawę, montaż i uruchomienie laparoskopowego zestawu chirurgicznego na bloku operacyjnym w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku. Treść wspomnianych prośb jest następująca:

1. Czy Zamawiający dopuści Wykonawców którzy zaoferują produkt równoważny o następujących parametrach technicznych:

Monitor MEDYCZNY 27"

- 1) Monitor medyczny LCD HD o przekątnej min. 27"
- 2) Front pokryty szkłem z możliwością dezynfekcji spełniający wymogi sal operacyjnych
- 3) Format obrazu 16:9
- 4) Rozdzielczość 1 920 x 1 080p
- 5) Jasność 650 cd/m²
- 6) Kontrast minimum 1 000:1
- 7) Kąt patrzenia V 1 780 H 1 780
- 8) System podświetlenia matrycy EDGE LED
- 9) Wejścia: min. 2x DVI-D, 1x VGA, 1x SD/HD/3G- SDI (BNC), 1x C-Video (BNC), 2x S-Video (Y/C) (BNC), 1x Component (RGSB, YPbPr) (5x BNC)
- 10) Wyjścia: min. 1x DVI-D, SD/HD/3G- SDI (BNC)
- 11) Funkcje: PIP, PBP, PAN, ZOOM, FREEZE
- 12) Możliwość mocowania na standardowym uchwycie typu Vesa
- 13) Łatwy montaż na ramieniu sufitowym Sali operacyjnej

W miejsce monitora medycznego z pkt. nr 5 SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

2. Czy Zamawiający dopuści Wykonawców którzy zaoferują produkt równoważny o następujących parametrach technicznych:

Głowica kamery

Głowica kamery o rozdzielczości Full HD wyposażona w przetworniki 3x 1,3"CCD, 16:9

Możliwość jednoczesnego sterowania czterema funkcjami wybranymi z menu kamery za pomocą przycisków na głowicy kamery (do każdego przycisku można przypisać 2 funkcje i uruchamiać je poprzez krótkie i długie przytrzymanie przycisku)

Głowica kamery z automatycznym zamkiem do okularu optyki zamykającym się po zbliżeniu optyki bez dodatkowych czynności.

Zoom optyczny (2x) oraz ostrość sterowane pokrętkami

Możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym

Zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych

Możliwość sterylizacji w Sterrad i EtO oraz w autoklawie

Lekka głowica kamery do zabiegów Laparoskopowych, waga głowicy nie większa niż 170g, kabel sygnałowy głowicy kamery o długości min. 3 m

W miejsce głowicy kamery z pkt. nr 6 SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

3. **Czy Zamawiający dopuści Wykonawców którzy zaoferują produkt równoważny o następujących parametrach technicznych:**

Kontroler Kamery

Kontroler kamery spełniający wymogi zabiegów Laparoskopii, Urologii Endoskopowej, Ginekologii Endoskopowej, Artroskopii, Torakochirurgii. Posiadający dedykowane programy do każdej z wymienionych dyscyplin medycznych.

Rozdzielczość kamery 1 920x 1 080p (skanowanie progresywne)

Czułość <1,2 luxa

Sterownik kamery współpracujący z min. 3 głowicami w tym 3CCD oraz 1CCD oraz głowicą pendularną.

Możliwość współpracy sterownika kamery z videoendoskopami oraz fiberoskopami optycznymi.

Balans bieli, zakres temperatury barwowej 2 300k / do 7 000k

Balans bieli dostępny z przycisku na głowicy kamery oraz z poziomu kontrolera kamery.

Archiwizacja obrazów medycznych w rozdzielczości 1 920 x 1 080 Full HD wykonana w pamięci typu PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery.

Panel dotykowy do sterowania funkcjami kamery,

Sterowanie zapisem obrazów medycznych poprzez przyciski głowicy kamery lub podłączoną do kontrolera kamery zewnętrzną klawiaturę lub dedykowanego pilota zdalnego sterowania opcjonalnie.

Możliwość spięcia kontrolera w system integracji Sali operacyjnej

Funkcja wprowadzania danych pacjenta z możliwością stałego wyświetlania ich na ekranie monitora operacyjnego.

Funkcja wyboru profilu użytkownika dostępna z poziomu kontrolera kamery 20 ustawień indywidualnych

Menu kamery wyświetlane na ekranie monitora.

Menu kamery w j. polskim

Kontroler kamery wyposażony w minimum dwa wyjścia cyfrowe do podłączenia monitora operacyjnego przekazujące sygnał Full HDTV (1 920 x 1 080p) o standardzie DVI-D (Full HD 1 920 x 1 080p)

Gniazdo umożliwiające przykręcenie wtyczki przewodu wideo do obudowy sterownika kamery w celu zabezpieczenia przed przypadkowym odłączeniem przewodu wideo i utratą obrazu na monitorze operacyjnym

Min. 2 gniazda USB umożliwiające podłączenie np.: klawiatury, pamięci typu Pen driver, drukarki medycznej, aktualizacji oprogramowania.

Moduł PIP (Picture In Picture) pozwala na jednoczesne wyświetlanie obrazów z dwóch urządzeń: z kontrolera i z innego źródła obrazów cyfrowych (SDI, HD-SDI, 3G-SDI).

Kontroler kamery posiadający filtry cyfrowe umożliwiające lepszą diagnostykę:

- Filtry kolorystyczne min 2,

- Filtry kontrastowe min. 2,

- Filtr zmniejszający refleks światła i wyrównujący doświetlenie w polu operacyjnym.

- Filtr wyostrzający jakość szczegółów (detali).

Możliwość spięcia kontrolera kamery ze źródłem światła i zastosowane pełnego dialogu pomiędzy urządzeniami. Funkcja dialogu umożliwia komunikację pomiędzy kontrolerem kamery i podłączonym do

niego źródłem światła. Połączenie kontrolera do źródła światła umożliwia automatyczną regulację jasności, funkcja dialogu wykorzystując funkcję szybkiej regulacji jasności ELC, automatycznie dostosowuje jasność obrazu.

Funkcja dialogu jest aktywna, kiedy włączona jest automatyczna regulacji jasności ELC.

Kontroler kamery steruje automatycznie parametrami jasności źródła światła.

Aktywna funkcja dialogu uniemożliwia ręczną regulację parametrów źródła światła.

Funkcja FLIP - możliwość uzyskania lustrzanego odbicie obrazu endoskopowego w 3 osiach.

Format daty (Data format): Kolejność wyświetlania parametrów daty (rok, miesiąc, dzień ustawiana zgodnie z normą przyjętą w danym kraju

Czas (Time): ustawiany w zakresie 24 godzin

Data (Date): Ustawiana według wybranego formatu

Automatyczne kontrola przesłony + automatyczne sterowanie wzmocnieniem

Emisja HF zgodnie z CISPR 11 klasa B

Emisja harmonicznych zgodnie z IEC 61000-3-2 klasa A

Klasa ochrony według EN / IEC 60601-1; (UL 2601-1 / CSA C22.2 No.601.1 - dla USA) - I

W zestawie:

- przewodowy pilot zdalnego sterowania dedykowany do kontrolera kamery

- pamięć PenDrive 32 GB

W miejsce Procesor kamery Full HD z pkt. nr 7 SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz w zakresie obsługiwanych rozdzielczości.

4. Czy Zamawiający dopuści Wykonawców którzy zaoferują produkt równoważny o następujących parametrach technicznych:

Źródło światła LED

Źródło światła wykorzystujące technologię oświetleniową LED, generujące światło o temperaturze barwowej 6 500 K

Żywotność diody LED min. 30 000 godzin

Możliwość współpracy emitera światła z kontrolerem kamery w systemie automatycznego doboru oświetlenia w zależności od napotkanych warunków funkcja "dialog".

Możliwość podłączenia światłowodów innych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów (min. 4)

W miejsce Źródła Światła LED z pkt. nr 8 SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

5. Czy Zamawiający dopuści Wykonawców którzy zaoferują produkt równoważny o następujących parametrach technicznych:

Insuflator 45 l z podgrzewaniem i oddymianiem.

Przepływ gazu CO₂ regulowany w zakresie od 45 litrów na minutę

Ciśnienie gazu CO₂ regulowane w zakresie 3-25 mmHg (+/-2 mmHg)

Przepływ gazu w fazie wstępnej wytwarzania odmy z krokiem co 1l/min (+/-50%)

Możliwość ustawienia wysokiego przepływu gazu tzw. High flow

Czytelny wyświetlacz / ekran dotykowy prezentujący wartości zadane i wartości bieżące podawanego gazu

Funkcja podgrzewania gazu do temperatury około 370 C, realizowana poprzez dren ze spiralą grzejną

Funkcja oddymiania niezależna bez konieczności stosowania osobnych urządzeń

Sterowanie mikroprocesorowe gwarantujące bezpieczną insuflację

Informacja graficzna o ilości gazu w butli

Licznik zużycia gazu dla jednego pacjenta z funkcją zerowania

Numeryczny wskaźnik objętości zużytego gazu

Możliwość ustawienia profilów własnych użytkownikom

Możliwość zasilania urządzenia gazem CO₂ sieciowym albo z butli

Dren do insuflacji gazu z podgrzewaniem (spiralą grzejną) o długości min. 3 m – 1 szt.

Filtry higieniczne, jałowe, pojedynczo pakowane 10 szt.

Przewód wysokociśnieniowy - 1 szt.

Reduktor ciśnienia gazu - 1 szt.

W miejsce Insuflatora CO₂ z pkt. nr 13 SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

6. Czy Zamawiający dopuści Wykonawców którzy zaoferują produkt równoważny o następujących parametrach technicznych:

Optyka laparoskopowa, średnica 10 mm, kąt patrzenia 30°,

HD, długość robocza 300 mm; autoklawowalna; zawiera system soczewek przekazujących obraz HD wolny od zniekształceń, kosz do Sterylizacji optyki wraz z kpl silikonowych elementów mocujących w zestawie

W miejsce Optyki Laparoskopowej z pkt. nr 18 SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

7. Czy Zamawiający dopuści Wykonawców którzy zaoferują produkt równoważny o następujących parametrach technicznych:

Światłowód:

1) światłowód nowej generacji przekazujący 20 % więcej światła od standardowych rozwiązań, w nieprzezroczystej osłonie

2) średnica min 5 mm

3) długość min 230 cm

W miejsce Światłowodu z pkt. nr 19 SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

8. Czy Zamawiający dopuści Wykonawców którzy zaoferują produkt równoważny o następujących parametrach technicznych:

Tuba trokara 10 x 100 mm, z zaworem insuflacyjnym; kaniula gładka, bez klapkowa z zastosowanym systemem kulki magnetycznej zabezpieczającej niekontrolowany wyciek gazu CO₂ - 2 szt.

W miejsce Trokara z pkt. nr 21 SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

9. Czy Zamawiający dopuści Wykonawców którzy zaoferują produkt równoważny o następujących parametrach technicznych:

Ostrze trokara 10 x 100 mm plus 5,5 x 100 mm, trójkątna końcówka - po 2 szt.

W miejsce Ostrza trokara z pkt. nr 22 SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

10. Czy Zamawiający dopuści Wykonawców którzy zaoferują produkt równoważny o następujących parametrach technicznych:

Tuba trokara, średnica 5,5 mm, długość robocza 100 mm, kaniula z gwintem, z zaworem insuflacyjnym – 2 szt.

W miejsce Trokara z pkt. nr 23 SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

11. Czy Zamawiający dopuści Wykonawców którzy zaoferują produkt równoważny o następujących parametrach technicznych:

Elektroda haczykowa:

1) monopolarna

2) średnica 5 mm

3) długość robocza 340 mm

4) trwałe, ceramiczne zabezpieczenie elektrody w końcu dystalnym

W miejsce Elektrody haczykowej z pkt. nr 29 SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

12. Czy Zamawiający dopuści Wykonawców którzy zaoferują produkt równoważny o następujących parametrach technicznych:



Tuba redukcyjna, nasadka uniwersalna mocowana do trokara 12,5/10 - 5,5 mm

W miejsce Tuby redukcyjnej z pkt. nr 30 SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

13. Czy Zamawiający dopuści Wykonawców którzy zaoferują produkt równoważny o następujących parametrach technicznych:

Przewód monopolarny:

- 1) wtyk 4 mm
- 2) średnica 4 mm
- 3) długość min. 350 cm
- 4) możliwość podłączenia bezpośrednio

W miejsce przewodu monopolarnego z pkt. nr 31 SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:

14. Czy Zamawiający dopuści Wykonawców którzy zaoferują produkt równoważny o następujących parametrach technicznych: Zamawiający dopuszcza.

Rurka ssąco-płuczająca:

- 1) z bocznymi otworami
- 2) z rączką z zaworem dwudrożnym
- 3) średnica 5 mm
- 4) długość min. 290 mm

W miejsce Rurki ssąco- płuczającej z pkt. nr 7 SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia wymogów potrzebnych do wykonania zabiegu laparoskopowego.

15. Czy Zamawiający dopuści Wykonawców którzy zaoferują produkt równoważny o następujących parametrach technicznych:

Retraktor: wachlarzowy trójpalczasty średnica 5 mm długość min 320 mm

W miejsce Retraktora wachlarzowego z pkt. nr 33 SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

16. Czy Zamawiający dopuści Wykonawców którzy zaoferują produkt równoważny o następujących parametrach technicznych:

Klipsownica:

- 1) do zastosowań z klipsami tytanowymi, min. 16 magazynków
- 2) średnica 10 mm
- 3) długość 340 mm

W miejsce Klipsownicy z pkt. nr 34 SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

17. Czy Zamawiający dopuści Wykonawców którzy zaoferują produkt równoważny o następujących parametrach technicznych:

Kosz do sterylizacji narzędzi laparoskopowych z pokrywą.

W skład wchodzi: uchwyty stabilizujące silikonowe, wkład, stojak z uchwytami.

Wymiary: min 530 x min 108 x min 260.

Kompatybilny ze sterylizacją parową

W miejsce Kosza do sterylizacji narzędzi z pkt. nr 37 SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

18. Dotyczy załącznika nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia), punkt 39: Prosimy o potwierdzenie, że instrukcje obsługi należy dostarczyć wraz z dostawą sprzętu?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, instrukcje obsługi należy dostarczyć wraz z dostawą sprzętu.



19. Dotyczy załącznika nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia), punkt 43 oraz wzór umowy – paragraf 4, ustęp 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zagwarantowanie dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych przez okres 8 lat?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.

20. Dotyczy załącznika nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia), punkt 44: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby czas reakcji serwisu na zgłoszenie był liczony w dniach roboczych?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.

21. Dotyczy załącznika nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia), punkt 46 oraz wzór umowy – paragraf 4, ustęp 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na usunięcie usterki w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych do 12 dni roboczych?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.

22. Dotyczy załącznika nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia), punkt 3 oraz zapisów SIWZ, punkt 8.5 (inne wymagane dokumenty): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu/asortymentu (np. wyposażenie wózka), który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.

23. Dotyczy załącznika nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia), punkt 3 oraz zapisów SIWZ, punkt 8.5 (inne wymagane dokumenty): Czy w przypadku zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w SIWZ – punkt 8.5 (inne wymagane dokumenty – oświadczenie) oraz w załączniku nr 1, punkt 3? Dla takiego produktu zostanie przedstawione stosowne oświadczenie.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.

24. Dotyczy załącznika nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia), punkt 32 (rurka ssąco-płucząca): Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje rurkę ssąco-płuczącą, z bocznymi otworami oraz rączką z zaworem dwudrożnym o średnicy 5 mm, bez podawania długości minimalnej, spełniającej wszystkie wymogi potrzebne do wykonania zabiegu laparoskopowego?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.

25. Dotyczy załącznika nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia), punkt 36 (pistolet do czyszczenia): Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje pistolet do czyszczenia lub suszenia instrumentów z nasadkami i mocowaniem objęty stawką VAT 23%? W przypadku odpowiedzi negatywnej bardzo prosimy o wydzielenie ww pistoletu do osobnego pakietu.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.

26. Dotyczy załącznika nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia), punkt 17 (wózek aparaturowy): Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje wózek aparaturowy, którego niektóre elementy są objęte stawką VAT 23%?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nisku
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1
tel. (15) 8416703, fax (15) 8416704
NIP 865-20-74-945, REGON 000306680

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nisku
Roman Ryznar