

Wszyscy zainteresowani postępowaniem
do dostawę dwóch kardiomonitorów
do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 01/12/2016 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) (zwanej dalej „ustawą Pzp”) w trybie **zapytania ofertowego**, na: **dostawę dwóch kardiomonitorów do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

- Dotyczy **pkt. 5** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor kompaktowy z kolorowym ekranem dotykowym typu LCD TFT o rozdzielczości 1 260 x 1 024 pikseli, z możliwością regulacji jasności? W monitorze nie ma potrzeby regulacji kontrastu gdyż wyświetlane krzywe w monitorze o tak wysokiej rozdzielczości są bardzo dobrze widoczne..
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
- Dotyczy **pkt. 10** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor kompaktowy z analizą odcinka ST z min. 6 odprowadzeń przy wykorzystaniu kabla 5 żyłowego?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
- Dotyczy **pkt. 11** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor kompaktowy z fabrycznie wbudowanym modulem SPO₂ o wysokiej czułości bez możliwości opóźnienia alarmu?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
- Dotyczy **pkt. 14** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor kompaktowy posiadający pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych z ostatnich 120 godzin w rozdzielczości 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 60 min, pamięć z ostatniej godziny w rozdzielczości 1 lub 5 sekund oraz pamięć ostatnich 500 zdarzeń alarmowych oraz ciągly zapis wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu 2 godzin?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
- Dotyczy **pkt. 15** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor kompaktowy z pamięcią wszystkich krzywych dynamicznych z okresu 2 godzin?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
- Dotyczy **pkt. 17** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor kompaktowy z zapisem w pamięci monitora 200 zdarzeń alarmowych z zapisem wszystkich wartości liczbowych oraz fali dynamicznej która wywołała zdarzenie alarmowe?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
- Dotyczy **pkt. 19** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor kompaktowy z wbudowanym złączem USB ale bez możliwości przenoszenia danych pacjenta do komputera? Złącze USB przeznaczone jest do czynności serwisowych oraz aktualizacji oprogramowania.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
- Dotyczy **pkt. 21** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor kompaktowy z możliwością rozbudowy o rejestrator termiczny z jednoczesnym wydrukiem 3 odprowadzeń EKG? W przypadku wydruku 6 odprowadzeń EKG na papierze drukarki o szer. 50 milimetrów analiza zapisu będzie nieczytelna.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Informujemy, że stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nisku
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1
tel. (15) 8416703, fax (15) 8416704
NIP 865-20-74-945, REGON 000306680

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nisku


Roman Ryznar