

**Wszyscy zainteresowani postępowaniem  
przetargowym na dostawę endoprotez  
i materiałów ortopedycznych  
do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, że w dniach 12/03/2020 i 13/03/2020 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Dostawę endoprotez i materiałów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Dotyczy Załącznika nr 9 Projekt umowy. Zgodnie z regulacjami wzoru umowy Załącznik nr 9 dostawa wyrobów medycznych na rzecz Zamawiającego następuje poprzez magazyn Zamawiającego znajdujący się na terenie szpitala Oznacza to, że wyroby medyczne dostarczane są przez wykonawcę do magazynu, a następnie sukcesywnie, w miarę potrzeb, pobierane są z magazynu i wykorzystywane przez Zamawiającego, w którym to dopiero momencie ich własność przechodzi na Zamawiającego. Jednocześnie wzór umowy nie zawiera żadnych regulacji dotyczących odpowiedzialności Zamawiającego za leki/wyroby medyczne znajdujące się w magazynie. Do SIWZ nie został również załączony projekt dodatkowej umowy regulującej prawa i obowiązki oraz ryzyka stron związane z magazynowaniem wyrobów medycznych. W konsekwencji nie jest jasne jakie są zasady odpowiedzialności stron w tym zakresie. Gdy wyroby medyczne znajdują się w magazynie Zamawiającego [JF1] wykonawca nie ma możliwości sprawowania nad nimi jakiegokolwiek pieczy. Dlatego rozumiemy, że za utratę lub zniszczenie wyrobów medycznych odpowiada wówczas Zamawiający, tj. od momentu ich dostawy do magazynu przez wykonawcę. Zagadnienie to nie jest jednak jasne z uwagi na brak jednoznacznych regulacji umownych w tym zakresie i może prowadzić do sporów między stronami. Wobec powyższego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zasad odpowiedzialności Zamawiającego poprzez jednoznaczne wskazanie w projekcie umowy] załączonej do SIWZ, iż Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wyroby medyczne od momentu ich dostawy przez wykonawcę do magazynu.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie załącznika nr 9 (Umowa/Projekt) poprzez dodanie w §1. (Przedmiot umowy) punktu nr 4 i nr 5, które otrzymują brzmienie:**

4. Kupujący zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania dostarczonych wyrobów medycznych w magazynie, tak aby zachować je w stanie niepogorszonym i ponosi odpowiedzialność z tytułu zawinionej i udowodnionej szkody powstałej w czasie trwania umowy w wyrobach medycznych przyjętych do magazynu.
5. Kupujący umożliwi uprawnionym przedstawicielom Sprzedającego dostęp do magazynu w celu sprawdzenia jego ilości i stanu.

2. Dotyczy Pakietu nr 4. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.**

3. Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 3 dopuści możliwość zaferowania wkrętów do kości gąbczastej  $\varnothing$  6,5 mm?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania wkrętów do kości gąbczastej  $\varnothing$  6,5 mm.**

4. Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 11 dopuści możliwość zaferowania gwoździ śródszpikowych dla dzieci prostych tip R-10  $\varnothing$  (mm) 1,6-3,0; L (mm) 250-400?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania gwoździ śródszpikowych dla dzieci prostych tip R-10  $\varnothing$  (mm) 1,6-3,0; L (mm) 250-400.**

5. Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 12 dopuści możliwość zaferowania gwoździ śródszpikowych dla dzieci o długości L (mm) 250-400?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania gwoździ śródszpikowych dla dzieci o długości L (mm) 250-400.**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nisku  
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1  
tel. (15) 8416703, fax (15) 8416704  
NIP 865-20-74-945, REGON 000306680**

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Nisku

*Paweł Błasiak*