

**Wszyscy zainteresowani postępowaniem przetargowym na dostawę odczynników do biochemii klinicznej, odczynników immunodiagnostycznych oraz odczynników do równowagi kwasowo-zasadowej, elektrolitów i hematokrytu wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13/08/2019 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego, na: **Dostawę odczynników do biochemii klinicznej, odczynników immunodiagnostycznych oraz odczynników do równowagi kwasowo-zasadowej, elektrolitów i hematokrytu wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku.** Treść wspomnianych prośb jest następująca:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testu Vitamin D Total (oznaczający hydroksylowane formy witaminy 25(OH)D3 i 25(OH)D2, co jest zgodne z aktualnymi rekomendacjami i zaleceniami?  
**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.**
2. Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający wymaga, aby oferowany test do oznaczania troponiny był testem wysokoczułym, zgodnym z obowiązującymi zaleceniami i wymogami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PTK oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC i umożliwiał zastosowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego? Pozwoli to Zamawiającemu na prowadzenie wiarygodnej i szybkiej diagnostyki kardiologicznej zgodnie z najnowszymi rekomendacjami.  
**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga, aby oferowany test do oznaczania troponiny był testem wysokoczułym.**
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dla testów Vitamin D i HIV szybkość otrzymania pierwszego wyniku wynosiła 27 minut?  
**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę aby dla testów Vitamin D i HIV szybkość otrzymania pierwszego wyniku wynosiła 27 minut.**
4. Dotyczy Załącznika nr 9 - projekt umowy. Par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?  
**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę Par. 2 ust. 2 projektu umowy. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie załącznika nr 9 – Umowa (Projekt) poprzez zmianę §2 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć analizator w terminie do 21 dni od dnia podpisania niniejszej umowy oraz zainstalować i podłączyć analizator do istniejącej w Laboratorium Centralnym sieci informatycznej (Lab AMMS) w ciągu 7 dni od daty dostarczenia, na własny koszt i ryzyko.” Zmodyfikowana treść SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego, [www.szpital-nisko.pl](http://www.szpital-nisko.pl) w zakładce przetargi.**

5. Dotyczy Załącznika nr 9 - projekt umowy. Par. 2 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę Par. 2 ust. 4 projektu umowy. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie załącznika nr 9 – Umowa (Projekt) poprzez zmianę §2 ust. 4, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia min. jednego szkolenia technicznego i aplikacyjnego dla dwóch pracowników Zamawiającego, chyba że okaże się ono niewystarczające – to na wniosek Zamawiającego szkolenie zostanie powtórzone. Szkolenia odbędą się w terminie ustalonym przez Zamawiającego.” Zmodyfikowana treść SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego, [www.szpital-nisko.pl](http://www.szpital-nisko.pl) w zakładce przetargi.**

6. Dotyczy Załącznika nr 9 - projekt umowy. Par. 4 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odsetki były naliczane zgodnie z Ustawą o terminach płatności w transakcjach handlowych?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.**

7. Dotyczy Załącznika nr 9 - projekt umowy. Par. 7 ust. 1 pkt 1.1, pkt 1.3 - 1.4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.**

8. Dotyczy Załącznika nr 9 - projekt umowy. Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia umowy na: „W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania postanowień umowy z przyczyn przez niego zawinionych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto.” Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę Par. 7 ust. 3 projektu umowy. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie załącznika nr 9 – Umowa (Projekt) poprzez zmianę §7 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: „W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania postanowień umowy z przyczyn przez niego zawinionych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto.” Zmodyfikowana treść SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego, [www.szpital-nisko.pl](http://www.szpital-nisko.pl) w zakładce przetargi.**

9. Dotyczy Załącznika nr 9 - projekt umowy. Par. 9 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.**

10. Dotyczy SIWZ punkt 8.2. Czy Zamawiający dopuści dołączenie do oferty materiałów informacyjnych lub katalogów, folderów, ulotek reklamowych itp. w postaci elektronicznej na płycie CD/DVD?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty materiałów informacyjnych lub katalogów, folderów, ulotek reklamowych itp. w postaci elektronicznej.**

11. Dotyczy SIWZ punkt 8.2. Czy w przypadku załączania do oferty drukowanych wersji materiałów informacyjnych lub katalogów, folderów, ulotek reklamowych itp. z uwagi na dużą liczbę stron Zamawiający wyrazi zgodę na podpisywanie załącznika tylko na pierwszej stronie ze wskazaniem których stron podpis dotyczy?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na podpisywanie załącznika tylko na pierwszej stronie ze wskazaniem których stron podpis dotyczy.**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nisku**  
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1  
tel. (15) 8416703, fax (15) 8416704  
NIP 865-20-74-945, REGON 000306680

**Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Nisku**

**Paweł Błasiak**

