

Wszyscy zainteresowani postępowaniem  
przetargowym na dostawę wyrobów ortopedycznych  
do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

**ODPOWIEDŹ**  
na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, że w dniach 29/05/2019, 31/05/2019 i 03/06/2019 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, na: **Dostawę wyrobów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**. Treść wspomnianych próśb jest następująca:

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 poz. 13 druty do wiązania odłamów kostnych o długości 10 m z adekwatnym przeliczeniem zapotrzebowanej ilości?  
**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.**
2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 8 Gwoździe Kirschnera gwintowane o długości 310 mm?  
**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Gwoździ Kirschnera gwintowanych o długości 310 mm.**
3. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 9 Groty Steinmanna o średnicy Ø3,5 mm? Zamawiający wymaga w tej pozycji średnicy Ø3,0 mm natomiast ten rozmiar jest zaliczany do drutów Kirschnera. Prosimy o sprostowanie.  
**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający zgodnie z zapisem siwz wymaga zaoferowania Grotów Steinmanna o średnicy Ø3,0 mm.**
4. Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie GWOŹDZIE RUSH'A Ø (mm) 2,5; L (mm) 100 – 220.  
**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.**
5. Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie GWOŹDZIE RUSH'A Ø (mm) 3,0 lub 3,5; L (mm) 100 – 240.  
**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.**
6. Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie GWOŹDZIE RUSH'A Ø (mm) 4,0; L (mm) 200 – 320.  
**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak, zgodnie z zapisem siwz.**
7. Czy Zamawiający może potwierdzić, że wyraża zgodę na złożenie ofert częściowych? Zapisy SIWZ, pkt. 3.4 oraz z ogłoszenia o zamówieniu wskazują na konieczność złożenia oferty na wszystkie części, natomiast zapis SIWZ, pkt. 3.3. mówi o możliwości składania ofert częściowych.  
**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na złożenie ofert częściowych. Zgodnie z zapisami siwz Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań.**
8. Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów do kości gąbczastej Ø6,5 mm?  
**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.**

9. Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 11 dopuści możliwość zaferowania gwoździ śródszpikowych dla dzieci prostych tip R-10 Ø (mm) 1,6-3,0; L (mm) 250-400?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.**

10. Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 12 dopuści możliwość zaferowania gwoździ śródszpikowych dla dzieci o długości L (mm) 250-400?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza zaferowanie gwoździ śródszpikowych dla dzieci o długości L (mm) 250-400.**

11. Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 8 dopuści możliwość zaferowania gwoździ Kirschnera gwintowanych o długości 310 mm?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza zaferowanie Gwoździ Kirschnera gwintowanych o długości 310 mm.**

12. Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 9 dopuści możliwość zaferowania gwoździ Steinmanna o średnicy Ø4,0 mm?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.**

13. Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 1 dopuści możliwość zaferowania: Tytanowe płytki do zespołów złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe wąskie i szerokie, grzbietowe, pozastawowe oraz kolumnowe promieniowe. Od 2 do 7 otworów w głowie płytki oraz od 2 do 5 otworów w trzonie. Różne długości płyt. Otwory blokowane z gwintem stożkowym oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsćiówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.**

14. Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 6 dopuści możliwość zaferowania: Gwóźdź o wygięciu w części proksymalnej 6° (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 2 000 mm), średnica proksymalna gwoździa Ø16,0 mm. Możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej poprzez celownik. Śruba doszyjkowa Ø11,0 mm z owalnym gwintem teleskopowa ze śrubą kompresyjną M4, długość 70 - 130 mm z przeskokiem co 5 mm, samogwintująca. Możliwość zastosowania dodatkowych pinów antyrotacyjnych Ø4,0 mm, w dł. 70 - 110 mm. Zaślepka tytanowa, o przewyższeniu 0 mm, 5 mm i 10 mm. Śruba dystalna Ø4,5 mm, dł. od 20 mm do 80 mm. Instrumentarium pozwalające na wykonanie śródoperacyjnej kompresji międzyodłamowej. Gwóźdź dostępny w rozmiarach:

- 180 - 280mm, Ø10, Ø11, Ø12mm, kąt CCD: 125°, 130°, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny,
- 300 - 460 mm, średnica Ø10, Ø11, Ø12 mm, kąt CCD: 125°,130°, w wersji prawy i lewy, ze skokiem co 20 mm

1. Gwóźdź długi
2. Gwóźdź krótki
3. Śruba doszyjkowa Ø11,0 mm
4. Zaślepka
5. Wkręt blokujący
6. Pin derotacyjny

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nisku  
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1  
tel. (15) 8416703, fax (15) 8416704  
NIP 865-20-74-945, REGON 000306680

P.o. Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
Nisku  
*Roman Ryznar*

*Yob*