

Wszyscy zainteresowani postępowaniem  
przetargowym na Dostawę aparatu rentgenowskiego  
z ramieniem C, stołu operacyjnego i ultrasonografu  
do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

**ODPOWIEDŹ**  
na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, że w dniu 09/11/2016 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: **Dostawę aparatu rentgenowskiego z ramieniem C, stołu operacyjnego i ultrasonografu do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Dotyczy: Załącznika nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia „Aparat RTG z ramieniem C”. Pkt. 35. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG z ramieniem C z manualnym (ale wspomaganym mechanicznie) ruchem pionowym ramienia C? Taki system umożliwia zastosowanie funkcji punktowanej, opisanej w pkt. 42.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.**

2. Dotyczy: Załącznika nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia „Aparat RTG z ramieniem C”. Pkt. 36. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG z ramieniem C o całkowitym zakresie obrotu ramienia wokół osi poziomej  $+300^{\circ}/-120^{\circ}$  (czyli  $420^{\circ}$ ), natomiast o pozostałych parametrach techniczno-użytkowych znacznie wyższych niż wymagane?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.**

3. Dotyczy: Załącznika nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia „Aparat RTG z ramieniem C” Pkt. 74. Co Zamawiający rozumie pod wymogiem „Dodatkowy system archiwizacji”? Czy chodzi o funkcję DICOM Storage?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie.** Zamawiający pod pojęciem „Dodatkowy system archiwizacji” ma na myśli dodatkowy zewnętrzny system archiwizacji, np. dysk zewnętrzny lub laptop.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

p.o. Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Nisku  
**Roman Ryznar**