

Wszyscy zainteresowani postępowaniem przetargowym na Dostawę ambulansu ratunkowego specjalistycznego typu C z zabudową medyczną wraz z wyposażeniem do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 09/11/2016 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: **Dostawę ambulansu ratunkowego specjalistycznego typu C z zabudową medyczną wraz z wyposażeniem do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Dotyczy Respiratora transportowego. Czy Zamawiający pozwoli sobie zaoferować respirator transportowy wyprodukowany w roku 2016?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji zapisów specyfikacji w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. W Załączniku nr 1 do siwz w pkt. 175 było: **Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji 2013), nieużywane, nieprefabrykowane i nieregenerowane, nienaprawiane, wolne od wad i usterek. Po modyfikacji jest: Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji 2016), nieużywane, nieprefabrykowane i nieregenerowane, nienaprawiane, wolne od wad i usterek.**
2. Dotyczy ssaka elektrycznego. Czy Zamawiający pozwoli sobie zaoferować ssak elektryczny wyprodukowany w 2016 roku o wadze 4,7 kg?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji zapisów specyfikacji w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. W Załączniku nr 1 do siwz w pkt. 204 było: **Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji 2013), nieużywane, nieprefabrykowane i nieregenerowane, nienaprawiane, wolne od wad i usterek. Po modyfikacji jest: Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji 2016), nieużywane, nieprefabrykowane i nieregenerowane, nienaprawiane, wolne od wad i usterek.**
3. Dotyczy noszy podbierających punkt 279. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie noszy podbierakowych wyposażonych w standardowe zamki, bez podwójnych zapadek? Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że nosze podbierakowe są używane przez profesjonalnych użytkowników, więc jakiegokolwiek przypadkowe działanie nic może mieć miejsca. Ponadto nosze podbierakowe są prostymi urządzeniami wyposażonymi tylko w przyciski zamków blokujących, oraz regulacji długości, umieszczone całkiem w innym miejscu, więc o przypadkowości podczas używania nie może być mowy.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
4. Czy Zamawiający wymaga aby defibrylator przenośny miał możliwość transmisji diagnostycznego 12 odprowadzeniowego EKG do stacji odbiorczych w kardiologiach inwazyjnych w Sandomierzu, Mielcu i Stalowej Woli?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Ambulans wyposażony w okno dachowe pełniące wyłącznie funkcje doświetlenia przedziału medycznego?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Ambulans nie wyposażony w urządzenie zabezpieczające przed użyciem przez osoby trzecie Ambulansu pozostawionego z pracującym silnikiem (podczas prowadzenia akcji ratunkowej).

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Ambulans wyposażony w podstawę noszący z płynną regulacją pochyleń Trendelenburga i antywstrząsową z przesuwem bocznym i wysuwem na zewnątrz z pochyłem po wysunięciu sterowaną mechanicznie?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

**p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nisku**

Roman Ryznar