

**Wszyscy zainteresowani postępowaniem  
przetargowym na dostawę drobnego sprzętu  
medycznego jednorazowego użytku do Szpitala  
Powiatowego im. PCK w Nisku**

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, że w dniu 04/09/2017 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie przetarg nieograniczony, na: **Dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Pakiet 3, Poz. 12. Prosimy o dopuszczenie stosowanej przez Zamawiającego strzykawki napełnionej fabrycznie do przepłukiwania zawierająca chlorek sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%) o pojemności 5 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 9ml). Strzykawka posiada średnicę cylindra odpowiadającą strzykawce o pojemności 10ml, długi korek zamykający o dł. min 12mm, posiadający gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki o przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika. Po podażu tłok chowa się całkowicie w cylindrze strzykawki, co zapobiega ponownemu użyciu strzykawki oraz minimalizuje objętość strzykawki, co przyczynia zmniejszenie ilości odpadów medycznych.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

2. Pakiet 10, Poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu tlenowego do maski od dł. min. 2,1m.
3. Pakiet 10, Poz. 1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy dren tlenowy ma posiadać antyzagięciowy, gwiazdkowy przekrój oraz być zakończony uniwersalnym łącznikiem kompatybilnym z urządzeniami wymagającymi zakończeń standardowych i/lub gwintowanych?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Dren tlenowy ma być zakończony uniwersalnym łącznikiem kompatybilnym z urządzeniami wymagającymi zakończeń standardowych.**

4. Pakiet 10, Poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego, mikrobiologicznie czystego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999%, p/wirusowej 99,9999%, z medium filtracyjnym hydrofobowym, przestrzenią martwą 35ml, opory przepływu 0,7cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 30l/min, objętość oddechowa Vt 120-1000ml, waga 16g, filtr ze złączem prostym o średnicy 22M/15F, 22F/15M, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

5. Pakiet 10, Poz. 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,99 % z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o poziomie nawilżania 33mg H<sub>2</sub>O/l przy VT=500ml, przestrzeń martwa 77ml, opory przepływu 1,0cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 300-1000 ml, waga 24 g, filtr ze złączem prostym o średnicy 22M/15F, 22F/15M, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,998% z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o poziomie nawilżania 30 mg H<sub>2</sub>O/l przy VT=500ml, przestrzeń martwa 34ml, opory przepływu 0,9cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 120-750ml, waga 17g, filtr ze złączem prostym o średnicy 22M/15F, 22F/15M, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

6. Pakiet 10, Poz. 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z jednomembranowym wkładem wykonanym z pianki, z portem tlenowym ze stożkową końcówką, z samodomykającym się portem do odsysania o średnicy 15mm, skuteczność nawilżania 24mg H<sub>2</sub>O przy Vt 500ml, utrata wilgotności 13,5mg H<sub>2</sub>O przy Vt 500ml, przestrzeń martwa 16ml, opór przepływu 0,2cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 60 l/min, przeznaczony od objętości oddechowej Vt 60ml (maksymalna objętość oddechowa Vt 1000 ml), waga 6g, biologicznie czysty.  
**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**
7. Pakiet 11, Poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej jednokrotnego użytku do wentylacji pacjenta z możliwością dokonania intubacji dotchawiczej, wyprofilowana anatomicznie pod kątem około 90 stopni z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankieta co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta, posiadająca uchwyt dla ułatwienia założenia maski z ruchomym języczkiem ogranicznika nagłośni chroniącym przed możliwością wklonowania nagłośni i jednocześnie umożliwiającym dokonanie intubacji, w rozmiarach (3; 4; 5), w zestawie lubrikant (żel) i strzykawka luer-lock 30ml.  
**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.**
8. Pakiet 11, Poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku, z kopułą maski o budowie chroniącej przed wklonowaniem nagłośni, z przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankieta co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania, opakowanie z zamieszczoną instrukcją użycia, informacje dotyczące rozmiaru na baloniku kontrolnym, dot. wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankieta umieszczone na opakowaniu jednostkowym, znacznik prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce. Rozmiar: 1-5.  
**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.**
9. Pakiet 11, Poz. 2. Prosimy o doprecyzowanie czy w celu łatwej identyfikacji rozmiaru maski Zamawiający wymaga aby rozmiar kodowany był kolorem mankieta i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej?  
**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby rozmiar kodowany był kolorem mankieta i balonika kontrolnego.**
10. Pakiet 11, Poz. 2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w trosce o bezpieczeństwo pacjenta maski mają być pozbawione szkodliwych substancji tj. latex, BPA i DEHP?  
**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zgodnie z siwz.**
11. Pakiet 11, Poz. 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego dla dorosłych, rury 22mm, karbowane, 180cm, trójnik Y, kolanko z portem CO<sub>2</sub>, kolanko rozłączalne od łącznika Y, biologicznie czysty, bez ftalanów.  
**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**
12. Pakiet 11, Poz. 4. 1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego dla dorosłych, rury 22 mm o regulowanej długości 180cm, trójnik Y, kolanko z portem CO<sub>2</sub>, dodatkowa rura rozciągliwa do 1,5m, worek oddechowy 2 litry, biologicznie czysty, bez ftalanów.  
**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**
13. Pakiet 11, Poz. 5. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje obwodu oddechowego jednorurowego do respiratora bez dodatkowej rury rozciągliwej do 90 cm?  
**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie zaszła oczywista omyłka pisarska. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.**
14. Pakiet 11, Poz. 5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego, dwuświatłowego, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22mm i długości 1,8m, z kolankiem z portem kapno, rura wydechowa do podłączenia do respiratora 40cm, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów DEHP.  
**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**
15. Pakiet 11, Poz. 5. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby obwód oddechowy jednorurowy posiadał określoną wydajność ogrzania powietrza wdychanego wynoszącą 6,2 stopnia C przy przepływie 4 l/min. oraz opory: wdychowy 0,14 cm H<sub>2</sub>O i wydechowy 0,16 cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 10 l/min.  
**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.**
16. Pakiet 11, Poz. 6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego, dwuświatłowego, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22mm i długości 1,8m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1,5m z 2L workiem bezłateksowym, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP.  
**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.**

17. Pakiet 11, Poz. 6. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby obwód oddechowy jednorurowy posiadał określoną wydajność ogrzania powietrza wdychanego wynoszącą 6,2 stopnia C przy przepływie 4 l/min. oraz opory: wdechowy 0,14cm H<sub>2</sub>O i wydechowy 0,16cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 10 l/min.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.**

18. Pakiet 11, Poz. 7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużacza do obwodu oddechowego, do podłączenia rurki intubacyjnej z filtrem oddechowym, rozciągliwy do dł. 15cm, złącza 22mmF-22mmM/15mmF, łącznik kątowy podwójnie obrotowy z portem do odsysania i portem do bronchoskopii, sterylny.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

19. Pakiet 11, Poz. 7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużacza do obwodu oddechowego, do podłączenia rurki intubacyjnej z filtrem oddechowym, rozciągliwy do dł. 18cm, złącza 22mmF-22mmM/15mmF, łącznik kątowy podwójnie obrotowy z portem do odsysania i portem do bronchoskopii, biologicznie czysty.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

20. Pakiet 14, Poz. 4. Prosimy Zamawiającego o odpuszczenie myjki w formie rękawicy do mycia ciała pacjenta - jednostronnie impregnowanej mydłem o neutralnym pH 5,5 o wymiarach 17,2cm x 24,2cm (+/- 1cm), waga pojedynczej myjki: 6,3. (+/- 0,1), grubość myjki 3mm, reszta parametrów zgodna z SIWZ.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nisku  
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1  
tel. (15) 8416703, fax (15) 8416704  
NIP 865-20-74-945, REGON 000306680

p.o. Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Nisku  
*Roman Ryznar*  
Roman Ryznar