

**Wszyscy zainteresowani postępowaniem
przetargowym na dostawę, montaż i uruchomienie
myjni - dezynfektorów do Szpitala Powiatowego
im. PCK w Nisku oraz szkolenie personelu
w zakresie obsługi urządzeń**

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach 14/11/2017 i 15/11/2017 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Dostawę, montaż i uruchomienie myjni - dezynfektorów do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzeń**. Treść wspomnianych prośb jest następująca:

1. Zadanie nr 1. Czy Zamawiający będzie wymagał urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie z programem dezynfekcji termicznej dedykowanym do eliminacji Clostridium Defficile. Z potwierdzoną skutecznością eliminacji Clostridium Difficile wystawionym przez niezależną instytucję naukowo-badawczą?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie.

2. Zadanie nr 2. Czy Zamawiający będzie wymagał urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie z programem dezynfekcji termicznej dedykowanym do eliminacji Clostridium Defficile. Z potwierdzoną skutecznością eliminacji Clostridium Difficile wystawionym przez niezależną instytucję naukowo-badawczą?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie.

3. Zadanie nr 1, pkt. 12. Czy Zamawiający dopuści myjnię - dezynfektor z jednym niezależnym czujnikiem pomiaru temperatury w celu kontroli procesu mycia i dezynfekcji znajdującym się wewnątrz komory urządzenia?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

4. Zadanie nr 2, pkt. 12. Czy Zamawiający dopuści myjnię - dezynfektor z jednym niezależnym czujnikiem pomiaru temperatury w celu kontroli procesu mycia i dezynfekcji znajdującym się wewnątrz komory urządzenia?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

5. Zadanie nr 1, pkt. 13. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia z możliwością kalibracji czujników temperatury przez uprawnionego serwisanta producent przy pomocy specjalnego klucza dostarczanego z urządzeniem? Możliwość kalibracji w/w parametru wymaga specjalnego przeszkolenia, wybiegającego znacznie poza zakres szkolenia z obsługi, wadliwa kalibracja może spowodować uszkodzenie urządzenia, co niesie za sobą utratę gwarancji?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

6. Zadanie nr 2, pkt. 13. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia z możliwością kalibracji czujników temperatury przez uprawnionego serwisanta producent przy pomocy specjalnego klucza dostarczanego z urządzeniem? Możliwość kalibracji w/w parametru wymaga specjalnego

przeszkolenia, wybiegającego znacznie poza zakres szkolenia z obsługi, wadliwa kalibracja może spowodować uszkodzenie urządzenia, co niesie za sobą utratę gwarancji?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

7. Zadanie nr 1, pkt. 21. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia z wbudowaną pompą cyrkulacyjną o mocy 85l/min?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

8. Zadanie nr 2, pkt. 21. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia z wbudowaną pompą cyrkulacyjną o mocy 85l/min?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

9. Zadanie nr 1, pkt. 22. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia z wbudowaną pompą detergentu oraz z wbudowaną pompą środka zmiękczającego wodę, co znacznie przedłuża czas użytkowania oraz zmniejsza do minimum możliwość zakamienienia dysz myjni - dezynfektora?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak. Zamawiający dopuszcza.

10. Zadanie nr 2, pkt. 22. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia z wbudowaną pompą detergentu oraz z wbudowaną pompą środka zmiękczającego wodę, co znacznie przedłuża czas użytkowania oraz zmniejsza do minimum możliwość zakamienienia dysz myjni - dezynfektora?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak. Zamawiający dopuszcza.

11. Zadanie nr 1, pkt. 25. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia z dezynfekcją systemu przewodów (PSD) szybka dezynfekcja przez wszystkie stałe i obracające się dysze również zapewnia unikalne korzyści, ponieważ cały system przewodów i dysz jest dezynfekowany podczas każdego cyklu, co eliminuje ryzyko zakażenia?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak. Zamawiający dopuszcza.

12. Zadanie nr 2, pkt. 25. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia z dezynfekcją systemu przewodów (PSD) szybka dezynfekcja przez wszystkie stałe i obracające się dysze również zapewnia unikalne korzyści, ponieważ cały system przewodów i dysz jest dezynfekowany podczas każdego cyklu, co eliminuje ryzyko zakażenia?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak. Zamawiający dopuszcza.

13. Dotyczy Zadania nr 1 i 2. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie posiadało fabrycznie zwalidowany program do mycia i dezynfekcji pozwalający na skuteczną eliminację sporów Clostridium Difficile, co byłoby potwierdzone certyfikatem wystawionym przez niezależną instytucję posiadającą akredytację.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie.

14. Dotyczy Zadania nr 1 i 2. Czy Zamawiający wymaga aby środki do mycia i dezynfekcji wymagane z dostawą myjni w obu zdaniach były wyrobem medycznym klasy II b?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie.

15. Dotyczy Zadania nr 1 i 2. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zamierza podłączyć myjnię do kaczek i basenów do szpitalnej sieci informatycznej oraz iż pozwoli na zdalny dostęp z zewnątrz do tej sieci.

Prosimy o podanie kto jest odpowiedzialny za podłączenie myjni do kaczek i basenów do szpitalnej sieci informatycznej oraz w jakim systemie funkcjonują serwery szpitalne, do których ma zostać podłączona myjnia do kaczek i basenów.

Czy opisane specjalistyczne oprogramowanie do monitorowania i rejestracji cykli mycia i dezynfekcji kaczek i basenów ma stanowić wyposażenie zaoferowanej myjni? Gdzie powinno zostać zainstalowane, czy na serwerze szpitalnym czy też na zewnętrznym komputerze. Jeśli na komputerze prosimy o podanie minimalnych wymagań technicznych komputera oraz o informację czy Zamawiający zapewnia komputer do instalacji czy też powinien on zostać dostarczony wraz z myjnią?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający wymaga jedynie interfejsu dającego możliwość podłączenia urządzeń do komputera klasy PC i nie zamierza podłączać myjni do szpitalnej sieci informatycznej.

16. Dotyczy Zadania nr 1 i 2. Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie wyposażone w 14 dysz myjących, w których korpus wykonany jest ze stali kwasoodpornej, zaś elementy natryskowe z nowoczesnych

tworzyw sztucznych? Rozwiązanie takie pozwala na znacznie lepsze ukształtowanie dysz myjących, co przekłada się na osiąganie lepszych efektów mycia i dezynfekcji. Współczesne tworzywa sztuczne są co najmniej równie odporne na działanie środków chemicznych i wysokiej temperatury jak stal kwasoodporna zaś ich ewentualna naprawa jest znacznie tańsza i szybsza niż naprawa dysz wykonanych jedynie ze stali kwasoodpornej.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak. Zamawiający dopuszcza.

17. Dotyczy Zadania nr 1 i 2. Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię nie wyposażoną w możliwość programowania samodezynfekcji w dowolnych odstępach czasowych? Oferowane przez nas myjnie dokonują pełnej samodezynfekcji w czasie każdego cyklu mycia i dezynfekcji naczyń, nie ma więc potrzeby programowania dodatkowych procesów samodezynfekcji.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak. Zamawiający dopuszcza.

18. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia wyposażona była w komorę tłoczoną, wykonaną z jednego kawałka stali? Na rynku dostępne są również myjnie wyposażone w komory spawane, które są znacznie mniej wytrzymałe, a ponadto posiadają ślady łączenia (spawy), na których osadzają się zanieczyszczenia mogące wtórnie skazić myte przedmioty.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby myjnia wyposażona była w komorę tłoczoną, wykonaną z jednego kawałka stali.

19. Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w czujniki nie wymagające stosowania specjalnego narzędzia jak np. klucza do kalibracji? Jest to rozwiązanie znacznie bardziej funkcjonalne niż opisane w SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak, pod warunkiem, że Zamawiający będzie miał możliwość samodzielnego wykonywania kalibracji czujników lub oferowane czujniki nie wymagają wykonywania kalibracji.

20. Czy Zamawiający przez zapis w pkt. 9 rozumie możliwość podłączenia drukarki do urządzenia czy wymaga dostawy urządzeń z drukarkami? W obecnie obowiązującym prawie nie ma konieczności archiwizowania procesów mycia i dezynfekcji w myjniach do mycia kaczek i basenów.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający przez zapis w pkt. 9 rozumie możliwość podłączenia drukarki do urządzenia.

21. Czy w celu ograniczenia hałasu generowanego przez myjnię wymaga aby myjnia emitowana głośność na poziomie max. 51 dB?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga aby generowany i emitowany przez myjnię hałas wynosił max. 51 dB.

22. Dotyczy Zadania nr 1. Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę myjni o pojemności komory 1 basen i 2 kaczki?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.

23. Dotyczy Zadania nr 1. Czy w celu ograniczenia hałasu generowanego przez myjnię wymaga aby myjnia emitowana głośność na poziomie max. 51 dB?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga aby generowany i emitowany przez myjnię hałas wynosił max. 51 dB.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nisku**
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1
tel. (15) 8416703, fax (15) 8416704
NIP 865-20-74-945, REGON 000306680

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nisku

Roman Ryznar