

Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko

Znak sprawy: Z.II.2300/Zp/29/2015

Nisko, 26/10/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa protez i innych wyrobów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

*Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **przetarg nieograniczony** na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)*

Zatwierdzono w dniu:
26/10/2015

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nisku

Henryk Przybycień

Nisko, Październik 2015

1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko

NIP: 865-20-74-945, REGON: 000306680

Tel. (15) 8416 703, 8416 779, Fax. (15) 8416 704

www.szpital-nisko.pl, e-mail: przetargi@szpital-nisko.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: **przetarg nieograniczony**

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: **Dostawa protez i innych wyrobów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku.**

3.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:

Zadanie częściowe nr:	Opis:
1.	Temat: Dostawa protez i innych wyrobów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Wspólny Słownik Zamówień: 33183200-8 - Protezy ortopedyczne Opis: Endoprotezy bezcementowe i cementowane Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2.	Temat: Dostawa protez i innych wyrobów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Wspólny Słownik Zamówień: 33183200-8 - Protezy ortopedyczne Opis: System endoprotez stawu biodrowego typ II i śrubo płytką dynamiczną do zespalania złamań śródtorebkowych Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.	Temat: Dostawa protez i innych wyrobów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Wspólny Słownik Zamówień: 33183100-7 - Implanty ortopedyczne Opis: System implantów do zespalania śródszpikowego kości długich Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.	Temat: Dostawa protez i innych wyrobów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Wspólny Słownik Zamówień: 33183000-6 - Dodatkowe wyroby ortopedyczne Opis: Systemy płytkowe anatomiczne blokująco-kompresyjne Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.	Temat: Dostawa protez i innych wyrobów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Wspólny Słownik Zamówień: 33183300-9 - Urządzenia do osteosyntezy Opis: Pakiet gwoździ, płyt i stabilizacji zewnętrznej do osteosyntezy Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.	Temat: Dostawa protez i innych wyrobów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Wspólny Słownik Zamówień: 33183000-6 - Dodatkowe wyroby ortopedyczne Opis: Stabilizator zewnętrzny na kończynę dolną oraz górną Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.	Temat: Dostawa protez i innych wyrobów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Wspólny Słownik Zamówień: 33183200-8 - Protezy ortopedyczne Opis: Endoprotezy bezcementowe i cementowane Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8.	Temat: Dostawa protez i innych wyrobów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Wspólny Słownik Zamówień: 33183000-6 - Dodatkowe wyroby ortopedyczne Opis: Implanty do zespolenia złamań w obrębie kości paliczków, śródreżca, przodostopia oraz głowy kości promieniowej Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- 3.3. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
- 3.4. Miejsce realizacji: Szpital Powiatowy im. PCK w Nisku.

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH (ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7)

- 4.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- 5.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: Sukcesywnie w ciągu 36 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- 6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
- 6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Lp.	Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1.	Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2.	Wiedza i doświadczenie. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
3.	Potencjał techniczny. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
4.	Osoby zdolne do wykonania zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
5.	Sytuacja ekonomiczna i finansowa. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

- 6.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
- 6.4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- 6.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 6.6. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 6.4.
- 6.7. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt. 1-9 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm).
- 6.8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

7.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), należy przedłożyć:

Lp.	Wymagany dokument
1.	Oświadczenie o spełnianiu warunków. Oświadczenie o spełnianiu warunków.
3.	Wykaz dostaw lub usług. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), należy przedłożyć:

Lp.	Wymagany dokument
1.	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
2.	Aktualny odpis lub oświadczenie. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
3.	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4.	Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
5.	Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
6.	Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
7.	Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

7.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Lp.	Wymagany dokument
1.	Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2.	Dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3.	Dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

7.4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

7.5. Inne dokumenty:

Lp.	Wymagany dokument
1.	Formularz ofertowy. Wypełniony formularz ofertowy.
2.	Formularz cenowy. Wypełniony formularz cenowy.
3.	Dowód wniesienia wadium.
4.	Dokumenty dopuszczające do obrotu. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o Wyrobach Medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z dnia 20 maja 2010 r. z późn. zm) świadectwami dopuszczającymi do obrotu są: 1. deklaracja zgodności CE producenta (dla wszystkich klas wyrobu medycznego), 2. certyfikat zgodności jednostki notyfikującej (dotyczy klas wyrobu medycznego określonych w art. 29 ust. 5 ustawy o Wyrobach Medycznych), 3. zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Lekniczych, Wyrobów Medycznych zgodnie z art. 58 ust.1 ustawy o Wyrobach Medycznych.

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. PODWYKONAWSTWO

8.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

9.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia: **16/11/2015**.

9.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 9.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

9.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 9.1.

9.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

9.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

9.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

9.7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

- 9.8.** W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 9.9.** Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
- 9.10.** Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
- w zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1. Piotr Tabor – Specjalista ds. zamówień publicznych, tel.: **(15) 8416 779**,
 - w zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1. Zbigniew Szelag - Kierownik Pododdziału Urazowo - Ortopedycznego, tel.: **(15) 8416 797**

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- 10.1.** Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Dla zadania nr 1:	2 000.00 zł (słownie: <i>dwa tysiące złotych, 00/100</i>)
Dla zadania nr 2:	3 400.00 zł (słownie: <i>trzy tysiące czterysta złotych, 00/100</i>)
Dla zadania nr 3:	1 000.00 zł (słownie: <i>jeden tysiąc złotych, 00/100</i>)
Dla zadania nr 4:	800.00 zł (słownie: <i>osiemset złotych, 00/100</i>)
Dla zadania nr 5:	2 900.00 zł (słownie: <i>dwa tysiące dziewięćset złotych, 00/100</i>)
Dla zadania nr 6:	500.00 zł (słownie: <i>pięćset złotych, 00/100</i>)
Dla zadania nr 7:	2 000.00 zł (słownie: <i>dwa tysiące złotych, 00/100</i>)
Dla zadania nr 8:	1 400.00 zł (słownie: <i>jeden tysiąc czterysta złotych, 00/100</i>)

- 10.2.** Wadium należy wnieść w terminie do dnia **07/12/2015** do godz. **10:00**.
- 10.3.** Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NADSAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W STALOWEJ WOLI, Nr rachunku: **29 9430 0006 0036 9266 2000 0001**;
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - gwarancjach bankowych;
 - gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
- 10.4.** Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
- 10.5.** Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
- 10.6.** Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
- 10.7.** Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 10.8.** Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- 10.9.** Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
- 10.10.** Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
- 10.11.** Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn.

zm.), z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej.

- 10.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- 10.13. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- 10.14. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 11.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
- 11.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 11.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.
- 11.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- 12.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 12.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 12.3. Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu.
- 12.4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
- 12.5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 12.6. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 12.7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
- 12.8. W formularzu cenowym musi być zachowana liczba porządkowa asortymentu, zamawiana ilość, ilość opakowań lub sztuk, tak jak jest wymieniona w opisie przedmiotu zamówienia.
- 12.9. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złożone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.
- 12.10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
- 12.11. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
- 12.12. Zawartość oferty: wypełniony formularz oferty oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 12.13. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „**Oferta na dostawę protez i innych wyrobów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku NIE OTWIERAĆ przed: 07/12/2015 godz. 11:00**”. Na wewnętrznej

kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

- 12.14.** Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 11.13 oraz dodatkowo oznaczone słowami „**ZMIANA**” lub „**WYCOFANIE**”.
- 12.15.** Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 13.1.** Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 12 do dnia **07/12/2015** do godz. **10:00**.
- 13.2.** Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
- 13.3.** Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **07/12/2015** o godz. **11:00**, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1.
- 13.4.** Otwarcie ofert jest jawne.
- 13.5.** Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 13.6.** Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- 14.1.** W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915) za wykonanie przedmiotu zamówienia.
- 14.2.** Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 14.3.** W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji wybranej części przedmiotu zamówienia.
- 14.4.** Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie: **PLN**.
- 14.5.** Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- 15.1.** Zamawiający będzie oceniał oferty (każdy z pakietów osobno) według następujących kryteriów:

Nr	Nazwa kryterium	Waga
1.	Cena (koszt)	90 %
2.	Warunki płatności	10 %

- 15.2.** Punkty przyznawane za podane w pkt. 15.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium	Wzór
1.	Cena (koszt) $Liczba\ punkt\ \omega\ =\ (Cmin/Cof) * 100 * waga$ gdzie: - Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert, - Cof – cena podana w badanej ofercie
2.	Warunki płatności Przelewem do 30 dni – 5 punktów Przelewem od 31 do 59 dni – 10 punktów Przelewem 60 dni i więcej – 15 punktów $Liczba\ punkt\ \omega\ =\ Lpp * waga$ gdzie: - Lpp – liczba przyznanych punktów badanej ofercie

- 15.3.** W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt. 15.5, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.

- 15.4.** Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.
- 15.5.** Zamawiający poprawia w ofercie:
- a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 15.6.** Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzspółnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 15.7.** Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);
 - pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
- 15.8.** Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.
- 15.9.** Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
- 15.10.** Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
- a) jest niezgodna z ustawą,
 - b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 15.6 lit. c),
 - c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
 - f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 - g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 15.6 lit. c),
 - h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

16. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- 16.1.** Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

- 16.2.** Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
- 16.3.** Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę,
 - d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
- 16.4.** Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt. 16.3 lit. a) Zamawiający umieści na stronie internetowej www.szpital-nisko.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
- 16.5.** Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
- 17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**
- 17.1.** Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), albo 15 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
- 17.2.** O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.
- 17.3.** Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
- 17.4.** W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
- 18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**
- 18.1.** W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.
- 19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH**
- 19.1.** Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 19.2.** Zakres dopuszczalności dokonywania zmian postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonywania takich zmian określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.
- 20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**
- 20.1.** Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez

Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423).

- 20.2.** Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
- 20.3.** Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
- 20.4.** Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 20.5.** Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 20.6.** Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
- 20.7.** Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
- 20.8.** Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- 20.9.** Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
- 20.10.** Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

21. AUKCJA ELEKTRONICZNA

- 21.1.** W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

22. POZOSTAŁE INFORMACJE

- 22.1.** Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

Nr	Nazwa załącznika
1.	Opis przedmiotu zamówienia
2.	Wzór formularza ofertowego
3.	Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków
4.	Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
5.	Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
6.	Projekt umowy
7.	Wzór formularza cenowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Ogólna charakterystyka zamówienia:

- Dostawa protez i innych wyrobów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku,

2. Zakres przedmiotowy:

PAKIET NR 1			
Endoprotezy bezcementowe i cementowane			
Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość
1.	Trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bezkołnierzowy, wykonany ze stopu tytanu. Powierzchnia stykająca się z kością pokryta hydroksyapatytem w min. 8 rozmiarach trzpienia	szt.	18
2.	Głowa metalowa o średnicy 28, 32mm, minimum w 4 rozmiarach długości szyjki	szt.	40
3.	Panewki sferyczne, bezcementowe, tytanowe, pokryte hydroksyapatytem, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44mm do 68mm (skok co mm) w min. trzech opcjach: panewka typu press-fit pełna, panewka typu press-fit z min. 5 otworami umożliwiającymi dodatkową stabilizację śrub, panewka wkręcana z gwintem na bocznej powierzchni.	szt.	40
4.	Wkładka polietylenowa o śr. wewnętrznej dostosowanej do głowy o śr. 28, 32, 36, 40, 44mm, wykonana z polietylenu trzeciej generacji bezokapowa lub z 10-stopniowym okapem; w razie potrzeby możliwość zastosowania wkładki związanej	szt.	40
5.	Zaślepka	szt.	40
6.	Śruby stabilizujące	szt.	30
7.	Panewka polietylenowa o śr. wewnętrznej 28mm lub 32mm dwuprofilowa (niska, wysoka) z dodatkowym 10 - stopniowym okapem oraz panewka z dystanserami dla lepszego rozprowadzenia cementu	szt.	10
8.	Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany w min. 6 offsetach i min. 20 rozmiarach z centralizerem	szt.	10
9.	Głowa metalowa o średnicy 28mm - 32mm	szt.	10
10.	Cement kostny 1 x 40g	szt.	10
11.	Cement kostny 1 x 40g z dwoma antybiotykami (kolistyna i erytromycyna)	szt.	15
12.	Zestaw do próżniowego mieszania i ciśnieniowego podawania cementu	szt.	10
13.	Polietylenowy korek do zamknięcia kanału szpikowego	szt.	10
14.	Panewki bipolarne pod głowę metalową o średnicy 22mm - panewka zewnętrzna o śr. 36mm - 61mm głowa wewnętrzna 26mm - panewka zewnętrzna o śr. 41mm - 42mm głowa wewnętrzna 28mm - panewka zewnętrzna o śr. 44mm - 72mm	szt.	20
15.	Mocowanie udowe - podłużna płytkę metalowa o rozmiarze 13 x 4mm trwale bezwzględnie związana z pętlą plecioną wykonaną z polietylenu (UHMWPE) o wysokiej wytrzymałości na zerwanie. Długość pętli od 15 do 50 mm ze skokiem co 5mm. Opcjonalnie implant bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału na kości udowej oraz płytka wydłużona o 5 mm stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową. Implant na giętkim podajniku zaopatrzone dodatkowo w nić służącą do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym	szt.	15
16.	Śruba puszczelowa biochłaniająca, zbudowana ze związków kwasu mlekowego i hydroksyapatytu, o długości 28mm (średnica 7, 8, 9, 10mm) i długości 35 mm (średnica 9, 10, 11, 12mm).	szt.	15

Parametry wymagane:

Wykonawca wypożyczy nieodpłatnie instrumentarium, do wykonania zabiegu na czas obowiązywania umowy oraz zapewni przeszkolenie personelu, uzupełnienie magazynu implantów po zużyciu musi nastąpić w ciągu 48 godzin po przefaksowaniu protokołu wszczepu, każdy element implantu musi być oddzielnie zapakowany, sterylne, zaopatrzone w kontrolną banderole.

PAKIET NR 2			
System endoprotez stawu biodrowego typ II			
i śrubo płytką dynamiczną do zespalania złamań śródtrebkowych			
Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość
1.	Trzpień uniwersalny bezcementowy do zamiennego stosowania (taki sam dla biodra prawego i lewego) Stożek 12/14. Offset 39-50mm. Wykonany ze stopu tytanu, w 1/3 części bliższej napyłony czystym tytanem o porowatej strukturze. Kształt trzpienia płaski o przekroju prostokątnym. Skrzydełko derotacyjne zapobiegające przemieszczaniu się protezy. Otwór w części bliższej umożliwiający ewentualną ekstrakcję trzpienia. Rozmiary: 10 do 21 (min. 11 rozmiarów) opcja trzpienia do b. dysplastycznych (8 rozmiarów)	szt.	40
2.	Trzpień bezcementowy, przynasadowy, modułowy składający się z 2 części - część dalsza wykonana z litego stopu tytanu w 2/3 części bliższej pokryta czystym tytanem o porowatej strukturze i dodatkowo, fosforanem wapnia, dostępna w min. 6 długościach od 9,75 mm co 0,5 cm. Część bliższa wykonana z litego tytanu lub chromkokobaltu z konusem 12/14 dostępna w min. 9 rozmiarach - 3 różne projekcje (kąty nachylenia) szyjki - trzpień oraz 3 różne ante i retro nachylenia szyjki protezy plus 7,5 ante, 0, minus 7,7 retro. Opcjonalnie wersja monoblok w 8 rozmiarach	szt.	10
3.	Trzpień uniwersalny cementowy do zamiennego stosowania (prawy, lewy) stożek 12/14 offset 39 – 50mm wykonany ze stopu tytanu. Płaski o przekroju prostokątnym ze skrzydłem denotacyjnym. Otwór w części bliższej umożliwiający usunięcie trzpienia. Rozmiary od 10 do 18 (min. 5 roz.) Centralizer. Korek do blokowania jamy szpikowej kości udowej żelatynowo-glicerynowy (ulegający rozpuszczeniu).	szt.	5
4.	Panewka bezcementowa typu press-fit. Typ press-fit z możliwością mocowania 3 lub 7 śrubami, opcja panewki press-fit bez otworów. Materiał: stop tytanu, część zewnętrzna napyłona czystym tytanem o porowatej strukturze. Ø 40 do 68mm co 2mm. Śruby: Materiał: stop tytanowy Rozmiary: Ø 6,5mm, długość od 16 do 44mm co 4mm	kpl.	30
5.	Panewka bezcementowa wkręcana. Materiał: stop tytanu, część zewnętrzna napyłona czystym tytanem o porowatej strukturze. Kształt sferyczny, gwint na całej wysokości; część centralna zaślepiana talerzykiem wykonanym ze stopu tytanu i napyłanym czystym tytanem o porowatej strukturze. Rozmiary: Ø 44mm do 60mm co 2mm oraz 64 i 68mm	szt.	15
6.	Wkładka polietylenowa: Kształt: symetryczna, asymetryczna lub z kołnierzem. Materiał: wzmocniony polietylen odporny na ścieranie. Rozmiary: Ø wewnętrzna: 22,2mm, 28mm i 32mm	szt.	40
7.	Wkładka ceramiczna. Kształt: symetryczna, średnica wewnętrzna 32mm, rozmiary 48 - 68 co 2mm	szt.	10
8.	Głowa metalowa o średnicy 22,2, 28 i 32mm, o 5 długościach szyjki	szt.	45
9.	Głowa ceramiczna o średnicy 28mm, 32mm w trzech długościach szyjki	szt.	10
10.	Panewka cementowa, wykonana z polietylenu o dużej odporności na ścieranie zaopatrzona w podwójny stalowy pierścień widoczny na zdjęciach RTG; średnica wewnętrzna 22,2, 28 i 32mm, średnica zewnętrzna: 40 do 64mm	szt.	5
11.	Głowa Bipolarna: średnica zewnętrzna 39 do 55mm co 1mm zaopatrzona w pierścień zapobiegający zwężeniu. W zestawie instrumentarium: przymiary głów bipolarnych	szt.	15
12.	Śrubopłytkę dynamiczną, tytanową do zespalania złamań śródtrebkowych szyjki kości udowej, przy pomocy śrub teleskopowych wkręcanych do płytki. Podwójne ryglowanie dystalne (śruby stabilizowane w płytce). Płytkę zakładaną w okolicy podkrętarzowej o kącie 130 stopni. Komplet: płytkę, 3 śruby teleskopowe, 2 śruby ryglujące	szt.	40
13.	Ręczny, hermetyczny zestaw do próżniowego mieszania i podawania cementu (niewymagający użycia pompy próżniowej) z cementem (1 x 60g z gentamycyną) umieszczonym fabrycznie wewnątrz zestawu	szt.	5

Parametry wymagane:

Wykonawca wypożyczy nieodpłatnie instrumentarium do wykonania zabiegu na czas obowiązywania umowy oraz zapewni przeszkolenie personelu, uzupełnienie magazynu implantów po zużyciu musi nastąpić w ciągu 48 godzin

po przefaksowaniu protokołu wszczepu, każdy element implantu musi być oddzielnie zapakowany, sterylne, zaopatrzone z kontrolną banderolę.

PAKIET NR 3			
System implantów do zespalania śródszpikowego kości długich			
Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość
Gwóźdź do leczenia złamań bliższej nasady kości udowej			
1.	Gwóźdź stalowy do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkretarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 6°ML (w przypadku gwoździ długich promień ugięcia 1 500 mm), możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Instrumentarium wyposażone w przeziernię dla promieni RTG rączkę do wprowadzania gwoźdźcia i blokowania w części bliższej oraz w celownik przezierny dla promieni RTG do blokowania w dalszej części gwoźdźcia z precyzyjnym systemem korekcji odkształcenia gwoźdźcia po jego wprowadzeniu. Gwoździe krótkie 200mm, 240mm, Kąty CCD: 125°, 130°, 135°	szt.	15
2.	Śruba doszyjkowa śr. 11mm; w długości: od 80mm do 120mm z przeskokiem co 5mm, stalowa	szt.	15
3.	Śruba antyrotacyjna śr. 6,5mm w długości od 60mm do 105mm, stalowa	szt.	15
4.	Zaślepka o przewyższeniu: 0mm, 5mm, 10mm, 15mm, stalowa	szt.	15
5.	Śruba dystalna 4,9 w długości: od 26mm do 100mm z przeskokiem co 2mm, z gniazdem sześciokątnym, stalowa	szt.	15
6.	Gwoździe długie, stalowe: 340mm, 380mm, 420mm. Kąty CCD: 125°, 130°, 135°	szt.	2
7.	Gwóźdź udowy wprowadzany od góry lub od dołu. Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy. Z możliwością implantowania antegrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Możliwość blokowania z użyciem śruby spiralnej. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Zarówno w części proksymalnej jak i dystalnej podłużne otwory umożliwiające dynamizację. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoźdźcia oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Gwóźdź uniwersalny - do prawej i lewej nogi. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 20mm. Średnice gwoźdźcia od 9mm do 15mm, w długościach od 300mm do 480mm. (w standardzie: gwóźdź, trzy śruby plus zaślepka)	kpl.	15
8.	Śruba spiralna do gwoźdźcia uniwersalnego. Śruba implantowana do kłykci kości udowej, przy wejściu odkolanowym gwoździem. Długość od 40mm do 100mm. Materiał tytan	kpl.	2
9.	Gwóźdź puszczelowy, rekonstrukcyjny. Gwóźdź tytanowy podudziowy. Gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego za pomocą śrub gąbczasto - korowych posiadających w części gwint korowy a w części gwint gąbczasty o średnicy 5mm i długościach od 30mm do 90mm, oraz wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoźdźcia oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Możliwość kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 15mm. Średnice gwoźdźcia od 8mm do 13mm w długościach od 255mm do 465mm. Dostępne gwoździe lite i kaniulowane. (w standardzie: gwóźdź, 3 śruby plus zaślepka)	kpl.	15

PAKIET NR 3			
System implantów do zespalania śródszpikowego kości długich			
Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość
10.	Gwóźdź śródszpikowy, ramienny, blokowany, tytanowy. Gwóźdź kaniulowany z ugięciem lateralnym w części bliższej. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość zastosowania śruby spiralnej przy blokowaniu proksymalnym. Instrumentarium z możliwością śródoperacyjnej kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. Gwóźdź uniwersalny do prawej i lewej ręki. Zaślepka kaniulowana o długościach od 0mm do 15mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym i sześciokątnym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoźdźcia oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Śr. gwoźdźcia; 7mm, 9mm oraz 11mm w dł. od 150mm do 320mm. (w standardzie: gwóźdź, dwie śruby plus zaślepka).	kpl.	5
11.	Gwóźdź ramienny, kaniulowany z możliwością wielopłaszczyznowego blokowania. Możliwość blokowania śruby w śrubie w części bliższej. Śruby blokujące w części bliższej wyposażone w otwór umożliwiający wprowadzenie dodatkowej śruby blokowanej 3,5mm stabilnej kątowno. Śruby w części bliższej z zaokrągloną końcówką z głową samotną wpuszczaną w kość z czterema otworami do mocowania szwów. W części bliższej gwóźdź wyposażony w 4 otwory o różnych płaszczyznach, w części środkowej gwóźdź wyposażony w otwór skośny dla śruby blokowanej przechodzącej przez przyśrodkowo tylną część głowy kości ramiennej, w części dalszej gwóźdź wyposażony w dwa otwory o różnych płaszczyznach. Instrumentarium z możliwością użycia śródoperacyjnego celownika do blokowania w części bliższej i dalszej. Gwóźdź w wersji do prawej i lewej ręki. Zaślepka w długościach od 0mm do 15mm. Średnice gwoźdźcia część bliższa/część dalsza 9,5/8mm oraz 11/9,5mm o długości 160mm. Gwoździe i zaślepki zapakowane sterylne. (w standardzie: gwóźdź, 3 x śruba 4,5mm, 1 x śruba blokująca 4.0, 1 x śruba trzyrdzeniowa 4,0 z tuleją biowchłaniającą, 1 x zaślepka).	kpl.	2
12.	Śruba spiralna do gwoźdźcia ramiennego. Śruba wprowadzana do głowy kości ramiennej. Długość od 34mm do 54mm. Materiał tytan	kpl.	1
Biomateriały			
13.	Syntetyczne granule do uzupełniania ubytków kostnych. Granulat gotowy do użycia, sterylny, różna ziarnistość. Materiał wykonany z beta - trójfosforanu wapnia zapewniający kompatybilność, wchłanianie i przebudowę w żywą kość. Nie wydziela ciepła. Wytrzymałość na siły ściskające około 7,5Mpa. Pojemność 5cc	kpl.	1
14.	Syntetyczne granule do uzupełniania ubytków kostnych. Granulat gotowy do użycia, sterylny, różna ziarnistość. Materiał wykonany z beta - trójfosforanu wapnia zapewniający kompatybilność, wchłanianie i przebudowę w żywą kość. Nie wydziela ciepła. Wytrzymałość na siły ściskające około 7,5Mpa. Pojemność 10cc	szt.	2
15.	Pasta do uzupełniania ubytków kostnych do przygotowania bezpośrednio w strzykawce poj. 5cc. Podstawowy składnik fosforan wapnia. Pasta wprowadzana do przestrzeni międzykostnej przez różnokształtne igły - materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7,5 Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny - neutralny odczyn Ph - opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy	szt.	2
16.	Pasta do uzupełniania ubytków kostnych do przygotowania bezpośrednio w strzykawce poj. 10cc. Podstawowy składnik fosforan wapnia. Pasta wprowadzana do przestrzeni międzykostnej przez różnokształtne igły - materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7,5Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny - neutralny odczyn Ph - opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy	szt.	1
17.	Igły do wstrzykiwania pasty do uzupełniania ubytków kostnych	szt.	1

Parametry wymagane:

Wykonawca wypożyczy nieodpłatnie instrumentarium do wykonania zabiegu na czas obowiązywania umowy oraz zapewni przeszkolenie personelu, uzupełnienie magazynu implantów po zużyciu musi nastąpić w ciągu 48 godzin po przefaksowaniu protokołu wszczepu, każdy element implantu musi być oddzielnie zapakowany, sterylny, zaopatrzone w kontrolną banderole.

PAKIET NR 4			
Systemy płytkowe anatomiczne blokująco-kompresyjne			
Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość
Płyty			
1.	Płytki proste, blokowane. O kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. System blokowania śrub, otwory kombinowane umożliwiające wkręcenie śruby blokowanej oraz śruby korowej, gąbczastej, ciągnącej poprzez część otworu nienagwintowaną, z możliwością wprowadzenia śruby w pozycji neutralnej i kompresyjnej, implanty wykonane ze stali nierdzewnej, płytki proste pod śruby 3,5mm. Różne długości płyt	szt.	5
2.	Płytki proste rekonstrukcyjne. Płytki proste, rekonstrukcyjne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących 3,5 lub korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm. Płyta wyposażona w podcięcia umożliwiające konturowanie. Różne długości płyt. Materiał stal	szt.	5
3.	Płyta anatomiczna do obojczyka dolno-przednia do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjne do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Płyta do złamań w bocznej części obojczyka w części bocznej otwory gwintowane oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych w części trzonowej płytki. W głowie płytki do bocznej części obojczyka zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach. Głowa płytki o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii - część boczna obojczyka z otworami pod śruby 2,4/2,7mm. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne pod śruby 3,5mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm i 1,5Nm. Dł. od 69 do 120mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płytki. Płyty prawe i lewe. Materiał stal	szt.	2
4.	Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej od strony przyśrodkowej i tylnobocznej. Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjne do dalszej nasady kości ramiennej. Mocowane od strony przyśrodkowej lub przedniobocznej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych, podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach o średnicy 2,4/2,7mm. Płyta tylnoboczna w wariacie bez i z bocznym podparciem i kompresją kłykci. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm. Śruby blokowane wkręcane na pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2,4/2,7mm - 0,8Nm oraz 3,5mm - 1,5Nm. Płyty przyśrodkowe o dł. od 59 do 201mm, ilość otworów od 3 do 14. Płyty przednioboczne o dł. od 65 do 208mm, ilość otworów od 3 do 14. Materiał stal	szt.	2

PAKIET NR 4			
Systemy płytkowe anatomiczne blokująco-kompresyjne			
Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość
5.	<p>Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych. Płytko anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych, podłużny otwór blokująco - kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki.</p> <p>W głowie płytki zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami w różnych kierunkach. Głowa płytki o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Dł. od 122 do 302mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Płytki lewe i prawe. Materiał stal</p>	szt.	2
6.	<p>Płytko LCP 3,5 Przynasadowa do dalszego końca kości ramiennej Płytko anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej przyśrodkowa. Na trzonie z podcięciami bocznymi i od spodu płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, gwintowany w części blokującej i gładki w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych, podłużny otwór blokująco - kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płytki zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach. Głowa płytki o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii - płytko przyśrodkowa. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm. Materiał stal</p>	szt.	2
7.	<p>Płytki dłoniowe do dalszej nasady kości promieniowej z otworami w płycie zmiennie-kątowymi. Płytki dłoniowe - anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjne do dalszej nasady kości promieniowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych, podłużny otwór blokująco - kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby z owalną gwintowaną głową, 2,4mm - blokowane wielokątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od osi o 15° w każdym kierunku. Otwory w głowie płytki zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2,4/2,7mm wprowadzanych w osi otworów w głowie płytki. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2,4/2,7 mm. Śruby blokowane w płytce i korowe samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm Materiał stal</p>	szt.	5
8.	<p>Płytko anatomiczna do kości piętowej. Płytko rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do kości piętowej. Płytko wyposażona w otwory dwufunkcyjne pod śruby blokowane i korowo/gąbczaste (2,7/3,5mm). Otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5mm. Ramiona płytki umożliwiające ich ukształtowanie do anatomii, również skrócenie/przycięcie. Dwa pojedyncze ramiona bez otworów umożliwiające ich ukształtowanie do anatomii, również skrócenie/przycięcie. Dwa pojedyncze ramiona bez otworów umożliwiające wstępną stabilizację płytki. Śruby blokowane w płycie 3,5mm, wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał stal/tytan. Płytki prawe i lewe. Dł. od 64 do 81mm, 15 otworów</p>	szt.	2

PAKIET NR 4			
Systemy płytkowe anatomiczne blokująco-kompresyjne			
Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość
9.	Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej. Płytko anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych, podłużny otwór blokująco - kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami, w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W części dalszej płyty otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych. Śruby blokowane w płycie wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Materiał stal. Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez, kostki przyśrodkowej, płyty prawe i lewe. Dł. od 117 do 252mm (z podparciem) i od 116 do 246 (bez podparcia), od 4 do 14 otworów w części trzonowej i 9/8 otworów w głowie płytki	szt.	2
10.	Płytko anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej 3,5/4,5/5,0 płyty prawe i lewe, dł. od 123 do 411mm, od 4 do 20 otworów w trzonie pod śruby 4,5/5,0mm i 4 otwory w głowie płytki pod śruby 2,7/3,5mm	szt.	1
11.	Płytko anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej, płyty prawe i lewe, długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki	szt.	2
12.	Płytko rekonstrukcyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej, płytka uniwersalna, dł. od 147 do 173mm, od 7 do 9 otworów w trzonie. Płytko posiada ramiona które można doginać i przycinać do anatomii, 17 otworów w głowie	szt.	1
13.	Płytko anatomiczna do kłykci kości udowej/piszczelowej wprowadzana techniką minimalnej inwazji. Płytko anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej/dalszej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami w różnych kierunkach śr. 5,0mm. W części dalszej płyty otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4,5/5,0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane 5,0mm, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi, wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Instrumentarium wyposażone w przezierny dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przez skórne wkręcenie śrub przez płytę. Płytko do dalszej nasady kości udowej boczna, dł. od 156 do 316mm, od 5 do 13 otworów w trzonie, płyty do bliższej nasady piszczeli od 5 do 13 otworów, dł. 140 do 300mm. Materiał stal/, płyty prawe i lewe	szt.	1
14.	Płytko blokowana do bliższego końca kości udowej, płytka hakowa uniwersalna do kości udowej prawej i lewej oraz bez haków - prawa i lewa. Płytko anatomiczna do bliższej nasady kości udowej. Płytko anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami - w różnych kierunkach śr. 5,0 i 7,3mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4,5/5,0. Materiał stal.	szt.	1

PAKIET NR 4			
Systemy płytkowe anatomiczne blokująco-kompresyjne			
Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość
15.	Płyty LCP 4,5/5,0 boczne i przyśrodkowe do bliższego końca kości piszczelowej. Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej. Płytko anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4,5/5,0. Śruby blokowane w płytce lite i kaniulowane (5,0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Różne długości płyt. Materiał stal.	szt.	1
16.	Płyty LCP 3.5 boczne, przyśrodkowe i tylnoprzyśrodkowe do bliższego końca kości piszczelowej. Płyta anatomiczna do złamań w obrębie bliższego końca kości piszczelowej. Płytko anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami - w różnych kierunkach śr. 3,5 mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera , w części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0. Śruby blokowane w płytce wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał stal. Płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne 3,5; dług. od 81 do 237mm, od 5 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do bliższego końca kości piszczelowej przyśrodkowe 3,5; długość od 93 do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe	szt.	5
17.	Płyty o kształcie X, koniczyny, płyty proste i typu L, T, płyty z klinem, blokująco - kompresyjne, zmiennokątowe do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15°. W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych (w tym zmiennokątowych). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych (z wyjątkiem płyt z klinem). Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płytce 2,4/2,7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Różne rodzaje płyt. Materiał tytan.	szt.	1
Śruby do wymienionych płyt			
18.	Śruby 3,5mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 10 do 95mm, samogwintujące, gniazdo gwiazdkowe, stal nierdzewna	szt.	50
19.	Śruby 3,5mm korowe, dł. od 10 do 95mm, samogwintujące, gniazdo gwiazdkowe, stal nierdzewna	szt.	30

PAKIET NR 4			
Systemy płytkowe anatomiczne blokująco-kompresyjne			
Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość
Śruby do wymienionych płyt			
20.	Śruby 2,7mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 14 do 40mm, samogwintujące, stal nierdzewna	szt.	10
21.	Śruby 2,7mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, zmiennie-kątowe, dł. od 14 do 40mm, samogwintujące, materiał tytan	szt.	20
22.	Śruby 2,4mm korowe, dł. od 14 do 40mm, samogwintujące, stal nierdzewna	szt.	10
23.	Śruby 2,4mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, zmiennie-kątowe, dł. od 14 do 40mm, samogwintujące, stal nierdzewna	szt.	25
24.	Śruby 5,0mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 14 do 50mm ze skokiem co 2mm i dł. od 50 do 90mm ze skokiem co 5mm, samogwintujące, stal nierdzewna	szt.	10
25.	Śruby 4,5mm korowe, dł. od 14 do 140mm, samogwintujące, stal nierdzewna	szt.	20
26.	Śruby blokowane i konikalne 7,3mm,	szt.	4
27.	Śruby blokowane kaniulowane, śruby konikalne 5,0	szt.	10
28.	Przeciwnakrętka do śrub kaniulowanych/konikalnych 5,0	szt.	4
29.	Śruby Herberta 2,4/3,0 Śruby kompresyjne 2,4/3,0 kaniulowane z gwintowaną główką, samotną, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 3,5mm, średnica rdzenia 2,0mm, średnica gwintu na końcu śruby 2,4/3,0mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby (1,25mm), konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długościach od 10 do 40mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu stardrive), średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 1,1mm, wykonane w tytanie	szt.	5

Parametry wymagane:

Wykonawca wypożyczy nieodpłatnie instrumentarium do wykonania zabiegu na czas obowiązywania umowy oraz zapewni przeszkolenie personelu, uzupełnienie magazynu implantów po zużyciu musi nastąpić w ciągu 48 godzin po przefaksowaniu protokołu wszczepu, każdy element implantu musi być oddzielnie zapakowany, sterylny, zaopatrzone w kontrolną banderolę

PAKIET NR 5			
Pakiet gwoździ, płyt i stabilizacji zewnętrznej do osteosyntezy			
Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość
Gwóźdź typu gamma do złamań krętarzowych kości udowej			
1.	Stalowy gwóźdź śródszpikowy Gamma, do złamań przezkrętarzowych, kaniulowany, sterylny. Długość gwoźdźcia 180mm i 280-460mm ze skokiem co 20mm, średnica części bliższej gwoźdźcia 15,5mm, średnica części dalszej gwoźdźcia 11mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°, 125° i 130°. Wygięcie gwoźdźcia w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia trzonu długich gwoździ 2000mm. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8mm	szt.	40
2.	Śruba główna (ciągnąca) stalowa, sterylna ø 10,5mm, dł. 70-120mm	szt.	40
3.	Śruba blokująca stalowa, sterylna ø 5mm i dł. 25-90mm	szt.	40
4.	Zaślepka stalowa sterylna, ø 11mm o dł. 0mm i ø 15,5mm o dł. 5-10mm	szt.	10

PAKIET NR 5			
Pakiet gwoździ, płyt i stabilizacji zewnętrznej do osteosyntezy			
Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość
5.	Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Długość płyty: 94, 120, 146, 172, 198, 224 i 250mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane \varnothing 4,0mm i otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste \varnothing 4,0mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej) oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną \varnothing 4,0mm skierowaną we fragment boczny. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe \varnothing 3,5mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane \varnothing 4,0mm) oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane \varnothing 4,0mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera	szt.	15
6.	Stalowa śruba blokująca \varnothing 4,0mm, dł. 14-95mm	szt.	40
7.	Stalowa śruba korowa \varnothing 3,5mm, dł. 14-95mm	szt.	20
8.	Stalowa śruba gąbczasta \varnothing 4,0mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-95mm	szt.	15
9.	Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Długość płyty: 97, 123, 149, 175, 201, 227 i 253mm. W części nasadowej płyty 3 otwory gwintowane pod śruby blokowane \varnothing 4,0mm i otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste \varnothing 4,0mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej) oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną \varnothing 4,0mm skierowaną we fragment przyśrodkowy. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe \varnothing 3,5mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane \varnothing 4,0mm) oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane \varnothing 4,0mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera	szt.	15
10.	Stalowa śruba blokująca \varnothing 4,0mm, dł. 14-95mm	szt.	40
11.	Stalowa śruba korowa \varnothing 3,5mm, dł. 14-95mm	szt.	20
12.	Stalowa śruba gąbczasta \varnothing 4,0mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-95mm	szt.	15
13.	Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 2, 4, 6, 8, 10, 12 i 14. Długości płyty: 95, 121, 147, 173, 199, 225 i 291mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane \varnothing 4,0mm i 2 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste \varnothing 4,0mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej) oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną \varnothing 4,0mm skierowaną we fragment tylny - przyśrodkowy. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe \varnothing 3,5mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane \varnothing 4,0mm) oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane \varnothing 4,0mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika	szt.	15
14.	Stalowa śruba blokująca \varnothing 4,0mm, dł. 14-95mm	szt.	25
15.	Stalowa śruba korowa \varnothing 3,5mm, dł. 14-95mm	szt.	15
16.	Stalowa śruba gąbczasta \varnothing 4,0mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-95mm	szt.	10
17.	Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 3, 5 i 8. Długości płyty: 86, 112 i 150mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane \varnothing 4,0mm i otwór niegwintowany pod śrubę gąbczastą \varnothing 4,0mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej). W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe \varnothing 3,5mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane \varnothing 4,0mm) oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane \varnothing 4,0mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera	szt.	25

PAKIET NR 5			
Pakiet gwoździ, płyt i stabilizacji zewnętrznej do osteosyntezy			
Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość
18.	Stalowa śruba blokująca \varnothing 4,0mm, dł. 14-95mm	szt.	40
19.	Stalowa śruba korowa \varnothing 3,5mm, dł. 14-95mm	szt.	15
20.	Stalowa śruba gąbczasta 4,0mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-95mm	szt.	10
21.	Wkładka do gwintowania otworu płytki pod śrubę blokującą \varnothing 4,0mm	szt.	5
22.	Tytanowe płytki do zespołów złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub i kołków o średnicy 2,0mm, 2,3mm i 2,7mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/-15°	szt.	15
23.	Śruba blokowana tytanowa, \varnothing 2,7mm, dł. 10-26mm	szt.	20
24.	Śruba blokowana tytanowa, \varnothing 2,3mm, dł. 10-38mm	szt.	20
25.	Śruba korowa tytanowa (pełny lub częściowy gwint), \varnothing 2,7mm, dł. 10-26mm	szt.	10
26.	Śruba korowa tytanowa, \varnothing 2,3mm, dł. 10-38mm	szt.	10
27.	Tytanowe płytki anatomiczne do zespołów złamań trzonu kości obojczykowej i przynasady stawu ramiennie-obojczykowego. W skład systemu wchodzi: płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - prawe i lewe), płytki blokowane od strony bocznej (prawe i lewe), płytki hakowe z długością skoku 12, 16 i 20mm. Ilość otworów: od 4 do 9. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2,7mm i 3,5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne	szt.	5
28.	Tytanowe płytki anatomiczne do zespołów złamań nasady dalszej kości ramieniowej i części bliższej kości łokciowej. W skład systemu wchodzi: płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - uniwersalne do obu kończyn), płytki blokowane od strony bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawa i lewa), płytki blokowane od strony tylnoprzyśrodkowej (prawe i lewe), płytki blokowane od strony tylnobocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe), płytki blokowane na wyrostek łokciowy (prawe i lewe). Ilość otworów: od 4 do 12. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2,7 mm i 3,5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/-15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne.	szt.	5
29.	Śruba blokowana tytanowa \varnothing 3,5mm, dł. 8-70mm	szt.	25
30.	Śruba blokowana tytanowa \varnothing 2,7mm, dł. 8-70mm	szt.	25
31.	Śruba korowa tytanowa \varnothing 3,5mm, dł. 8-70mm	szt.	25
32.	Śruba korowa tytanowa \varnothing 2,7mm, dł. 8-70mm	szt.	25

PAKIET NR 5			
Pakiet gwoździ, płyt i stabilizacji zewnętrznej do osteosyntezy			
Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość
33.	Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Długość płyty: 130, 166, 202, 238, 274, 310 i 343mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane \varnothing 5,0mm i 3 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste \varnothing 6,5 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej). W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe \varnothing 4,5mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane \varnothing 5,0mm) oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane \varnothing 5,0mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika	szt.	15
34.	Stalowa śruba blokująca \varnothing 5,0mm, dł. 14-95mm	szt.	40
35.	Stalowa śruba korowa \varnothing 4,5mm, dł. 14-95mm	szt.	30
36.	Stalowa śruba gąbczasta \varnothing 6,5mm (dł. gwintu 16mm, 32mm lub pełny), dł. śruby 60-95mm	szt.	10
37.	Tytanowe płytki anatomiczne do zespołów kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1,0 – 1,5mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa standardowa i siatkowa. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2,7 i 3,5mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzania śruby blokowanej w zakresie +/- 15°	szt.	15
38.	Śruba blokowana tytanowa \varnothing 3,5mm, dł. 10-70mm	szt.	30
39.	Śruba blokowana tytanowa \varnothing 2,7mm, dł. 8-50mm	szt.	30
40.	Śruba korowa tytanowa \varnothing 3,5mm, dł. 10-70mm	szt.	30
41.	Śruba korowa tytanowa \varnothing 2,7mm, dł. 8-50mm	szt.	30
42.	Tytanowe płytki anatomiczne do zespołów złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2,0mm, w części nasadowej 1,3mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10mm, w części nasadowej 16mm. Ilość otworów: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12. Długość płytek: 77, 89, 101, 113, 125, 137, 149, 161 i 185mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3,5mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzania śruby blokowanej w zakresie +/- 15°	szt.	30
43.	Śruba blokowana tytanowa \varnothing 3,5mm, dł. 10-70mm	szt.	30
44.	Śruba korowa tytanowa \varnothing 3,5mm, dł. 10-70mm	szt.	30
45.	Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana, kompresyjna (typu Herberta) średnica 3,2mm, długość śruby od 14 do 34mm, zmiana co 2mm	szt.	10
46.	Rama na nasadę bliższą piszczeli	kpl.	2
47.	Klamra multifunkcyjna 5 otw. Groty 4,5mm	szt.	3
48.	Klamra multifunkcyjna 4 otw. Groty 3,4mm	szt.	4
49.	Łączniki do klamr multifunkcyjnych proste i 30°	szt.	10
50.	Klamra pręt-pręt (\varnothing 8mm/ \varnothing 8mm)	szt.	10
51.	Klamra pręt-grot (\varnothing 8mm/ \varnothing 4-5mm)	szt.	10
52.	Pręt węglowy prosty (\varnothing 5mm, dł. 65-500mm)	szt.	10
53.	Pręt węglowy prosty (\varnothing 8mm, dł. 65-500mm)	szt.	10
54.	Wkrętak	szt.	2
55.	Grotowkręty kostne (\varnothing 2-6mm, dł. 90-250mm)	szt.	50

Parametry wymagane:

Wykonawca wypożyczy nieodpłatnie instrumentarium do wykonania zabiegu na czas obowiązywania umowy oraz zapewni przeszkolenie personelu, uzupełnienie magazynu implantów po zużyciu musi nastąpić w ciągu 48 godzin po przefaksowaniu protokołu wszczepu, każdy element implantu musi być oddzielnie zapakowany, sterylny, zaopatrzony w kontrolną banderole.

ZADANIE NR 6			
Stabilizator zewnętrzny na kończynę dolną oraz górną			
Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość
1.	Stabilizator zewnętrzny duży złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatraskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwufunkcyjne umożliwiające łączenie grot - grot oraz grot - pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot - pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych - umożliwiające łączenie kilka grotów - jeden/dwa pręty. Klamra pręt - grot posiadająca niezależne śruby do blokowania na pręcie oraz na grotowkręcie. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego o średnicy 11 mm. Możliwość wyposażenia stabilizatora w pręt zawiasowy pozwalający ustabilizować złamanie typu „pływający łokieć” w sposób umożliwiający zginanie stawu łokciowego	szt.	1
2.	Pręt z włókna węglowego, średnica 11mm, różne długości do wyboru	szt.	4
3.	Klamra belka - grot	szt.	4
4.	Klamra uniwersalna belka - belka/belka - grot	szt.	2
5.	Grotowkręt samowiercący, stożkowy gwint minimalizujący ryzyko infekcji, stalowy, średnica 5mm, 6mm, różne długości do wyboru	szt.	20
6.	Klucz do klamer stabilizatora	szt.	1
Stabilizator zewnętrzny na kończynę górną			
7.	Stabilizator zewnętrzny średni złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatraskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot-pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych - umożliwiające łączenie kilka grotów - jeden/dwa pręty. Klamra pręt-grot posiadająca niezależne śruby do blokowania na pręcie oraz na grotowkręcie. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnica 8mm.	szt.	1
8.	Belki średnica 8mm, różne długości do wyboru	szt.	4
9.	Klamra belka - grot	szt.	4
10.	Klamra uniwersalna belka - belka/belka - grot	szt.	2
11.	Grotowkręt samowiercący, stożkowy gwint minimalizujący ryzyko infekcji, stalowy, średnica 4mm, różne długości do wyboru	szt.	20
12.	Klucz do klamer stabilizatora	szt.	1

Parametry wymagane:

Wykonawca wypożyczy nieodpłatnie instrumentarium do wykonania zabiegu na czas obowiązywania umowy oraz zapewni przeszkolenie personelu, uzupełnienie magazynu implantów po pisemnym zapotrzebowaniu przez Zamawiającego musi nastąpić w ciągu 48 godzin, każdy element implantu musi być oddzielnie zapakowany, zaopatrzone w kontrolną banderole.


ZADANIE NR 7			
Endoprotezy bezcementowe i cementowane			
Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość
1.	Trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bezkońierzowy, wykonany ze stopu tytanu. Powierzchnia stykająca się z kością pokryta hydroksyapatytem w min. 8 rozmiarach trzpienia	szt.	12
2.	Głowa metalowa o średnicy 28, 32mm, minimum w 3 rozmiarach długości szyjki	szt.	12
3.	Panewki bipolarne pod głowę metalową, średnica głowy 22mm - panewka zewnętrzna o średnicy 36 - 61mm, głowa wewnętrzna średnica głowy 26mm - panewka zewnętrzna o średnicy 41 - 42mm, średnica głowy wewnętrzna 28mm - panewka zewnętrzna o średnicy 44-72mm	szt.	12

Parametry wymagane:

Wykonawca wypożyczy nieodpłatnie instrumentarium, podważki MIS (3 podważki panewkowe, 1 udowa) do wykonania zabiegu na czas obowiązywania umowy oraz zapewni przeszkolenie personelu, uzupełnienie magazynu implantów po zużyciu musi nastąpić w ciągu 48 godzin po przefaksowaniu protokołu wszczęcia, każdy element implantu musi być oddzielnie zapakowany, sterylne, zaopatrzone w kontrolną banderolę.

ZADANIE NR 8			
Implanty do zespolenia złamań w obrębie kości paliczków, śródreżca, przodostopia oraz głowy kości promieniowej			
Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość
1.	Płyty do zespolen w obrębie kości paliczków oraz śródreżca pod śruby korowe 1,2/1,5 oraz 2,0/2,3mm, profil 0,6/1,0/1,3mm; tytanowe, wielokształtne, wielootworowe w tym proste 4,6 otworowe oraz w kształcie litery L	szt.	10
2.	Płyty do zespolen w obrębie kości paliczków oraz śródreżca pod śruby korowe 1,2/1,5 oraz 2,0/2,3mm, profil 0,6/1,0/1,3mm; tytanowe, wielokształtne, wielootworowe w tym w kształcie litery L, T, prostokątne, trapezowate oraz 1 otworowe z dwoma haczykami do złamania awulsyjnego paliczka oraz kompresyjne	szt.	10
3.	Płyty do zespolen w obrębie kości paliczków oraz śródreżca, tytanowe, pod śruby korowe 1,2/1,5 oraz 2,0/2,3mm, profil 0,6/1,0/1,3mm; wielokształtne, wielootworowe w tym w kształcie litery T, Y, L oraz w kształcie prostokąta, trapezu, skośne oraz płyty kompresyjne	szt.	10
4.	Płyty do zespolen w obrębie kości paliczków oraz śródreżca, tytanowe, pod śruby korowe 1,2/1,5 oraz 2,0/2,3mm, oraz pod śruby blokowane 2,0mm; profil 0,6/1,0/1,3mm; wielokształtne, wielootworowe w tym proste 4,6 i 16 otworowe; w kształcie litery T, oraz dwurzędowe wielootworowe; w tym płyty kompresyjne oraz blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni	szt.	10
5.	Płyty do zespolen w obrębie kości paliczków oraz śródreżca, tytanowe, pod śruby korowe 1,2/1,5 oraz 2,0/2,3mm, profil 0,6/1,0/1,3mm; wielokształtne, wielootworowe w tym w kształcie litery T, Y oraz w kształcie prostokąta, trapezu, skośne, w tym dwurzędowe 10 i 12 otworowe, płyty kompresyjne oraz blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni	szt.	10
6.	Płyty do zespolen w obrębie kości śródreżca i stopy, tytanowe, pod śruby 2,0/2,3mm profil 1,3mm; wielokształtne, wielootworowe w tym proste 8 otworowe, w kształcie litery T oraz dwurzędowe. Płyty blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni	szt.	10
7.	Płyty do zespolen w obrębie kości paliczków oraz kości łódeczkowatej; tytanowe; pod śruby 1,2/1,5mm, profil 0,8mm; wielokształtne, wielootworowe w tym w kształcie litery T, prostokątne i w kształcie trapezu. Płyty blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni	szt.	10
8.	Płyty do głowy kości promieniowej, tytanowe, profil 1,4mm; 10 i 11 otworowe; pod śruby korowe oraz blokowane 2,0mm. Płyty blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni	szt.	10
9.	Śruby korowe, tytanowe, średnica 1,5mm dł. 4-24mm; średnica 2,0mm dł. 4-30mm; średnica 2,3mm dł. 5-34mm	szt.	50
10.	Śruby blokowane, tytanowe, średnica 2,0mm dł. 6-30mm; średnica 1,5mm, dł. 4-13mm, blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk. Śruby korowe, tytanowe, średnica 1,2mm dł. 4-20mm	szt.	50
Śruby kaniulowane, kompresyjne typu Herberta			
11.	Śruba kompresyjna, kaniulowana typu Herberta, tytanowa o średnicy 2,2mm oraz 3,0mm; dł. 10-40mm, z długim oraz z krótkim gwintem; skok co 1 oraz 2mm, pod druty Kirschnera 0,8mm oraz 1,1mm	szt.	25
12.	Druty Kirschnera pod śruby typu Herberta; średnica 0,8 oraz 1,1mm; 10 szt. w opakowaniu	szt.	2

ZADANIE NR 8			
Implanty do zespolenia złamań w obrębie kości paliczków, śródrezcza, przodostopia oraz głowy kości promieniowej			
Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość
Płyty do zespolenia złamań w obrębie dalszej nasady kości promieniowej oraz łokciowej			
13.	Płyty do dalszej nasady kości promieniowej, tytanowe, dłoniowe; w kształcie litery T; 9 otworowe; pod śruby korowe i blokowane 2,5mm. Płyty blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni	szt.	30
14.	Płyty do dalszej nasady kości promieniowej, tytanowe, dłoniowe; w kształcie litery T; 11 otworowe; pod śruby korowe i blokowane 2,5mm. Płyty blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni	szt.	5
15.	Płyty do dalszej nasady kości promieniowej, tytanowe, dłoniowe; wielokształtne, wielootworowe; w tym z flapem na wyrostek rylcowaty; 10;11;12;13;14;15 otworowe; pod śruby korowe i blokowane 2,5mm. Płyty blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni	szt.	5
16.	Płyty do dalszej nasady kości łokciowej, tytanowe, 7 i 10 otworowe; pod śruby korowe i blokowane 2,5mm. Płyty blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni	szt.	5
17.	Śruby tytanowe, korowe, średnica 2,5mm; dł. 8-34mm	szt.	30
18.	Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2,5mm; dł. 8-34mm; blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk	szt.	30
Płyty do zespolenia złamań w obrębie kości stopy			
19.	Płyty do złamań w obrębie kości stopy, tytanowe, pod śruby 2,8mm. Profil 1,6mm, wielokształtne, wielootworowe, w tym proste 4 i 6 otworowe. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni	szt.	5
20.	Płyty do złamań w obrębie kości stopy, tytanowe, pod śruby 2,8mm. Profil 1,6mm, wielokształtne, wielootworowe, w tym w kształcie litery T oraz segmentowe. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni	szt.	5
21.	Śruby tytanowe, korowe, średnica 2,8mm; dł.8-45mm	szt.	30
22.	Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2,8mm; dł.8-45mm; blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk	szt.	20
Płyty do zespolenia złamań w obrębie kości pięty			
23.	Płyty do kości piętowej, tytanowe; 12 i 13 otworowe, różnokształtne; grubość 2,0mm; płytki z otworami pod śruby 3,5mm; zaopatrzone w system trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni; prawe i lewe	szt.	3
24.	Śruby tytanowe blokowane; średnica 3,5mm; dł. 16-60mm, blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk	szt.	25
25.	Śruby korowe, hexagonalne, tytanowe; średnica 3,5mm; dł. 16-60mm	szt.	25



WZÓR FORMULARZA OFERTY

**Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Kościuszki 1, 37-400 Nisko**

Nawiązując do przetargu nieograniczonego znak Z.II.2300/Zp/29/2015 ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu __. __.2015 pozycja _____ oraz na stronie internetowej: www.szpital-nisko.pl, na: „Dostawę protez i innych wyrobów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku” oferujemy realizację dostaw objętych przetargiem, zgodnie z wymogami Opisu Przedmiotu Zamówienia za cenę: _____ zł (bez VAT), słownie: _____

Cena brutto (z VAT) _____ zł, słownie: _____

PAKIET NR 1	Cena netto (bez VAT):	zł	słownie:
	Cena brutto (z VAT):	zł	słownie:
PAKIET NR 2	Cena netto (bez VAT):	zł	słownie:
	Cena brutto (z VAT):	zł	słownie:
PAKIET NR 3	Cena netto (bez VAT):	zł	słownie:
	Cena brutto (z VAT):	zł	słownie:
PAKIET NR 4	Cena netto (bez VAT):	zł	słownie:
	Cena brutto (z VAT):	zł	słownie:
PAKIET NR 5	Cena netto (bez VAT):	zł	słownie:
	Cena brutto (z VAT):	zł	słownie:
PAKIET NR 6	Cena netto (bez VAT):	zł	słownie:
	Cena brutto (z VAT):	zł	słownie:
PAKIET NR 7	Cena netto (bez VAT):	zł	słownie:
	Cena brutto (z VAT):	zł	słownie:
PAKIET NR 8	Cena netto (bez VAT):	zł	słownie:
	Cena brutto (z VAT):	zł	słownie:

Termin płatności oferowany zamawiającemu za realizację przedmiotu zamówienia wynosi min. 60 dni tj. _____ dni od daty dostarczenia faktury.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. do dnia: _____.
- Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / zamierzamy zlecić podwykonawcom.
- Wadium w kwocie _____ zł zostało wniesione w dniu __/__/2015 r. w formie _____.
- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt ogólnych warunków umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi.
- Osoba(y) uprawnione do podpisania umowy: _____


7. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- (1) _____
- (2) _____
- (3) _____
- (4) _____
- (5) _____
- (6) _____
- (7) _____
- (8) _____
- (9) _____
- (10) _____

*) - niepotrzebne skreślić

..... dnia

.....
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy



O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w trybie **przetarg nieograniczony** na:


Dostawę protez i innych wyrobów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..... dnia

.....
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy



O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w trybie **przetarg nieograniczony** na:

Dostawę protez i innych wyrobów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;


- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
- wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.);
- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

..... dnia

.....
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy



**Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej¹.**

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału/ofertę² w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony** na:

Dostawę protez i innych wyrobów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

działając na podstawie art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

składamy listę podmiotów, wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907, z późn. zm.):

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres podmiotu
1		
2		
3		

informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907, z późn. zm.).

..... dnia

.....
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

¹ Należy zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej, konieczne jest wymienienie w tabeli wszystkich członków tej grupy kapitałowej

² Niepotrzebne skreślić

U M O W A (PROJEKT)
Nr ___/Zp/2015

Zawarta zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych

W dniu ___..2015 r. pomiędzy **Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku** z siedzibą przy ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko, reprezentowanym przez:

1. _____

Zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000028548, NIP: 865-20-74-945, REGON 000306680, zwanym dalej „Kupującym” a:

reprezentowanym przez:

1. _____

zwanym dalej „Sprzedającym”

Zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w _____, _____ Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem _____ NIP: _____, posiadającym Kapitał Zakładowy: _____ zł. wpłacony w całości.

Zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr Z.II.2300/Zp/29/2015 z dnia 26.10.2015 r. na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zatwierdzonymi przez Dyrektora SPZZOZ Nisko zawarta zostaje umowa o treści następującej:

§1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna sprzedaż i dostawa przez Sprzedającego na rzecz Kupującego **protez i innych wyrobów ortopedycznych**, w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej umowy zgodnie ze złożoną ofertą przetargową z dnia ___/___/2015 r.
2. Kupujący zastrzega sobie prawo do zmiany ilości protez i innych wyrobów ortopedycznych w okresie realizacji umowy, w zależności od jego rzeczywistych potrzeb, z zastrzeżeniem nie przekroczenia całkowitej wartości umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy.

§2.

CENA UMOWY

1. Ilość przedmiotu zamówienia według załącznika wymienionego w §1 ust. 1 podana jest szacunkowo. Ilość ta może ulegać zmianom w trakcie realizacji umowy w zakresie ilości pozycji w pakiecie bez przekroczenia jednak wartości umowy brutto _____, ___ **zł** (cena = wartość netto _____, ___ **zł** + obowiązująca stawka podatku **VAT**), (**słownie:** _____).
2. W przypadku zrealizowania mniejszej wartości lub ilości przedmiotu zamówienia, niż wynika to z określonego umową przedmiotu zamówienia, Sprzedającemu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Kupującego.
3. Osobami upoważnionymi do wzajemnych kontaktów, o kompetencji składania i przyjmowania zamówień oraz dotrzymywania terminów realizacji dostaw towaru są:
 - ze strony Wykonawcy: _____, tel. _____,
 - ze strony Zamawiającego: **Dorota Fronc** – Kierownik Bloku Operacyjnego, tel. (15) 8416 747.
4. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą protez i innych wyrobów ortopedycznych do bezpośredniego odbiorcy tj. opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, transport, itp.
5. Ceny objęte umową mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawek VAT na oferowane dostawy. Nowa stawka VAT obowiązuje od dnia jej wprowadzenia przepisami przy czym Sprzedający zobowiązany jest poinformować Kupującego o nowej stawce najpóźniej na 7 dni przed jej wprowadzeniem pod rygorem stosowania poprzednio obowiązującej stawki VAT.

§3.

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Kupujący zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych oraz ilości rzeczywiście zrealizowanych dostaw.
2. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty faktury za przedmiot umowy przelewem w terminie ___ dni od daty dostarczenia faktury.
3. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia w banku przez Kupującego dokumentu „polecenie przelewu”.
4. Ewentualna sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi lub zawarcie umowy factoringowej może odbyć się za zgodą Kupującego wyrażona na piśmie.

§4.

DOSTAWA

1. Dostawy realizowane będą w okresie od __/__/2015 r. do __/__/2018 r. w uzgodnionych na bieżąco wielkościach i asortymencie wg każdorazowego zgłoszonego na piśmie zapotrzebowania (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem) z realizacją do dwóch dni licząc od dnia otrzymania zamówienia.
2. Sprzedający zobowiązuje się dostarczać protezy i inne wyroby ortopedyczne w odpowiednich opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczanych towarów przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniem, itp.
3. Protezy i inne wyroby ortopedyczne dostarczane przez Sprzedającego muszą spełniać warunki dopuszczenia do obrotu.
4. Reklamacje ilościowe (zgodności dostawy z zamówieniem i deklarowanymi ilościami wyszczególnionymi w specyfikacji ilościowo - asortymentowej dołączonej przez Sprzedającego do dostawy) Kupujący zgłaszać będzie Sprzedającemu pisemnie w terminie nie później niż 2 dni od daty odbioru przesyłki.
5. Reklamacje jakościowe Kupujący jest zobligowany zgłosić Sprzedającemu pisemnie wraz z udokumentowanym uzasadnieniem.
6. Sprzedający zobligowany jest do pisemnego ustosunkowania się do wniesionej przez Kupującego reklamacji w terminie 3 dni od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w ciągu 3 dni jest uważane za uznanie przez Sprzedającego reklamacji i tym samym dokonaniem wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem.
7. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczania sprzedawanych towarów wraz z fakturą do magazynu implantów Kupującego transportem własnym, przesyłką pocztową lub poprzez wynajętego w tym celu przewoźnika.
8. Sprzedający zobowiązuje się w czasie trwania umowy do posiadania w ofercie asortymentu będącego przedmiotem niniejszego postępowania, a w przypadku przejściowych braków zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar od innego podmiotu w cenie określonej w umowie lub upoważni Zamawiającego do zakupu towaru u innego podmiotu, przy czym Sprzedający zobowiązuje się zapłacić kupującemu różnicę w cenie w terminie 3 dni od daty zakupu.

§5.

KARY UMOWNE

1. Kupujący będzie miał prawo żądać kar umownych z następujących tytułów i następującej wysokości:
 - a) 0,2% wartości brutto zareklamowanych przez Kupującego towarów złej jakości za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową,
 - b) 0,2% wartości brutto zamówionego towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie ponad termin określony umową,
2. W przypadku odstąpienia Sprzedającego od wykonania postanowień umowy bez zgody Kupującego, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto.
3. W przypadku gdy szkoda powstała przewyższa ustanowioną karę umowną Kupujący ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

4. W przypadku odstąpienia Kupującego od umowy z przyczyn innych niż określonych art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto.
5. W przypadku nie uregulowania przez Kupującego płatności w terminie określonym w § 3 pkt. 1 Sprzedającemu przysługuje prawo naliczania odsetek, ustalonych w drodze negocjacji nie wyższych jak odsetki ustawowe.

§6.

**DOPUSZCZALNOŚĆ DOKONYWANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY ORAZ WARUNKI
DOKONYWANIA TAKICH ZMIAN**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następujących przypadkach:
 - 2.1 Zmiana banków lub numerów kont bankowych stron,
 - 2.2 Zmiana stawek podatku VAT,
 - 2.3 Dopuszcza się w trakcie realizacji umowy zmianę ilości zamawianych protez i innych wyrobów ortopedycznych z tym, że wartość dostarczonych towarów nie może przekroczyć ogólnej wartości umowy.
 - 2.4 Dopuszcza się zmianę cen jednostkowych na niższe niż zaoferowane w ofercie.

§7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nie dopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy oraz wprowadzenie do umowy postanowień niekorzystnych dla Kupującego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty Sprzedającego, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Niewypełnianie warunków umowy przez Sprzedającego tj. nieterminowe lub niezgodne pod względem asortymentu bądź ilości z zamówieniem realizowane dostawy, nieprzestrzeganie cen zawartych w umowie, a także istotne, powtarzające się uchybienia w zakresie jakości dostarczanych protez i innych wyrobów ortopedycznych lub ich terminów ważności daje podstawę Kupującemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Sprzedającego do naliczania kar umownych.
3. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Kupujący może odstąpić od umowy lub zrezygnować z niektórych pozycji zamówienia (art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w pkt. 3, może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonanej do dnia odstąpienia od umowy.
6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
7. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Powszechny wg siedziby Kupującego.
8. Niniejszą umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający:

Kupujący:

Wzór formularza cenowego

PAKIET NR ____							
Lp.	Nazwa handlowa	ilość	Cena jednostki netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	producent/nr katalogowy
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
RAZEM							