

Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko

Znak sprawy: Z.II.2300/Zp/44/2016

Nisko, 08/11/2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa ambulansu ratunkowego specjalistycznego typu C z zabudową medyczną wraz z wyposażeniem do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej niż określona w przepisie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – zwana dalej ustawą Pzp oraz ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) – zwana dalej ustawą o zmianie Pzp.

Zatwierdzono w dniu:
08/11/2016

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nisku

Roman Ryznar

Nisko, Listopad 2016

1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko
NIP: 865-20-74-945,
REGON: 000306680
Tel. (15) 8416 703, 8416 779, Fax. (15) 8416 704
www.szpital-nisko.pl, e-mail: przetargi@szpital-nisko.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie: **przetarg nieograniczony**

2.2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

- przepisami art. 39 – 46 oraz 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp, a także na podstawie wydanych na podstawie tej ustawy aktów wykonawczych, a w szczególności:
 - a. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254);
 - b. Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U z 2015 r. poz. 2263);
- przepisami ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) – zwana dalej ustawą o zmianie Pzp, a także na podstawie wydanych na podstawie tej ustawy aktów wykonawczych, a w szczególności:
 - a. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zmawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: **Dostawa ambulansu ratunkowego specjalistycznego typu C z zabudową medyczną wraz z wyposażeniem do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku.**

3.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:

Zadanie nr:	Opis:
1	Temat: Zadanie nr 1 Wspólny Słownik Zamówień: 34114121-3 Karetki Opis: Dostawa ambulansu ratunkowego specjalistycznego typu C z zabudową medyczną wraz z wyposażeniem do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.3. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

3.4. Miejsce realizacji: **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy im. PCK w Nisku.**

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY PZP

4.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy Pzp.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

5.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie: **do dnia 28/12/2016 r.**

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ.
- 6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Lp.	Warunki udziału w postępowaniu
1.	Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2.	Zdolność techniczna lub zawodowa. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
3.	Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

- 7.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
- 7.2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
- 7.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
- 7.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.
- 7.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

- 8.1. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:

Lp.	Wymagany dokument
1.	Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.

- 8.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp:

Lp.	Wymagany dokument
1.	Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa ambulansu ratunkowego specjalistycznego typu C z zabudową medyczną wraz z wyposażeniem
do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

- 8.3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 8.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
- 8.5. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
- 8.6. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Lp.	Wymagany dokument
1.	Wykaz dostaw lub usług. Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

- 8.7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć:

Lp.	Wymagany dokument
1.	Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2.	Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3.	Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- 8.8. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Lp.	Wymagany dokument
1.	Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2.	Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków przez wykonawcę oraz że nie otwarto jego likwidacji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa ambulansu ratunkowego specjalistycznego typu C z zabudową medyczną wraz z wyposażeniem
do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

	b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3.	Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument "Informacja z Krajowego Rejestru Karnego" składa dokument "Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument", w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

- 8.9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności.
- 8.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
- 8.11. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć:

Lp.	Wymagany dokument
1.	Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów. Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- 8.12. Inne wymagane dokumenty:

Lp.	Wymagany dokument
1.	Formularz ofertowy. Wypełniony formularz ofertowy.
2.	Wyciąg ze świadectwa homologacji (pojazdu bazowego).
3.	Wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu skompletowanego (ambulansu).
4.	Deklaracja zgodności na ambulans sanitarny typu C wystawiona zgodnie z PN-EN 1789
5.	Dokumenty dopuszczające do obrotu. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o Wyrobach Medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z dnia 20 maja 2010 r. z późn. zm) świadectwami dopuszczającymi do obrotu są: 1. deklaracja zgodności CE producenta (dla wszystkich klas wyrobu medycznego), 2. certyfikat zgodności jednostki notyfikującej (dotyczy klas wyrobu medycznego określonych w art. 29 ust. 5 ustawy o Wyrobach Medycznych), 3. zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Lekniczych, Wyrobów Medycznych zgodnie z art. 58 ust.1 ustawy o Wyrobach Medycznych.
6.	Informacja Wykonawcy o obowiązku podatkowym. Informacja Wykonawcy o obowiązku podatkowym.

- 8.13. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki

- udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
- 8.14. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
- 8.15. W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
- 8.16. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
- 8.17. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- 8.18. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które dotyczą każdego z nich.
- 8.19. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
- 8.20. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
- 8.21. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
- 8.22. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP**
- 9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
- 9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- 9.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 7 niniejszej SIWZ.
- 9.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- 9.5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.11 SIWZ.
- 9.6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
- 9.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
- a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaze zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 9.1 SIWZ.

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

- 10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
- 10.2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.
- 10.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia dla każdego z tych podwykonawców.

11. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- 11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

12. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10C– 10E, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- 12.1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Zgodnie z zapisami Art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o zmianie Pzp: *W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 października 2018 r., komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem postańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji*

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), (...) jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami w formie pisemnej.

- 12.2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że pismo wysłane na nr faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę w złożonej przez niego ofercie zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma.
- 12.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia: **13/11/2016**.
- 12.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
- 12.5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
- 12.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
- 12.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
- 12.8. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
 - w zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1. Piotr Tabor – Specjalista ds. zamówień publicznych, tel.: **(15) 8416 779**,
 - w zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1. Wojciech Sroka – Specjalista ds. transportu, tel.: **(15) 8416 779**

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- 13.1. W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

- 14.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
- 14.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 14.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- 15.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 15.2. Oferta, pod rygorem nieważności powinna być złożona w formie pisemnej – Art. 18 ust. 4 ustawy o zmianie Pzp.
- 15.3. Dokumenty powinny zostać przedstawione w oryginale lub w potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii.

- 15.4. Wszystkie dokumenty przedstawione muszą być w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem.
- 15.5. Pełnomocnictwo przedstawione musi być w oryginale, lub poświadczonej notarialnie kopii.
- 15.6. Oferta, załączniki do oferty oraz oświadczenia muszą zawierać wszystkie elementy podane w załączonych do SIWZ wzorach.
- 15.7. Wykonawca w formularzu oferty określi jaki zakres przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć do realizacji podwykonawcy.
- 15.8. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „**ZMIANA**”. Koperty oznaczone „**ZMIANA**” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
- 15.9. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „**WYCOFANIE**”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. Oferty wycofane zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania, nie wcześniej niż w terminie otwarcia ofert.
- 15.10. Żadna oferta nie może być zmodyfikowana ani wycofana po upływie wyznaczonego terminu składania ofert.
- 15.11. Kompletna oferta musi zawierać wszystkie wskazane w SIWZ dokumenty.
- 15.12. Cenę oferty należy przedstawić cyfrowo i słownie, podając wartość brutto, netto oraz wartość podatku VAT.
- 15.13. W ofercie należy określić, (jeśli takie występują) które informacje nie mogą być udostępniane, oraz wykazać dlaczego stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503). Zastrzeżenie niezgodnie z zapisami powołanej ustawy pozostanie bezskuteczne. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być dołączone do oferty w odrębnej kopercie/teczce z opisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
- 15.14. Oferta powinna zawierać:
- 1) ofertę – sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,
 - 2) wykaz dokumentów dołączonych do oferty, informację o dostępności dokumentów, w formie elektronicznej ze wskazaniem adresów internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych lub wskazania że dokumenty lub oświadczenia znajdują się w posiadaniu Zamawiającego,
 - 3) oświadczenia sporządzone wg wzorów stanowiących załączniki do SIWZ lub wpis do wykazu dokumentów;
 - 4) odpis z właściwego rejestru lub wpis do wykazu dokumentów;
- 15.15. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 15.16. W formularzu cenowym musi być zachowana liczba porządkowa asortymentu, zamawiana ilość, ilość opakowań lub sztuk, tak jak jest wymieniona w opisie przedmiotu zamówienia.
- 15.17. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złożone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.
- 15.18. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
- 15.19. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
- 15.20. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „**Oferta na Dostawa ambulansu ratunkowego specjalistycznego typu C**”

z zabudową medyczną wraz z wyposażeniem do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku 17/11/2016 godz. 11:00”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 16.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 12 do dnia 17/11/2016 do godz. 10:00.
- 16.2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
- 16.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 17/11/2016 o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1.
- 16.4. Otwarcie ofert jest jawne.
- 16.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 16.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- 17.1. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915) za wykonanie przedmiotu zamówienia.
- 17.2. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 17.3. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji wybranej części przedmiotu zamówienia.
- 17.4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie: PLN.
- 17.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- 18.1. Zamawiający będzie oceniał oferty (każde z zadań osobno) według następujących kryteriów:

Nr	Nazwa kryterium	Waga
1.	Cena (koszt)	60 %
2.	Jakość (parametry techniczne)	40 %

- 18.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 18.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium	Wzór
1.	Cena (koszt) Liczba punktów = $(C_{min}/C_{of}) * 100 * waga$ gdzie: - C_{min} – najniższa cena spośród wszystkich ofert, - C_{of} – cena podana w badanej ofercie
2.	Jakość (parametry techniczne): Liczba punktów = $(L_{op}/L_{max}) * 100 * waga$ gdzie: - L_{op} – liczba otrzymanych punktów badanej oferty - L_{max} – maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów
Całkowita liczba uzyskanych przez badaną ofertę punktów	
= $[(C_{min}/C_{of}) * 100 * waga] + [(L_{op}/L_{max}) * 100 * waga]$	

- 18.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt. 16.5, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.

- 18.4. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.
- 18.5. Zamawiający poprawia w ofercie:
- a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 18.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzspółnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 18.7. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);
 - pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
- 18.8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
- 18.9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
- 18.10. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
- a) jest niezgodna z ustawą,
 - b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy Pzp,
 - c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
 - f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 - g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy Pzp,

- h) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą,
- i) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

19. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- 19.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
- 19.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- 20.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę,
 - d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
- 20.2. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt. 20.1 lit. a) Zamawiający umieści na stronie internetowej www.szpital-nisko.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
- 20.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
- 20.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 18 ust. 1 2 ustawy o zmianie Pzp (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
- 20.5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.
- 20.6. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
- 20.7. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

21.1. W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

22.1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

22.2. Zakres dopuszczalności dokonywania zmian postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonywania takich zmian określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.

23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

23.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm).

23.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

23.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

23.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

23.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

23.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o zmianie Pzp (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020).

23.7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

23.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

23.9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

23.10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

24. AUKCJA ELEKTRONICZNA

24.1. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

25. POZOSTAŁE INFORMACJE

25.1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa ambulansu ratunkowego specjalistycznego typu C z zabudową medyczną wraz z wyposażeniem
do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

z późn. zm.) ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy Pzp (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

Nr	Nazwa załącznika
1.	Opis przedmiotu zamówienia
2.	Wzór formularza ofertowego
3.	Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
4.	Wzór wykazu wykonanych usług lub dostaw
5.	Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
6.	Wzór informacji Wykonawcy o obowiązku podatkowym
7.	Wzór zobowiązania podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
8.	Projekt umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Ogólna charakterystyka i warunki realizacji zamówienia:

Dostawa ambulansu ratunkowego specjalistycznego typu C z zabudową medyczną wraz z wyposażeniem do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku, spełniającego wymogi:

- aktualnie obowiązującej normy PN-EN 1789 „Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – ambulanse drogowe”,
- NFZ dla ambulansu specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego,
- posiadający homologację typu M-1 specjalny, sanitarny,
- fabrycznie nowy z bieżącej produkcji 2016 roku,
- pojazd bazowy fabrycznie nowy - rok produkcji 2016 (o przebiegu nie przekraczającym 1000 km).
- gwarancja mechaniczna i na powłokę lakierniczą co najmniej 24 miesiące, na perforację nadwozia co najmniej 96 miesiące oraz co najmniej 24 miesiące na zabudowę, sprzęt i aparaturę medyczną (liczona od dnia odbioru ambulansu),
- serwis zabudowy specjalnej i wyposażenia medycznego realizowany w siedzibie zamawiającego, wymagany przegląd gwarancyjny bezpłatny.

2. Zakres przedmiotowy:

Ambulans ratunkowy specjalistyczny typu C z zabudową medyczną wraz z wyposażeniem – 1 szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH I GRANICZNYCH

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Podać	Punktacja
AMBULANS RATUNKOWY SPECJALISTYCZNY TYPU C Z ZABUDOWĄ MEDYCZNĄ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM – 1 SZT.				
1.	Producent	Tak, podać		
2.	Nazwa i typ	Tak, podać		
3.	Kraj produkcji	Tak, podać		
4.	Rok produkcji: 2016	Tak, podać		
5.	Dostawa ambulansu do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy	Tak		
6.	Pakiet ubezpieczenia OC, AC, NW	Tak/Nie		Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt.
NADWOZIE				
7.	Nadwozie typu furgon o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t; częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu, z izolacją dźwiękowo - termiczną	Tak		
8.	Wysokość nadwozia liczona bez anteny do 3,0 m	Tak		
9.	Wysokość przedziału medycznego min. 1,8 m	Tak		
10.	Długość przedziału medycznego min. 3,0 m	Tak		powyżej 3,0 m – za każde pełne 10 cm – 1 pkt
11.	Szerokość przedziału medycznego min. 1,7 m	Tak		powyżej 1,7 m – za każde pełne 5 cm – 1 pkt
12.	Drzwi tylne wysokie, przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierające się pod kątem min. 250° wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł	Tak		
13.	Drzwi prawe przedziału medycznego przesuwne do tyłu z blokadą przed samoczynnym zamknięciem, z otwieraną szybą, ze stopniem stałym wewnętrznym lub wysuwym zewnętrznym	Tak		
14.	Drzwi lewe przesuwne zewnętrznego schowka wyposażenia ortopedycznego ambulansu	Tak		
15.	Okno dachowe przeszklone z roletą, pełniące funkcję wyjścia awaryjnego	Tak		

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa ambulansu ratunkowego specjalistycznego typu C z zabudową medyczną wraz z wyposażeniem
do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

16.	Szyby zewnętrzne przedziału medycznego zmatowione lub pokryte folią do 2/3 wysokości	Tak		
17.	Kolor lakieru żółty lub biały	Tak		
18.	Centralny zamek na wszystkie drzwi z alarmem, sterowany pilotem (dwa piloty w komplecie), immobiliser	Tak		
19.	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	Tak		
20.	Czujniki parkowania z wizualną sygnalizacją obejmujący strefę całego ambulansu, lub kamera	Tak		
21.	Reflektory przeciwmgielne przednie	Tak		
22.	Wyposażenie standardowe pojazdu bazowego (podnośnik, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, itp.)	Tak		
SILNIK				
23.	Norma emisji spalin EURO-5+	Tak		
24.	Pojemność skokowa: min. 1 960 cm ³	Tak, podać		powyżej 1 960 cm ³ – za każde pełne 10 cm ³ – 1 pkt
25.	Moc silnika: min. 160 KM, wystarczająca do uzyskiwania przyspieszeń zgodnych z normą PN-EN 1789	Tak, podać		do 170 KM- 0 pkt powyżej 170 KM -10 pkt
26.	Moment obrotowy: min. 360 Nm	Tak, podać		powyżej 360 Nm – za każde pełne 10 Nm – 1 pkt
27.	Z zapłonem samoczynnym	Tak		
28.	Turbodoładowany	Tak		
ZESPÓŁ NAPĘDOWY				
29.	Skrzynia biegów manualna synchronizowana: min. 6 biegów i bieg wsteczny	Tak		
30.	Napęd na koła tylnej lub przedniej osi	Tak		
31.	Koła jezdne wyposażone w ogumienie radialne o obniżonym profilu	Tak		
ZAWIESZENIE				
32.	Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność w trudnym terenie oraz odpowiedni komfort transportu pacjenta	Tak		
33.	Ze stabilizatorem osi przedniej, stabilizatorem osi tylnej lub zawieszeniem hydro-pneumatycznym ze stabilizacją	Tak		
UKŁAD HAMULCOWY				
34.	Dwuobwodowy z podciśnieniowym wspomaganie	Tak		
35.	Z systemem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania	Tak		
36.	Z układem elektronicznego rozkładu siły hamowania	Tak		
37.	Z elektronicznym systemem stabilizacji toru jazdy	Tak		
38.	Układ zapobiegający poślizgowi kół osi napędowej przy ruszaniu	Tak		
UKŁAD KIEROWNICZY				
39.	Ze wspomaganie	Tak		
OGRZEWANIE I WENTYLACJA				
40.	Ogrzewanie cieczą chłodzącą silnik z wymiennikiem ciepła, z wentylatorem min. dwustopniowym, układ wyposażony w termostat umożliwiający ustawienie i utrzymanie żądanej temperatury w przedziale medycznym. Układ umożliwiający ogrzanie silnika przed jego uruchomieniem	Tak		
41.	Dodatkowy powietrzny system ogrzewania niezależny od pracy silnika	Tak		
42.	Ogrzewanie postojowe zasilane napięciem 230V z termostatem umożliwiającym ustawienie i utrzymanie żądanej temperatury w przedziale medycznym	Tak		
43.	Wentylacja nawiewowo – wywiewna przedziału medycznego	Tak		

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa ambulansu ratunkowego specjalistycznego typu C z zabudową medyczną wraz z wyposażeniem
do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

44.	Klimatyzacja dwustrefowa z niezależnym sterowaniem (kabina kierowcy, przedział medyczny)	Tak		
45.	System klimatyzacji i ogrzewania cieczą musi stanowić fabryczne wyposażenie pojazdu bazowego	Tak		
INSTALACJA ELEKTRYCZNA				
46.	Zespół akumulatorów o łącznej pojemności min. 160Ah	Tak		
47.	Alternator o odpowiednio dużej mocy zapewniający utrzymanie zrównoważenia elektrycznego między obciążeniem elektrycznym i mocą wyjściową alternatora	Tak		
48.	Urządzenie zabezpieczające przed użyciem przez osoby trzecie ambulansu pozostawionego z pracującym silnikiem (podczas prowadzenia akcji ratowniczej)	Tak		
49.	Zasilanie zewnętrzne 230V z gniazdem zewnętrznym (i przewodem zasilającym min. 4m), uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym, z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym i automatycznym układem ładowania akumulatorów	Tak		
50.	Min. 2 gniazda poboru prądu 230V w przedziale medycznym	Tak		
51.	Min. 4 gniazda poboru prądu 12V w przedziale medycznym	Tak		
52.	Min. 1 gniazdo poboru prądu 230V w kabinie kierowcy	Tak		
53.	Reflektory zewnętrzne z czterech stron pojazdu – po dwa z każdej strony (tył, przód, boki) ze światłem rozproszonym, do oświetlenia miejsca akcji z możliwością włączania/wyłączania zarówno z miejsca kierowcy jak i z przedziału medycznego oraz samoczynnie wyłączające się podczas ruchu ambulansu lub po zamknięciu drzwi przedziału medycznego (reflektory tylne zamontowane w tylnej belce świetlnej, zabezpieczonej przed uderzeniem przez gałęzie drzew, itp.)	Tak		
54.	Kierunkowskazy zamontowane w tylnej belce świetlnej zabezpieczone przed uderzeniem przez gałęzie drzew, itp.	Tak		
55.	Centralna elektryczna w kabinie kierowcy z niezależnym zabezpieczeniem każdego obwodu i odbiornika przedziału medycznego, sygnalizacją spadku napięcia w akumulatorach	Tak		
56.	Oświetlenie przedziału medycznego rozproszone z lampami umieszczonymi po obu stronach górnej części przedziału medycznego	Tak		
57.	Oświetlenie punktowe (regulowany halogenowy punkt świetlny) przedziału medycznego znajdujące się nad noszami głównymi - co najmniej dwa punkty, i nad białym roboczym – jeden punkt	Tak		
58.	Dodatkowa wiązka przewodów do podłączenia rejestratora GPS w kabinie kierowcy (schemat instalacji zostanie dostarczony przez Zamawiającego)	Tak		
INSTALACJA TLENOWA I PRÓŻNIOWA				
59.	Butle tlenowe, stalowe o pojemności dziesięciu litrów - 2 szt. umieszczone w dodatkowym schowku zewnętrznym w sposób umożliwiający dostęp do zaworów reduktorów i wzrokowy kontakt ze wskazaniem manometrów reduktorów z przedziału medycznego	Tak		
60.	Dwa reduktory z szybkozłączkami typu AGA	Tak		
61.	Centralna instalacja tlenowa z min. czterema punktami poboru typu AGA, w tym jeden w suficie nad noszami, z regulatorem przepływu tlenu typu obrotowego	Tak		
62.	Jeden punkt próżni z manometrem i regulatorem siły ssania, słojem na wydzielinę i kompletem przewodów	Tak		
OZNAKOWANIE POJAZDU				
63.	Belka świetlna z lampami ostrzegawczymi stroboskopowymi lub modułami diodowymi LED zamontowana w przedniej części pojazdu zabezpieczona przed przypadkowym uderzeniem (np. gałęzi drzew, itp.)	Tak		
64.	Urządzenie nagłaśniające z modulowanym sygnałem dźwiękowym oraz możliwością podawania komunikatów głosem	Tak		

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa ambulansu ratunkowego specjalistycznego typu C z zabudową medyczną wraz z wyposażeniem
do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

65.	Sygnaly pneumatyczne	Tak		
66.	Dwie niebieskie lampki pulsujące stroboskopowe lub diodowe zamocowane na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej	Tak		
67.	Belka świetlna umieszczona w tylnej części pojazdu z lampami wyładowczymi lub diodowymi LED zabezpieczona przed przypadkowym uderzeniem (np. gałęzi drzew, itp.)	Tak		
68.	Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi, widoczne przy otwarciu o 90, 180 i więcej - do 270°	Tak		
69.	Oznakowanie ambulansu jako pojazdu uprzywilejowanego zgodnie z wymogami przepisów ruchu drogowego oraz standardowe oznakowanie typu ambulansu „P” (pod symbolem „P” oznaczenie rejonu operacyjnego „R13 02”) na bokach i drzwiach tylnych, zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym	Tak		
70.	Oznakowanie (na drzwiach kabiny kierowcy) ambulansu jako dysponenta pojazdu o treści: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku	Tak		
KABINA KIEROWCY				
71.	Oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z możliwością komunikacji wzrokowej i głosowej kierowcy z personelem medycznym lub oddzielona przejściem w sposób uniemożliwiający przechodzenie podczas jazdy ambulansu	Tak		
72.	Przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przenośnego marki motorola i wyposażona w instalację do podłączenia radiotelefonu	Tak		
73.	Wmontowana antena dachowa radiotelefonu o parametrach: - zakres częstotliwości: 168 – 170 MHz - impedancja wejścia: 50 Ohm. - współczynnik fali stojącej: 1,6 - charakterystyka promieniowa dookólna	Tak		
74.	Dwie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, oraz boczne poduszki powietrzne .	Tak		
75.	Szperacz z przewodem o długości 3m, zasilany z gniazda zapalniczki	Tak		
76.	Szperacz przenośny na wieszaku będącym jednocześnie ładowarką	Tak		
ZABUDOWA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO				
77.	Wyposażona w zewnętrzny schowek na dwie butle tlenowe, materac próżniowy, krzeselko kardiologiczne, nosze zbierakowe, deskę ortopedyczną, zestaw szyn i dodatkowy trójkąt ostrzegawczy (z dostępem z lewej strony ambulansu), z zamontowanym sprzętem	Tak		
78.	Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne o powierzchni przeciwślizgowej, łatwo zmywalnej i połączonej szczelnie ze ścianami	Tak		
79.	Ściany boczne i sufit wykonane z tłoczonych profili tworzywa sztucznego, łatwo zmywalnego, niepalnego, odpornego na uderzenia i zarysowania, nietoksycznego, gładkiego z zaokrąglonymi krawędziami	Tak		
80.	Na ścianie górnej wieszak na kroplówki i uchwyt do trzymania wzdłuż przedziału medycznego	Tak		
81.	Na ścianach bocznych: - Zestawy szafek i półek z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, - Zabudowa wyposażona w zamykany na klucz schowek, wysuwaną szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami na leki i drobny sprzęt medyczny.	Tak		
82.	Na ścianie lewej: - Tablice przesuwne na szynie do mocowania: Respiratora, defibrylator a i ssaka przenośnego oraz szyna typu Modura o długości conajmniej 30 cm - Uniwersalny uchwyt na pudełko rękawiczek.	Tak		

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa ambulansu ratunkowego specjalistycznego typu C z zabudową medyczną wraz z wyposażeniem
do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

83.	Przy ścianie prawej: – Fotel obrotowy o kąt 45 i 90° do kierunku jazdy wyposażone bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki ze składanymi do pionu siedziskami i podłokietnikiem, – Kosz na śmieci. Na ścianie prawej: – Urządzenie do wybijania szyb będące jednocześnie nożem do przecinania pasów bezpieczeństwa.	Tak		
84.	Na ścianie przedniej działowej: – Zespół szafek z miejscem na dwie torby medyczne, do którego jest łatwy dostęp zarówno z przedziału medycznego jak i z zewnątrz ambulansu, – Błat roboczy z obrzeżem zabezpieczającym przed wypadaniem, znajdujący się na szafce na torby medyczne, – Urządzenie do podgrzewania płynów infuzyjnych z automatycznym układem utrzymującym temperaturę, – Wieszak na butlę tlenową, – Uchwyt ułatwiający wchodzenie i wychodzenie do/z przedziału medycznego.	Tak		
85.	Gaśnica (dodatkowa) o ładunku 2 kg	Tak		
86.	Fotel obrotowy znajdujący się u wezłowania noszy, sytuowany tyłem do kierunku jazdy, wyposażony w zagłówek i bezwładnościowy, trzypunktowy pas bezpieczeństwa, ze składanym siedziskiem do pionu	Tak		
87.	W tylnej części zabudowy uchwyty lub kosz z kaskami ratowniczymi – 3 szt.	Tak		
88.	Podstawa noszy z płynną regulacją (sterowaną elektrycznie) pochylecia (pozycja Trendelenburga i antywstrząsowa), z przesuwem bocznym i wysuwem na zewnątrz (regulowanym mechanicznie), z pochylem po wysunięciu	Tak		
NOSZE GŁÓWNE REANIMACYJNE – 1 SZT.				
89.	Nosze główne reanimacyjne zabezpieczone antykorozyjnie i antybakteryjnie, spełniające normę PN-EN 1865 i PN-EN 1789	Tak		
90.	Umożliwiające resuscytację pacjenta na noszach (twarde podłoże)	Tak		
91.	Umożliwiające płynne uniesienie tułowia pacjenta z pozycji od 0 do min. 75°i odchylenie głowy do tyłu	Tak		
92.	Umożliwiające zmniejszenie napięcia mięśni brzucha pacjenta (potrójnie łamane)	Tak		
93.	Wyposażone w teleskopowy statyw na pojemnik z płynami infuzyjnymi	Tak		
94.	Wyposażone w twarde, łatwo zmywalny, nie wchłaniający krwi, potu, brudu i płynów infuzyjnych materac	Tak		
95.	Wyposażone w komplet pasów zabezpieczających – Pasy poprzeczne i szelkowe.	Tak		
96.	Wyposażone w system unieruchamiania dzieci na noszach	Tak		
97.	Wyposażone w składane oparcia boczne, wysuwane rączki do przenoszenia noszy i system szybkiego i bezpiecznego łączenia z transporterem	Tak		
TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH – 1 SZT.				
98.	Wielopoziomowy z regulacją wysokości w min. 6-ciu poziomach, z niezależną regulacją wysokości przedniej i tylnej części transportera, umożliwiającą ustawienie transportera w pozycji Trendelenburga	Tak		
99.	Wyposażony w system błyskawicznego i bezpiecznego łączenia z noszami umożliwiający ustawienie na transporterze noszy w obu kierunkach	Tak		
100.	Wyposażony w system błyskawicznego i bezpiecznego łączenia z podstawą noszy	Tak		
101.	Wyposażony w system niezależnego składania przednich i tylnych goleni przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu transportera z ambulansu	Tak		

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa ambulansu ratunkowego specjalistycznego typu C z zabudową medyczną wraz z wyposażeniem
do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

102.	Wyposażony w zabezpieczenie przed przypadkowym złożeniem nogi transportera	Tak		
103.	Wyposażony w cztery koła jezdne obrotowe o kąt 360° z możliwością blokowania dwóch kół w pozycji równoległej do transportera	Tak		
104.	Wyposażony w hamulec co najmniej dwóch kół	Tak		
105.	Wyposażony w dodatkowe składane rączki do podnoszenia transportera	Tak		
DEFIBRYLATOR PRZENOŚNY – 1 SZT.				
106.	Defibrylator przenośny z kardiowersją, stymulacją, NIBP, etCO ₂ i monitorowaniem EKG z 3/12 odprowadzeń z możliwością transmisji danych i pomiarem częstości oddechu (EKG)	Tak		
107.	Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji 2016), nieużywane, nieprefabrykowane i nieregenerowane, nienaprawiane, wolne od wad i usterek	Tak		
108.	Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązujących przepisach prawnych na terenie Polski i Unii Europejskiej	Tak		
109.	Wbudowany uchwyt transportowy	Tak		
110.	Masa całkowita defibrylatora gotowego do pracy nie większa niż 10 kg	Tak		
111.	Urządzenie posiadające wysoką odporność na uszkodzenia i trudne warunki środowiskowe (podać klasę odporności)	Tak		
112.	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania, oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych)	Tak		
113.	Zasilane akumulatorowe w zestawie min. dwa akumulatory litowo - jonowe bez efektu pamięci	Tak		
114.	Temperatura pracy: min. od 0°C do + 45°C	Tak		
DEFIBRYLACJA				
115.	Rodzaj fali defibrylacyjnej - dwufazowa	Tak		
116.	Możliwość wykonania kardiowersji	Tak		
117.	Defibrylacja ręczna i półautomatyczna	Tak		
118.	Energia defibrylacji w zakresie od 2 do 200J	Tak		
119.	Min. 20 dostępnych poziomów energii przy defibrylacji zewnętrznej	Tak		
120.	Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych	Tak		
121.	Akustyczny i optyczny sygnał gotowości do defibrylacji	Tak		
122.	Czas ładowania do energii maksymalnej poniżej 10 sekund	Tak		
123.	Wybór energii, ładowanie, wyzwolenie energii i wydruk za pomocą przycisków lub pokręteł na łóżkach defibrylatora oraz na płycie czołowej aparatu	Tak		
STYMULACJA ZEWNĘTRZNA				
124.	Tryb asynchroniczny i „na żądanie”	Tak		
125.	Prąd stymulacji w zakresie min. 0 - 140 mA	Tak		
126.	Częstość stymulacji mieszcząca się w zakresie od 40 do 150 impulsów na minutę	Tak		
EKG/RESPIRACJA				
127.	Monitorowanie 3 odprowadzeniowego EKG	Tak		
128.	Monitorowanie 12 odprowadzeniowego EKG z analizą	Tak		
129.	Automatyczne wykrywanie 3, 12 odprowadzeniowego kabla EKG	Tak		
130.	Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora	Tak		
131.	Możliwość transmisji 12 odprowadzeniowego EKG	Tak		

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa ambulansu ratunkowego specjalistycznego typu C z zabudową medyczną wraz z wyposażeniem
do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

132.	Wzmocnienie sygnału EKG regulowane w zakresie od 0,5 do 3 cm/mV min. 6 ustawień do wyboru	Tak		
133.	Zakres pomiaru częstości akcji serca (podać wartość)	Tak		
134.	Pomiar częstości oddechów (podać zakres)	Tak		
NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA KRWI (NIBP)				
135.	Funkcja nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi (NIBP)	Tak		
136.	Jednostka pomiaru – mm Hg	Tak		
137.	w zestawie mankiet pomiarowy dla dorosłych.	Tak		
138.	Dokładność pomiaru ciśnienia krwi +/- 5 mm Hg	Tak		
139.	Zakres pomiaru skurczowego ciśnienia krwi (podać)	Tak		
140.	Zakres pomiaru rozkurczowego ciśnienia krwi (podać)	Tak		
141.	Czas pomiaru ciśnienia krwi (podać)	Tak		
PULSOKSYMETRIA				
142.	Technologia pomiaru odporna na zakłócenia	Tak		
143.	W komplecie czujnik wielorazowy dla dorosłych - klips na palec	Tak		
MONITOROWANIE I REJESTRACJA				
144.	Ekran kolorowy LCD o wysokiej rozdzielczości o przekątnej min. 5,5 cala o wysokim kontraście	Tak		
145.	Możliwość wyświetlenia min. 2 krzywych dynamicznych jednocześnie	Tak		
146.	Prędkość przewijania krzywych na wyświetlaczu 25 mm/sek.	Tak		
147.	Wbudowany rejestrator termiczny	Tak		
148.	Szybkość wydruku 25 mm/sek. lub 50 mm/sek.	Tak		
149.	Opóźnienie maksymalnie 8 sek.	Tak		
150.	Drukowanie automatyczne inicjowane alarmem lub zabiegiem defibrylacji	Tak		
151.	Sterowanie wydrukiem - przycisk na płycie czołowej lub łyżce	Tak		
152.	Pamięć wewnętrzna min. 200 pojedynczych zdarzeń EKG	Tak		
ZASILANIE				
153.	Zasilanie akumulatorowe w zestawie minimum dwa akumulatory litowo - jonowe bez efektu pamięci	Tak		
154.	Czas pracy na jednym akumulatorze: - Min. 160 minut ciągłego monitorowania EKG, oraz - Min. 40 defibrylacji maksymalną energią	Tak		
155.	Czas ładowania akumulatorów do pełnej energii nie przekraczający 4,5 godziny	Tak		
156.	Każdy akumulator wyposażony jest we wskaźnik stopnia naładowania	Tak		
157.	Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny moduł	Tak		
158.	Możliwość zasilania aparatu z instalacji elektrycznej ambulansu – zasilacz zintegrowany lub wewnętrzny moduł	Tak		
159.	Możliwość szybkiej wymiany akumulatora przez użytkownika	Tak		
GWARANCJA				
160.	Okres gwarancji min. 24 miesięcy	Tak		
161.	Trzy naprawy gwarancyjne uprawniające do wymiany urządzenia na nowe	Tak		
162.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (podać nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy)	Tak		
163.	Serwis w okresie gwarancji bezpłatny (w siedzibie Zamawiającego)	Tak		

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa ambulansu ratunkowego specjalistycznego typu C z zabudową medyczną wraz z wyposażeniem
do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

WYPOSAŻENIE				
164.	Kabel EKG 12 odprowadzeniowy	Tak		
165.	Łyżki twarde dla dorosłych i dzieci zintegrowane dopuszcza się użycie nakładek pediatrycznych dołączonych do zestawu	Tak		
166.	Kabel do stymulacji przezskórnej	Tak		
167.	W cenie oferty min. 5 kompletów elektrod do stymulacji	Tak		
168.	Torba transportowa	Tak		
169.	Uchwyt do zamocowania w ambulansie	Tak		
DODATKOWE WYMAGANIA				
170.	Dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (załączyć do oferty)	Tak		
171.	Paszport techniczny i protokół uruchomienia – wraz z dostawą	Tak		
172.	Bezpłatne przeglądy techniczne na koniec 1 i 2 roku gwarancji w siedzibie Zamawiającego	Tak		
173.	Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą wraz z kartami gwarancyjnymi	Tak		
174.	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi w siedzibie Zamawiającego w ustalonym terminie	Tak		
RESPIRATOR TRANSPORTOWY – 1 SZT.				
175.	Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji 2013), nieużywane, nieprefabrykowane i nieregenerowane, nienaprawiane, wolne od wad i usterek	Tak		
176.	Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązujących przepisach prawnych na terenie Polski i Unii Europejskiej	Tak		
177.	Zasilanie i sterowanie pracą respiratora wyłącznie pneumatyczne, z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu, dopuszcza się elektryczne sterowanie funkcjami alarmowymi	Tak		
178.	Monoblokowa budowa	Tak		
179.	Odporność na niekorzystne czynniki środowiskowe i związane ze specyfikacją warunków użytkowania, w szczególności: działanie wody, wysokich i niskich temperatur (podać zakres) oraz wibracje, wstrząsy, upadki i uszkodzenia mechaniczne	Tak		
180.	Waga modułu respiratora max. 3,5 kg	Tak		
181.	Możliwość prowadzenia wentylacji dorosłych i dzieci o masie ciała od około 5 kg	Tak		
182.	Niezależne sterowanie objętością oddechową i częstością oddechów	Tak		
183.	Min. zakres sterowania częstością oddechów 8 - 40 oddechów na minutę	Tak		
184.	Min. zakres sterowania objętością oddechową 80 - 1200 ml	Tak		
185.	Wbudowany manometr ciśnienia w układzie oddechowym	Tak		
186.	Zastawka bezpieczeństwa ciśnieniowa z możliwością płynnego regulowania ciśnienia szczytowego w układzie pacjenta w zakresie min. 20-60 cm H ₂ O	Tak		
187.	Możliwość wentylacji 100% tlenem i mieszaniną powietrze/tlen	Tak		
188.	Możliwość prowadzenia wentylacji w trybie CMV i „na żądanie”	Tak		
189.	Czułość wyzwalania trybu „na żądanie” - podciśnienie maksymalnie 5 cm H ₂ O	Tak		
190.	Przewód zasilający zakończony wtykiem szybkozłącza typu AGA, długości min. 120 cm	Tak		
191.	Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego	Tak		
192.	Alarm wysokiego ciśnienia szczytowego w układzie pacjenta	Tak		
193.	Alarm niskiego ciśnienia w układzie pacjenta (rozłączenia)	Tak		

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa ambulansu ratunkowego specjalistycznego typu C z zabudową medyczną wraz z wyposażeniem
do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

194.	W zestawie zastawka PEEP regulowana w zakresie od min. 5 do min. 10 cm H ₂ O	Tak		
195.	Urządzenie posiadające zestaw bezpiecznego montażu do ściany bocznej ambulansu z możliwością szybkiego zdjęcia urządzenia	Tak		
196.	W skład zestawu wchodzi układ oddechowy wielorazowego użytku	Tak		
197.	Paszport techniczny i protokół uruchomienia – wraz z dostawą	Tak		
198.	Dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (załączyć do oferty)	Tak		
199.	Okres gwarancji min. 24 miesięcy	Tak		
200.	Trzy naprawy gwarancyjne uprawniające do wymiany urządzenia na nowe	Tak		
201.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (podać nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy)	Tak		
202.	Serwis w okresie gwarancji bezpłatny (w siedzibie Zamawiającego)	Tak		
203.	Bezpłatne przeglądy techniczne na koniec 1 i 2 roku gwarancji w siedzibie Zamawiającego	Tak		
SSAK ELEKTRYCZNY AKUMULATOROWO SIECIOWY – 1 SZT.				
204.	Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji 2013), nieużywane, nieprefabrykowane i nieregenerowane, nienaprawiane, wolne od wad i usterek	Tak		
205.	Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązujących przepisach prawnych na terenie Polski i Unii Europejskiej	Tak		
206.	Prosty w obsłudze, cichy przenośny ssak wyposażony w uchwyt do przenoszenia. Wykonane z mocnego tworzywa sztucznego odporne na uszkodzenia mechaniczne, wibracje i wstrząsy. Zabezpieczone przed działaniem wody	Tak		
207.	Min. zakres regulacji ciśnienia 0-80 kPa	Tak		
208.	Płynna regulacja siły ssania	Tak		
209.	Niski poziom hałasu – max. 80 dB	Tak		
210.	Wbudowany manometr podciśnienia	Tak		
211.	Wyposażony w zbiornik na wydzielinę wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie o pojemności min. 0,9 l umożliwiającą użycie wkładów jednorazowych	Tak		
212.	Jednorazowy filtr zabezpieczający przed zanieczyszczeniem (ilość min. 20 sztuk)	Tak		
213.	Wbudowany akumulator	Tak		
214.	Możliwość zasilania i ładowania z instalacji 12 DC i 230 AC	Tak		
215.	Uchwyt ścienny do mocowania na ścianie ambulansu zintegrowany z zasilaniem i ładowaniem urządzenia	Tak		
216.	Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora	Tak		
217.	Min. czas pracy na akumulatorze 35 minut	Tak		
218.	Waga urządzenia z pełnym wyposażeniem max. 4 kg	Tak		
219.	Możliwość mycia i dezynfekcji powszechnie stosowanymi środkami	Tak		
220.	Dreny łączące silikonowe	Tak		
221.	Na wyposażeniu wkłady jednorazowego użytku kompatybilne z urządzeniem w ilości min. 20 sztuk	Tak		
222.	Dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (załączyć do oferty)	Tak		
223.	Okres gwarancji min. 24 miesięcy	Tak		
224.	Trzy naprawy gwarancyjne uprawniające do wymiany urządzenia na nowe	Tak		
225.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (podać nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy)	Tak		

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa ambulansu ratunkowego specjalistycznego typu C z zabudową medyczną wraz z wyposażeniem do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

226.	Serwis w okresie gwarancji bezpłatny (w siedzibie Zamawiającego)	Tak		
227.	Bezpłatne przeglądy techniczne na koniec 1 i 2 roku gwarancji w siedzibie Zamawiającego	Tak		
228.	Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą wraz z kartami gwarancyjnymi	Tak		
POMPA INFUZYJNA – 1 SZT.				
229.	Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji 2016), nieużywane, nieprefabrykowane i nieregenerowane, nienaprawiane, wolne od wad i usterek	Tak		
230.	Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązujących przepisach prawnych na terenie Polski i Unii Europejskiej	Tak		
231.	Możliwość stosowania strzykawk od 10 do 60 ml	Tak		
232.	Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strzykawki	Tak		
233.	Programowanie infuzji w jednostkach objętościowych (ml/h), jeżeli dostępne jest programowanie w jednostkach wagowych, (wymienić w jakich)	Tak		
234.	Prędkość dozowania ustawiana co 0,1 ml/h	Tak		
235.	Funkcja podawania dawki uderzeniowej „bolus”, ustawiana z dokładnością min. 0,1 ml	Tak		
236.	Wielostopniowy pomiar okluzji	Tak		
237.	Alarm okluzji	Tak		
238.	Zasilanie 230 AV, zasilacz sieciowy wbudowany	Tak		
239.	Strzykawka mocowana do czoła pompy	Tak		
240.	Urządzenie wyposażone w uchwyt do przenoszenia	Tak		
241.	Waga do 3 kg	Tak		
242.	Napisy na wyświetlaczu w języku polskim	Tak		
243.	Możliwość pracy na zasilaniu akumulatorowym, akumulator wewnętrzny pozwalający na pracę min. 12h przy 5 ml/h	Tak		
244.	Okres gwarancji min. 24 miesięcy	Tak		
245.	Trzy naprawy gwarancyjne uprawniające do wymiany urządzenia na nowe	Tak		
246.	Dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (załączyć do oferty)	Tak		
247.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (podać nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy)	Tak		
248.	Serwis w okresie gwarancji bezpłatny (w siedzibie Zamawiającego)	Tak		
249.	Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą wraz z kartami gwarancyjnymi	Tak		
ZESTAW SZYN KRAMERA – 1 KPL.				
250.	Zestaw składający się z min. 13 szyn w różnych rozmiarach	Tak		
251.	Min. 9 różnych rozmiarów	Tak		
252.	Powleczenie szyn wykonane z materiałów umożliwiających łatwe mycie i dezynfekcje	Tak		
253.	Pokrowiec wyposażony w uchwyt do przenoszenia w rękę i na ramieniu	Tak		
254.	Dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (załączyć do oferty)	Tak		
LATARKA DIAGNOSTYCZNA (MEDYCZNA) – 1 SZT.				
255.	Obudowa aluminiowa z klipsem do zaczepienia, długość max. 14 cm	Tak		
256.	Źródło światła – żarówka z soczewką	Tak		
257.	Zasilana dwoma bateriami typu AAA	Tak		

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa ambulansu ratunkowego specjalistycznego typu C z zabudową medyczną wraz z wyposażeniem
do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

258.	Dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (załączyć do oferty)	Tak		
ZESTAW LARYNGOSKOPOWY – 1 SZT.				
259.	W skład zestawu wchodzi: - Rękojeść - 1 szt., - Zestaw łyżek jednorazowego użytku (minimalna ilość sztuk): - Miller 0 - szt. 20, - Miller 1- szt. 20, - MAC 1 - szt. 20, - MAC 2 - szt. 20, - MAC 3 - szt. 50, - MAC 4 - szt. 50, - Dodatkowa łyżka do trudnych intubacji - 1 szt.	Tak		
260.	Parametry rękojeści: - Wielorazowa, światłowodowa dostępna z żarówką ksenonowo - halogenową lub diodową LED, - Wykonana z metalu, - Zgodność ze standardowymi procedurami dezynfekcji i sterylizacji sprzętu medycznego, - Powierzchnia radełkowana, - Zasilanie - 2 baterie akumulatorowe 3,3V (w zestawie), - Kompatybilna ze wszystkimi łyżkami laryngoskopowymi w standardzie ISO 7376-3/EN 1819.	Tak		
261.	Parametry łyżek jednorazowego użytku: - Wykonane ze sztywnego materiału zupełnie nie podatnego na skręcanie, - Higieniczne i bezpieczne, - Zapewniające optymalną transmisję światła przez wiązkę światłowodową, - Kompatybilne z rękojeścią, - Dostępne w rozmiarach: - Miller 0, - Miller 1, - Miller 2, - MAC 1, - MAC 2, - MAC 3, - MAC4.	Tak		
262.	Parametry łyżki do trudnej intubacji: - Wielorazowa, - Ze światłowodem, kompatybilna z rękojeścią, - Konstrukcja z ruchomą końcówką łyżki (typ McCoy), o regulowanym kącie nachylenia do 70° ułatwiającą trudną intubację redukującą ryzyko powikłań, - Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o matowym wykończeniu, - Do sterylizacji w autoklawie, - Rozmiar 3	Tak		
263.	Dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (załączyć do oferty)	Tak		
KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE – 1 SZT.				
264.	Spełniające wymogi normy PN-EN 1865	Tak		
265.	Wykonane z materiału odpornego na korozję i działanie płynów dezynfekcyjnych	Tak		
266.	Składane, wyposażone w siedzisko i oparcie demontowalne, wykonane z tkaniny nylonowej pokrytej winylem	Tak		
267.	Wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed przypadkowym złożeniem w trakcie transportu pacjenta	Tak		
268.	Na wyposażeniu 3 sztuki regulowanej długości pasów z metalowymi zapięciami typu szybkozłącze, do zabezpieczenia pacjenta w trakcie transportu	Tak		
269.	Wyposażone w min. 4 kółka jezdne z czego min. 2 kółka skrętne w zakresie 360° oraz wyposażone w hamulce	Tak		
270.	Wyposażone w przednie składane ręczki transportowe z regulacją długości	Tak		

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa ambulansu ratunkowego specjalistycznego typu C z zabudową medyczną wraz z wyposażeniem
do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

271.	Wyposażone w min. 1 parę składanych rączek tylnych	Tak		
272.	Po złożeniu krzeselko posiada wymiary umożliwiające umieszczenie go w zewnętrznym schowku ambulansu	Tak		
273.	Dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (załączyć do oferty)	Tak		
NOSZE PODBIERAJĄCE – 1 SZT.				
274.	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nieprefabrykowane, wolne od wad i usterek	Tak		
275.	Wielostopniowa regulacja długości z blokadą położenia oraz możliwość złożenia do transportu	Tak		
276.	Dwuczęściowa konstrukcja łatwa w utrzymaniu czystości, przenikliwa dla promieni X w stopniu umożliwiającym diagnostykę RTG głowy, kręgosłupa i miednicy	Tak		
277.	Materiał łopat – tworzywo sztuczne o dużej wytrzymałości	Tak		
278.	Wyposażone w uchwyty transportowe zdystansowane od podłoża umieszczone na obwodzie	Tak		
279.	Podwójne zamki zabezpieczające przed przypadkowym rozpięciem noszy z przyciskami umieszczonymi po zewnętrznej stronie noszy	Tak		
280.	Wyposażone dodatkowo w 3 pasy zabezpieczające kodowane kolorami, z metalowymi klamrami łączącymi (szybko złącze) mocowane do noszy	Tak		
281.	Wymiary umożliwiające umieszczenie noszy w zewnętrznym schowku ambulansu	Tak		
282.	Dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (załączyć do oferty)	Tak		
SYSTEM POZWALAJĄCY NA BEZPIECZNY TRANSPORT DZIECI NA NOSZACH GŁÓWNYCH – 1 SZT.				
283.	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nieprefabrykowane, wolne od wad i usterek	Tak		
284.	Możliwość zapięcia do noszy głównych ambulansu	Tak		
285.	Siedzisko wykonane z wytrzymałego materiału, łatwo zmywalnego umożliwiającego dezynfekcję	Tak		
286.	Wszystkie pasy zabezpieczające posiadają możliwość regulacji oraz metalowe klamry zapinające (szybko złącze)	Tak		
287.	Dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (załączyć do oferty)	Tak		
CIŚNIENIOWY MANKIET DO SZYBKICH PRZETOCZEŃ – 1 SZT.				
288.	Mankiet z uchwytem do wieszania na stojaku wykonany z materiału odpornego na uszkodzenia i łatwego w czyszczeniu	Tak		
289.	Precyzyjny odczyt poziomu płynu dzięki transparentnej siatce z przodu mankietu	Tak		
290.	Manometr o średnicy około 49 mm, z łatwą do odczytu skalą do 300 mm Hg	Tak		
291.	Brak konieczności zerowania wskazówki	Tak		
292.	Bezlateksowa gruszka ciśnieniowa	Tak		
293.	Pojemność wkładów 500 ml	Tak		
294.	Mankiet z uchwytem do wieszania na stojaku wykonany z materiału odpornego na uszkodzenia i łatwego w czyszczeniu	Tak		
295.	Dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (załączyć do oferty)	Tak		
DESKA ORTOPEDYCZNA – 1 SZT.				
296.	Spełniająca wymogi normy PN-EN 1865	Tak		
297.	Wykonana z tworzywa sztucznego łatwego w utrzymaniu czystości	Tak		
298.	Odporna na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, substancje ropopochodne	Tak		

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa ambulansu ratunkowego specjalistycznego typu C z zabudową medyczną wraz z wyposażeniem
do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

299.	Posiadająca ścięty koniec od strony nóg umożliwiający manewry w ciasnych pomieszczeniach (klatki schodowe, ewakuacja z samochodu)	Tak		
300.	Przenikliwa dla promieni X w stopniu umożliwiającym diagnostykę RTG głowy, kręgosłupa, miednicy	Tak		
301.	Zawierająca wbudowane w zarys deski, uchwyty do przenoszenia pacjenta zdystansowanych od podłoża	Tak		
302.	Wbudowane po każdej stronie deski zaczepy do mocowania pasów zabezpieczających pacjenta (podać ilość zaczepów po każdej stronie deski)	Tak		
303.	Na wyposażeniu „klockowy” system unieruchomienia głowy złożony z podkładki pod głowę, dwóch klocków stabilizujących głowę z otworami na uszy oraz dwóch pasków mocujących głowę	Tak		
304.	Na wyposażeniu 4 sztuki regulowanej długości kodowanych kolorami pasów z metalowymi zapięciami typu szybkozłącze, zakończonych metalowymi obrotowymi karabińczykami	Tak		
305.	Wymiary umożliwiające umieszczenie deski w zewnętrznym schowku ambulansu	Tak		
306.	Dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (załączyć do oferty)	Tak		
WOREK SAMOROZPRĘŻALNY (RESUSCYTATOR) DLA DOROSŁYCH – 1 SZT.				
307.	Worek samorozprężalny przeznaczony do prowadzenia oddechu zastępczego w trakcie udzielania pomocy i przeprowadzania tlenoterapii wykonany z poręcznego i elastycznego materiału, który można sterylizować w autoklawie w temp. 134°C.	Tak		
308.	Możliwość prowadzenia wentylacji u dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 15 kg	Tak		
309.	Parametry resuscytatora: - Max. dostarczana objętość oddechowa – 1300 ml, - Waga resuscytatora max.. 500 g, - Złącze pacjenta 22/15 (ISO), - Złącze wydechowe do podłączenia zaworu PEEP - 30 mm (ISO) - Rezerwuuar tlenu o objętości min 1500 ml (w zestawie), - Układ ograniczenia ciśnienia (zewnętrzna powłoka, podczas ściskania worka jedną ręką, ogranicza ciśnienie w drogach oddechowych do około 70 cm H ₂ O), - Temperatura stosowania od -18°C do 50°C, - Temperatura przechowywania od -40°C do 70°C, - Wyposażony dodatkowo w uchwyt ułatwiający trzymanie aparatu.	Tak		
310.	Wyposażony dodatkowo w uchwyt ułatwiający trzymanie aparatu	Tak		
311.	Dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (załączyć do oferty)	Tak		
WOREK SAMOROZPRĘŻALNY (RESUSCYTATOR) DLA NOWORODKÓW, NIEMOWLĄT I DZIECI – 1 SZT.				
312.	Worek samorozprężalny przeznaczony do prowadzenia oddechu zastępczego w trakcie udzielania pomocy i przeprowadzania tlenoterapii wykonany z poręcznego i elastycznego materiału, który można sterylizować w autoklawie w temp. 134°C	Tak		
313.	Możliwość prowadzenia wentylacji u noworodków, niemowląt i dzieci o masie ciała do 20 kg	Tak		
314.	Parametry resuscytatora: - Max. dostarczana objętość oddechowa – około 300 ml, - Waga resuscytatora max.. 200 g, - Złącze pacjenta 22/15 (ISO), - Złącze wydechowe do podłączenia zaworu PEEP - 30 mm (ISO), - Zamknięty rezerwuuar tlenu o objętości min 1500 ml (w zestawie), - Układ ograniczenia ciśnienia (zawór ciśnieniowy otwierający się przy ciśnieniu około 40 cm H ₂ O), - Temperatura stosowania od -18°C do 50°C, - Temperatura przechowywania od -40°C do 70°C	Tak		
315.	Dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (załączyć do oferty)	Tak		

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa ambulansu ratunkowego specjalistycznego typu C z zabudową medyczną wraz z wyposażeniem
do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku


ZESTAW MASEK TWARZOWYCH DO WORKA SAMOROZPRĘŻALNEGO – 1 SZT.				
316.	Maski silikonowe z pompowanym mankietem uszczelniającym kompatybilne z zaproponowanym workiem samorozprężalnym	Tak		
317.	Rozmiary: 0, 2, 4, 5	Tak		
318.	Bez lateksowe	Tak		
319.	Profilowane anatomicznie zakrywające usta i nos	Tak		
320.	Wykonane z materiału umożliwiającego łatwe czyszczenie oraz sterylizację w autoklawie w temp. 134°C	Tak		
321.	Posiadające powietrzny mankiet silikonowy zapewniający szczelne przyleganie do twarzy z możliwością regulacji ciśnienia oraz przezroczystą kopułę dającą możliwość zaobserwowania obecności krwi lub wymiocin, pojawienie się oddechów spontanicznych, zasinienie ust.	Tak		
322.	Dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (załączyć do oferty)	Tak		
PLACHTA RATOWNICZA – 1 SZT.				
323.	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nieprefabrykowane, wolne od wad i usterek	Tak		
324.	Wykonana z wytrzymałego materiału, łatwo zmywalnego umożliwiającego dezynfekcję	Tak		
325.	Posiadająca kieszeń zabezpieczająca pacjenta przed obsuwaniem się	Tak		
326.	Wyposażona w min. 8 uchwytów transportowych z gumowymi rączkami ułatwiającymi trzymanie noszy	Tak		
327.	Min. nośność 150 kg	Tak		
328.	Wyposażenie dodatkowe – torba transportowa	Tak		
329.	Rozmiar min. 180 x 70 cm	Tak		
330.	Dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (załączyć do oferty)	Tak		
KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY DLA DZIECI – 3 SZT.				
331.	Konstrukcja jednoczęściowa, sztywna z możliwością regulacji pozwalającą dopasować kołnierz do warunków fizycznych pacjenta	Tak		
332.	Wielorazowego użytku – min. 10 użyć	Tak		
333.	Posiadające łatwy dostęp do żył szyjnych i tchawicy	Tak		
334.	Wykonane z materiałów niewidocznych dla promieni X oraz kompatybilnych z CT i MRI	Tak		
335.	Wykonane z materiałów zabezpieczonych przed wchłanianiem płynów w tym ustrojowych	Tak		
336.	Dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (załączyć do oferty)	Tak		
AUTOMATYCZNY ZESTAW DO ODBARCZANIA ODMY OPŁUCNOWEJ – 1 SZT.				
337.	Jednorazowy, sterylny	Tak		
338.	Minimalny skład zestawu: - Kaniuła o długości 10 cm o dużym rozmiarze zakończona otworem głównym oraz 3 zapasowymi minimalizującymi ryzyko niedrożności, z możliwością przyklejenia do klatki piersiowej pacjenta w celu stabilizacji cewnika oraz wyposażona w przełącznik z zaworem jednokierunkowym, - Mandryn zakończony atraumatyczną końcówką minimalizującą ryzyko przypadkowego przebicia opłucnej.	Tak		
339.	Zestaw powinien posiadać okres przydatności do użycia nie mniejszy niż 3 lata	Tak		
340.	Dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (załączyć do oferty)	Tak		

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa ambulansu ratunkowego specjalistycznego typu C z zabudową medyczną wraz z wyposażeniem
do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

ZESTAW PRZEZNACZONY DO ZABEZPIECZENIA I TRANSPORTU AMPUTOWANYCH KOŃCZYN – 1 SZT.				
341.	Zestaw umieszczony w walizce z nieprzemakalnego i wytrzymałego materiału o wymiarach max. 50 cm x 30cm x 20cm	Tak		
342.	W skład zestawu wchodzi cztery pakiety dedykowane do określonych kończyn i części ciała: palec, dłoń, ręka, noga	Tak		
343.	W skład każdego pakietu wchodzi: - Sterylna torba zamykana trokami, - Folia izolacyjna, - Chemiczne pakiety chłodzące.	Tak		
344.	Wymiary minimalne poszczególnych pakietów: - Palec 200 mm x 200 mm (1 pakiet chłodzący), - Dłoń 300 mm x 250 mm (2 pakiety chłodzące), - Ręka 700 mm x 250 mm (4 pakiety chłodzące), - Noga 1100 mm x 400mm (4 pakiety chłodzące).	Tak		
345.	Dodatkowy sterylny pakiet zabezpieczający zawierający: - Staza Martin, - Opaska do tamowania krwotoków, - 10 gazików o wymiarach min. 10 x 10, - Plaster bez opatrunku o szerokości min. 2,5 cm, - Bandaż elastyczny o szerokości min. 10 cm, - Nieprzemakalny podkład o wymiarach min. 40 cm x 60 cm, - Kleszczyki anatomiczne, - Kleszczyki chirurgiczne, - Kleszczyki Pean.	Tak		
346.	Waga całego zestawu – max. 7 kg	Tak		
347.	Dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (załączyć do oferty)	Tak		
ELEKTRONICZNY TERMOMETR CYFROWY NA PODCZERWIŃ – 1 SZT.				
348.	Urządzenie zalecane do pomiaru temperatury ciała z odległości	Tak		
349.	Nie wymagające dezynfekcji po każdym pomiarze	Tak		
350.	Odległość pomiarowa 2-5 cm	Tak		
351.	Min. zakres pomiaru temperatury: +17°C do + 45°C	Tak		
352.	Szacunkowy czas trwania pomiaru około 3 sekundy	Tak		
353.	Ergonomiczny, wyświetlacz LCD zapewniający łatwy odczyt pomiaru	Tak		
354.	Dokładność +/- 0,2°C	Tak		
355.	Sygnal dźwiękowy końca pomiaru	Tak		
356.	Przycisk wł/wył poręczny i dobrze wyczuwalny	Tak		
357.	Odporny na uszkodzenia mechaniczne	Tak		
358.	Funkcja automatycznego wyłączenia	Tak		
359.	Plastikowe etui dodatkowo chroniące urządzenie przed działaniem czynników mechanicznych	Tak		
360.	Pojemnik na baterie w obudowie pozwalający na szybką ich wymianę	Tak		
361.	Zapis min. 10 ostatnich pomiarów	Tak		
362.	Instrukcja obsługi w języku polskim	Tak		
363.	Trzy naprawy gwarancyjne uprawniając do wymiany urządzenia na nowe	Tak		
364.	Okres gwarancji min. 12 miesięcy	Tak		
365.	Urządzenie zalecane do pomiaru temperatury ciała z odległości	Tak		
366.	Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji 2016), nieużywane, nieprefabrykowane i nieregenerowane, nienaprawiane, wolne od wad i usterek	Tak		
367.	Dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (załączyć do oferty)	Tak		

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa ambulansu ratunkowego specjalistycznego typu C z zabudową medyczną wraz z wyposażeniem
do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

PLECAK REANIMACYJNY – 1 SZT.				
368.	Pokrycie zewnętrzne typu CORDURA o dużej odporności na ścieranie, rozdarcie i wilgoć (dopuszcza się inny rodzaj pokrycia o podobnych właściwościach)	Tak		
369.	Pokrycie wewnętrzne łatwo zmywalne nie absorbujące płynów z możliwością szybkiej dezynfekcji	Tak		
370.	Uchwyty transportowe do przenoszenia w rękę w pozycji pionowej i poziomej oraz system transportu na plecach składający się z dwóch szelek oraz pasa biodrowego	Tak		
371.	Konstrukcja wielokomorowa umożliwiająca właściwą segregację sprzętu	Tak		
372.	Min. 5 zewnętrznych kieszeni w tym kieszeń na ampularium i torbę infuzyjną	Tak		
373.	Możliwość modyfikacji wnętrza poprzez system odpinanych przegród i szaszetek wg indywidualnych potrzeb ratownika	Tak		
374.	Centralna przegroda dla sprzętu resuscytacyjnego i intubacyjnego zaopatrzona w paski do mocowania butli tlenowej	Tak		
375.	W komplecie torebka na zestaw do wkłuc	Tak		
376.	Rozmiar umożliwiający właściwe rozmieszczenie wszystkich elementów wyposażenia	Tak		
377.	Regulacje umożliwiające dopasowanie systemu transportu do indywidualnych potrzeb	Tak		
378.	Liczne elementy odblaskowe	Tak		
379.	Dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (załączyć do oferty)	Tak		
AMPULARIUM – 1 SZT.				
380.	W kształcie prostokątnym ze wzmocnionymi i usztywnionymi ścianami	Tak		
381.	Pokrycie zewnętrzne materiałem o dużej wytrzymałości na ścieranie, rozdarcie i wilgoć	Tak		
382.	Pojemność min. 80 ampulek	Tak		
383.	Wszyta taśma odblaskowa	Tak		
384.	Uchwyt do przenoszenia	Tak		
385.	Pokrycie wewnętrzne z materiału łatwo zmywalnego	Tak		
386.	Przezroczysta szaszetka na igły, rękawiczki i strzykawki	Tak		
KRÓTKIE UNIERUCHOMIENIE KRĘGOSŁUPA SŁUŻĄCE DO EWAKUACJI (WYDOBYWANIA) POSZKODOWANYCH Z MIEJSC TRUDNO DOSTĘPNYCH KAMIZELKA UNIERUCHAMIAJĄCA (ORTOPEDYCZNA)				
387.	Przeznaczona do bezpiecznego wyciągania poszkodowanych z rozbitych samochodów i trudno dostępnych miejsc o ograniczonej przestrzeni, gdzie nie można dotrzeć normalnymi noszami (groty, studnie, itp.)	Tak		
388.	unieruchomienie głowy, szyi, tułowia oraz kręgosłupa na całej jego długości przy zachowaniu swobodnego dostępu do klatki piersiowej (monitorowanie, defibrylacja)	Tak		
389.	regulowane, kodowane kolorami pasy piersiowe (minimum 3 szt.) i biodrowe (minimum 2 szt.) umożliwiające zastosowanie u dzieci i u kobiet w ciąży	Tak		
390.	Przenikalność dla promieni X	Tak		
391.	Poduszka wypełniająca anatomiczne krzywizny ciała	Tak		
392.	Minimum 2 pasy unieruchamiające głowę	Tak		
393.	Uchwyty transportowe	Tak		
394.	Urządzenie wykonane z wzmocnionego, łatwo zmywalnego i odpornego na przetarcia tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym lub zielonym	Tak		
395.	Całość umieszczona w łatwo zmywalnym i odpornym na przetarcia pokrowcu z taśmą odblaskową wszytą w materiał	Tak		



WZÓR FORMULARZA OFERTY

**Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Kościuszki 1, 37-400 Nisko**

Nawiązując do przetargu nieograniczonego znak Z.II.2300/Zp/44/2016 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu __.__.2016 pozycja _____ oraz na stronie internetowej: www.szpital-nisko.pl, na: **„Dostawę ambulansu ratunkowego specjalistycznego typu C z zabudową medyczną wraz z wyposażeniem do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku”** oferujemy realizację dostawy objętej przetargiem, zgodnie z wymogami Opisu Przedmiotu Zamówienia za cenę: _____ zł (bez VAT), słownie: _____

Cena brutto (z VAT) _____ zł, słownie: _____

Dostawa przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia _____

Na przedmiot zamówienia udzielamy:

- _____ miesięcy gwarancji mechanicznej bez limitu kilometrów,
- _____ miesięcy gwarancji na powłokę lakierniczą,
- _____ miesięcy gwarancji na perforację nadwozia,
- _____ miesięcy gwarancji na zabudowę medyczną,
- _____ miesięcy gwarancji na sprzęt medyczny.

Liczba bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wynosi: _____

Punkty serwisowe (adresy)

- _____
- _____

Zapewniamy serwis pogwarancyjny: TAK/NIE*

Czas reakcji serwisu: _____ godzin od chwili zgłoszenia usterki,

W cenę ambulansu wliczony jest koszt przeszkolenia personelu w zakresie jego obsługi i eksploatacji.

Termin płatności oferowany zamawiającemu za realizację przedmiotu zamówienia wynosi: _____ dni.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. do dnia: _____.
3. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / zamierzamy zlecić podwykonawcom.
4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt ogólnych warunków umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Osoba(y) uprawnione do podpisania umowy: _____

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa ambulansu ratunkowego specjalistycznego typu C z zabudową medyczną wraz z wyposażeniem
do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku


6. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- (1) _____
- (2) _____
- (3) _____
- (4) _____
- (5) _____
- (6) _____
- (7) _____
- (8) _____
- (9) _____
- (10) _____
- (11) _____
- (12) _____

*) - niepotrzebne skreślić

..... dnia

.....
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy



O Ś W I A D C Z E N I E W Y K O N A W C Y

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) (dalej jako: ustawa Pzp) dotyczące:

PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego** na:

Dostawę ambulansu ratunkowego specjalistycznego typu C z zabudową medyczną wraz z wyposażeniem do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

Oświadczam co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

..... dnia
.....
..... podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
..... w imieniu Wykonawcy


Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. _____ ustawy Pzp (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 14, 16 – 20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp*). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....

..... dnia
.....
..... podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
..... w imieniu Wykonawcy

Oświadczam, że spełniam, określone przez Zamawiającego, warunki udziału w postępowaniu.

..... dnia
.....
..... podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
..... w imieniu Wykonawcy



Oświadczenie
o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału/ofertę¹ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony** na:

Dostawę ambulansu ratunkowego specjalistycznego typu C z zabudową medyczną wraz z wyposażeniem do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

działając na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Oświadczam/(-my)

- o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.);
- o przynależności² do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).


Lp.	Nazwa podmiotu	Adres podmiotu
1		
2		
3		

..... dnia

.....
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

¹ Niepotrzebne skreślić

² Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.



INFORMACJA WYKONAWCY O OBOWIĄZKU PODATKOWYM*

My, niżej podpisani: _____
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

działając w imieniu i na rzecz firmy:

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony** na: **Dostawę ambulansu ratunkowego specjalistycznego typu C z zabudową medyczną wraz z wyposażeniem do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**

informujemy, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku:


Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi	Wartość (bez kwoty podatku)
1		
2		
3		

***UWAGA!**

Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i dołączenia niniejszego informacji do składanej oferty tylko w przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w związku z wyborem oferty Wykonawcy.

..... dnia

.....
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy



ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Ja (/My) niżej podpisany(/ni): _____
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

Oświadczam(/y),

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), odda Wykonawcy:

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.: **Dostawę ambulansu ratunkowego specjalistycznego typu C z zabudową medyczną wraz z wyposażeniem do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**

do dyspozycji niezbędne zasoby

(zakres udostępnianych zasobów)

na cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

Charakter stosunku prawnego, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą:

..... dnia
.....
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

U M O W A (PROJEKT)

Nr ___/Zp/2016

Zawarta zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych

W dniu ___/___/2016 r. pomiędzy **Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku** z siedzibą przy ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko, reprezentowanym przez:

1. _____

Zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000028548, NIP: 865-20-74-945, REGON 000306680, zwanym dalej „Kupującym” a:

reprezentowanym przez:

1. _____

zwanym dalej „Sprzedającym”

Zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w _____, _____ Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem _____ NIP: _____, posiadającym Kapitał Zakładowy: _____ zł. wpłacony w całości.

Zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr Z.II.2300/Zp/44/2016 z dnia 08/11/2016 r. w trybie art. 39 - 46 i 6a o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zatwierdzonymi przez p.o. Dyrektora SPZZOZ w Nisku zawarta zostaje umowa o treści następującej:

§1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż **ambulansu ratunkowego typu C z zabudową części medycznej wraz z wyposażeniem**, zwanego w dalszej części umowy „ambulansem” **do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku** zgodnie ze złożoną ofertą przetargową z dnia ___/___/2016 r.
2. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu: ambulans ratunkowy typu C z zabudową części medycznej wraz z wyposażeniem, którego producentem jest: _____.
3. Sprzedający przekaze Kupującemu również książkę gwarancyjną pojazdu bazowego, książkę serwisową pojazdu, kartę pojazdu, książkę gwarancyjną zabudowy, karty gwarancyjne wyposażenia ambulansu i sprzętu medycznego, paszporty techniczne sprzętu medycznego, instrukcje obsługi ambulansu i wyposażenia oraz sprzętu medycznego w języku polskim oraz wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do rejestracji ambulansu.
4. Sprzedający zobowiązuje się zapewnić transport ambulansu, szkolenie personelu Kupującego, w zakresie racjonalnej eksploatacji ambulansu i wyposażenia dla zapewnienia płynnej pracy oraz jakości wymaganej w danej dziedzinie za cenę przyjętą w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, tj. _____ **zł netto (słownie: _____) + VAT.**
Wartość brutto (z VAT): _____ **zł (słownie: _____)**.
5. Ambulans wraz z wyposażeniem zostanie dostarczony do siedziby Kupującego na koszt i ryzyko Sprzedającego.
6. Odbiór ambulansu zostanie dokonany w siedzibie Zamawiającego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
7. Sprzedający oświadcza, że oferowany ambulans i wyposażenie jest nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, dobrej jakości, zgodny z wymaganiami, posiada świadectwa rejestracji/dopuszczenia do obrotu i spełnia wszystkie normy wymagane przepisami prawa polskiego oraz jest funkcjonalnie sprawny i gotowy do natychmiastowej eksploatacji.

§2.

1. Strony ustalają, że dostawa ambulansu nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia **28/12/2016 r.**

§3.

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady jakościowe ambulansu na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.
1. Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o ujawnionych wadach w ciągu **14** dni od daty ich ujawnienia.
2. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na przedmiot niniejszej umowy w następującym zakresie:
 - _____ miesięcy gwarancji mechanicznej bez limitu kilometrów,
 - _____ miesięcy gwarancji na powłokę lakierniczą,
 - _____ miesięcy gwarancji na perforację nadwozia,
 - _____ miesięcy gwarancji na zabudowę medyczną,
 - _____ miesięcy gwarancji na sprzęt medyczny.od dnia przekazania i oddania do eksploatacji ambulansu.
3. Naprawy gwarancyjne zabudowy medycznej, wyposażenia i sprzętu medycznego wykonywane będą w siedzibie Kupującego. Zgłoszenie awarii bądź usterek nastąpi telefonicznie, e-mail lub faxem.
4. Sprzedający zapewni Kupującemu, że czas oczekiwania na reakcję serwisu będzie nie dłuższy niż **48** godzin.
5. Gwarantowany czas rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej wynosi ___ godz. licząc od momentu zgłoszenia uszkodzenia ambulansu, wyposażenia przez Kupującego.
6. Każda naprawa gwarancyjna wyposażenia ambulansu powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ambulansu i wyposażenia powstałe na skutek postępowania niezgodnego z zaleceniami zapisanymi w instrukcji obsługi.
7. W razie odrzucenia reklamacji przez Sprzedającego, Kupujący może złożyć wniosek przeprowadzenia ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę. Jeżeli reklamacja Kupującego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Sprzedający.
8. Celem wykonania usług serwisowych personel Sprzedającego uzyska niczym nie ograniczony dostęp do ambulansu i wyposażenia w godzinach pracy Kupującego.
9. Sprzedający na własny koszt przeprowadzi przegląd przedsprzedażny ambulansu, pozostałe przeglądy i naprawy gwarancyjne pojazdu bazowego Kupujący będzie wykonywał w ASO wskazanym przez Sprzedającego.
10. Sprzedający gwarantuje 10 letni okres pełnej obsługi pogwarancyjnej ambulansu i wyposażenia oraz zabezpieczenie na ten czas dostaw części zamiennych i materiałów zużywalnych.
11. Postanowienia niniejszego §3 określające warunki gwarancji, Sprzedający umieści w treści kart gwarancyjnych, które przekaze Kupującemu.
12. Sprzedający zobowiązuje się zapewnić bezpłatnie serwis gwarancyjny ultrasonografu oraz usunąć uszkodzenie w czasie do **3** dni od chwili zgłoszenia awarii przez Kupującego. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku usunięcia uszkodzenia w w/w czasie Sprzedający zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu zastępczego.
13. Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym odnotowane zostaną przez serwis Sprzedającego w karcie gwarancyjnej.

§4.

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Kupujący zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie złożonej oferty przetargowej przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego.
1. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty faktury zawierającej wszystkie pozycje asortymentowe przedmiotu umowy przelewem w terminie ___ dni od dnia jej otrzymania.
2. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia w banku przez Kupującego dokumentu „polecenie przelewu”.
3. Przeniesienia ewentualnych zobowiązań Kupującego wobec Sprzedającego na osobę trzecią, Sprzedający może dokonać po upływie 30 dni, po uprzedzeniu Kupującego o tej czynności oraz uzyskaniu przez Kupującego zgody Powiatu Niżańskiego na cesję wierzytelności na podstawie art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.).

4. Sprzedający oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 403). Sprzedający, mając na względzie, że Kupujący jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) nie będzie żądał odsetek ustawowych za okres począwszy od 30-go dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia Kupującemu faktury VAT do dnia zapłaty, o którym mowa w ust. 2³.

§5.

KARY UMOWNE

Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą kary umowne.

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne:
 - 5% wartości zamówienia netto gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedający.
 - 0,15% wartości zamówienia netto za każdy dzień zwłoki w dostawie po planowanym terminie dostawy.
1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu kary umowne:
 - 5% wartości zamówienia netto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego stronie.
2. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych.

§6.

DOPUSZCZALNOŚĆ DOKONYWANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONYWANIA TAKICH ZMIAN

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy oraz wprowadzenie do umowy takich postanowień niekorzystnych dla Kupującego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty Sprzedającego, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następujących przypadkach:
 - 3.1. Zmiana stron umowy,
 - 3.2. Zmiana banków lub numerów kont bankowych stron,
 - 3.3. Zmiana stawek podatku VAT,

§7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Kupujący może odstąpić od umowy (art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
4. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla Kupującego siedziby Kupującego.
5. Niniejszą umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający:

Kupujący:

³ Jeśli termin płatności ustalono na okres dłuższy niż 60 dni.