

Samodzielny Publiczny  
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko

Znak sprawy: Z.II.2300/Zp/36/2016

Nisko, 27/09/2016

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

### **Dostawa i uruchomienie zestawu endoskopowego i bronchofiberoskopu do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**

*Postępowanie prowadzone w trybie **przetargu nieograniczonego** o wartości zamówienia niższej niż określona w przepisie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – zwana dalej ustawą Pzp oraz ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) – zwana dalej ustawą o zmianie Pzp.*

Zatwierdzono w dniu:  
27/09/2016

**p.o. DYREKTORA**  
**Samodzielnego Publicznego**  
**Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej**  
**w Nisku**

*Roman Ryznar*

**Nisko, Wrzesień 2016**

## 1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko  
NIP: 865-20-74-945, REGON: 000306680  
Tel. (15) 8416 703, 8416 779, Fax. (15) 8416 704  
www.szpital-nisko.pl, e-mail: przetargi@szpital-nisko.pl

## 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie: **przetarg nieograniczony**

2.2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

- przepisami art. 39 – 46 oraz 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp, a także na podstawie wydanych na podstawie tej ustawy aktów wykonawczych, a w szczególności:
  - a. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254);
  - b. Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U z 2015 r. poz. 2263);
- przepisami ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) – zwana dalej ustawą o zmianie Pzp, a także na podstawie wydanych na podstawie tej ustawy aktów wykonawczych, a w szczególności:
  - a. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zmawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

## 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i uruchomienie zestawu endoskopowego i bronchofibroskopu do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku.

3.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:

Zadanie częściowe nr:	Opis:
1	<b>Temat:</b> Dostawa i uruchomienie zestawu endoskopowego i bronchofibroskopu do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku <b>Wspólny Słownik Zamówień:</b> 33168100-6 - Endoskopy <b>Opis:</b> Dostawa i uruchomienie zestawu endoskopowego do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku <b>Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych</b> <b>Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.</b>
2	<b>Temat:</b> Dostawa i uruchomienie zestawu endoskopowego i bronchofibroskopu do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku <b>Wspólny Słownik Zamówień:</b> 33168100-6 - Endoskopy <b>Opis:</b> Dostawa i uruchomienie bronchofibroskopu do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku <b>Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych</b> <b>Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.</b>

3.3. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

3.4. Miejsce realizacji: Szpital Powiatowy im. PCK w Nisku – Pracownia Endoskopowa.

## 4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY PZP

4.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

## **5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

5.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: **do 6 tygodni od daty udzielenia zamówienia.**

## **6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ.

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

<b>Lp.</b>	<b>Warunki udziału w postępowaniu</b>
<b>1.</b>	<b>Sytuacja ekonomiczna lub finansowa</b> O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
<b>2.</b>	<b>Zdolność techniczna lub zawodowa</b> O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
<b>3.</b>	<b>Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów</b> O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

## **7. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA**

7.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

7.2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

7.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

7.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.

7.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

## **8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

8.1. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:

<b>Lp.</b>	<b>Wymagany dokument</b>
<b>1.</b>	<b>Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału</b>

- 8.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp:

Lp.	Wymagany dokument
1.	<b>Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej</b>

- 8.3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 8.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
- 8.5. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
- 8.6. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Lp.	Wymagany dokument
1.	<b>Wykaz dostaw lub usług</b> Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

- 8.7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć:

Lp.	Wymagany dokument
1.	<b>Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej</b> Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
2.	<b>Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego</b> Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
3.	<b>Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS</b> Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

8.8. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Lp.	Wymagany dokument
1.	<p><b>Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument</b></p> <p>Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu</p>
2.	<p><b>Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków przez wykonawcę oraz że nie otwarto jego likwidacji</b></p> <p>Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:</p> <p>a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu</p> <p>b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu</p>
3.	<p><b>Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp</b></p> <p>Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument "Informacja z Krajowego Rejestru Karnego" składa dokument "Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument", w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu</p>

8.9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności.

8.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

8.11. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć:

Lp.	Wymagany dokument
1.	<p><b>Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.</b></p> <p>Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.</p>

8.12. Inne wymagane dokumenty:

Lp.	Wymagany dokument
1.	<b>Formularz ofertowy.</b> Wypełniony formularz ofertowy
	<b>Dokumenty dopuszczające do obrotu.</b> Zgodnie z obowiązującą Ustawą o Wyrobach Medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z dnia 20 maja 2010 r. z późn. zm) świadectwami dopuszczającymi do obrotu są: 1. deklaracja zgodności CE producenta (dla wszystkich klas wyrobu medycznego), 2. certyfikat zgodności jednostki notyfikującej (dotyczy klas wyrobu medycznego określonych w art. 29 ust. 5 ustawy o Wyrobach Medycznych), 3. zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Lekniczych, Wyrobów Medycznych zgodnie z art. 58 ust.1 ustawy o Wyrobach Medycznych.
	<b>Informacja Wykonawcy o obowiązku podatkowym</b> Informacja Wykonawcy o obowiązku podatkowym

- 8.13. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
- 8.14. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
- 8.15. W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
- 8.16. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
- 8.17. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- 8.18. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które dotyczą każdego z nich.
- 8.19. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
- 8.20. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
- 8.21. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
- 8.22. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

**9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP**

- 9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach

- technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
- 9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- 9.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 7 niniejszej SIWZ.
- 9.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- 9.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także druki Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia dotyczące tych podmiotów.
- 9.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.11 SIWZ.
- 9.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
  - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
  - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
  - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
- 9.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
- a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
  - b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 9.1 SIWZ.

## **10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM**

- 10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
- 10.2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

10.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia dla każdego z tych podwykonawców.

## **11. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, o którym mowa w pkt 9.5 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

## **12. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10C– 10E, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

12.1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Zgodnie z zapisami Art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o zmianie Pzp: *W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 października 2018 r., komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem postańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), (...) jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami w formie pisemnej.*

12.2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że pismo wysłane na nr faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę w złożonej przez niego ofercie zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma.

12.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia: **05/10/2016**.

12.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

12.5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

12.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.



12.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

12.8. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

- w zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

**1. Piotr Tabor** – Specjalista ds. zamówień publicznych, tel.: **(15) 8416 779**,

- w zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

**1. Grzegorz Bambuch** – Kierownik Oddziału Wewnętrznego, tel.: **(15) 8416 761**

### **13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

13.1. W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

### **14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

14.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

14.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

### **15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT**

15.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

15.2. Oferta, pod rygorem nieważności powinna być złożona w formie pisemnej – Art. 18 ust. 4 ustawy o zmianie Pzp.

15.3. Dokumenty powinny zostać przedstawione w oryginale lub w potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii.

15.4. Wszystkie dokumenty przedstawione muszą być w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem.

15.5. Pełnomocnictwo przedstawione musi być w oryginale, lub poświadczonej notarialnie kopii.

15.6. Oferta, załączniki do oferty oraz oświadczenia muszą zawierać wszystkie elementy podane w załączonych do SIWZ wzorach.

15.7. Wykonawca w formularzu oferty określi jaki zakres przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć do realizacji podwykonawcy.

15.8. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „**ZMIANA**”. Koperty oznaczone „**ZMIANA**” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

15.9. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „**WYCOFANIE**”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. Oferty wycofane zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania, nie wcześniej niż w terminie otwarcia ofert.

15.10. Żadna oferta nie może być zmodyfikowana ani wycofana po upływie wyznaczonego terminu składania ofert.

15.11. Kompletna oferta musi zawierać wszystkie wskazane w SIWZ dokumenty.

- 15.12. Cenę oferty należy przedstawić cyfrowo i słownie, podając wartość brutto, netto oraz wartość podatku VAT.
- 15.13. W ofercie należy określić, (jeśli takie występują) które informacje nie mogą być udostępniane, oraz wykazać dlaczego stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503). Zastrzeżenie niezgodnie z zapisami powołanej ustawy pozostanie bezskuteczne. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być dołączone do oferty w odrębnej kopercie/teczce z opisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
- 15.14. Oferta powinna zawierać:
- 1) ofertę – sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,
  - 2) wykaz dokumentów dołączonych do oferty, informację o dostępności dokumentów, w formie elektronicznej ze wskazaniem adresów internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych lub wskazania że dokumenty lub oświadczenia znajdują się w posiadaniu Zamawiającego,
  - 3) oświadczenia sporządzone wg wzorów stanowiących załączniki do SIWZ lub wpis do wykazu dokumentów;
  - 4) odpis z właściwego rejestru lub wpis do wykazu dokumentów;
- 15.15. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 15.16. W formularzu cenowym musi być zachowana liczba porządkowa asortymentu, zamawiana ilość, ilość opakowań lub sztuk, tak jak jest wymieniona w opisie przedmiotu zamówienia.
- 15.17. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.
- 15.18. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
- 15.19. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
- 15.20. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: **„Oferta na dostawę i uruchomienie zestawu endoskopowego i bronchofiberoskopu do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku. NIE OTWIERAĆ przed: 12/10/2016 godz. 11:00”**. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

## **16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

- 16.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: **12** do dnia **12/10/2016** do godz. **10:00**.
- 16.2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
- 16.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **12/10/2016** o godz. **11:00**, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr **1**.
- 16.4. Otwarcie ofert jest jawne.
- 16.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 16.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

## **17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

- 17.1. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915) za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- 17.2. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 17.3. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji wybranej części przedmiotu zamówienia.
- 17.4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie: **PLN**.
- 17.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

**18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

18.1. Zamawiający będzie oceniał oferty (każde z zadań osobno) według następujących kryteriów:

Nr	Nazwa kryterium	Waga
1.	Cena (koszt)	60 %
2.	Jakość (parametry techniczne)	30 %
3.	Termin realizacji zamówienia	10%

18.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 18.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium	Wzór
1.	Cena (koszt) Liczba punktów = $(C_{min}/C_{of}) * 100 * waga$ gdzie: - $C_{min}$ – najniższa cena spośród wszystkich ofert, - $C_{of}$ – cena podana w badanej ofercie
2.	Jakość (parametry techniczne): Liczba punktów = $(L_{op}/L_{max}) * 100 * waga$ gdzie: - $L_{op}$ – liczba otrzymanych punktów badanej oferty - $L_{max}$ – maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów
3.	Termin realizacji zamówienia: Liczba punktów = $(T_{min}/T_{of}) * 100 * waga$ gdzie: - $T_{min}$ – najkrótszy termin realizacji spośród wszystkich ofert, - $T_{of}$ – termin realizacji podany w badanej ofercie
<b>Całkowita liczba uzyskanych przez badaną ofertę punktów</b>	
$= [(C_{min}/C_{of}) * 100 * waga] + [(L_{op}/L_{max}) * 100 * waga] + [(T_{min}/T_{of}) * 100 * waga]$	

- 18.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt. 16.5, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
- 18.4. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

- 18.5. Zamawiający poprawia w ofercie:
- a) oczywiste omyłki pisarskie,
  - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 18.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzspółnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 18.7. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);
  - pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
- 18.8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
- 18.9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
- 18.10. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
- a) jest niezgodna z ustawą,
  - b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy Pzp,
  - c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  - d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  - e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaprośzonego do składania ofert,
  - f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
  - g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy Pzp,
  - h) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą,
  - i) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

## **19. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

- 19.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
- 19.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

**20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

- 20.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
  - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę,
  - d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
- 20.2. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt. 20.1 lit. a) Zamawiający umieści na stronie internetowej [www.szpital-nisko.pl](http://www.szpital-nisko.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
- 20.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
- 20.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 18 ust. 1 2 ustawy o zmianie Pzp (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
- 20.5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.
- 20.6. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
- 20.7. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

**21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

- 21.1. W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

**22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH**

- 22.1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

22.2. Zakres dopuszczalności dokonywania zmian postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonywania takich zmian określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.

### **23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

23.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

23.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

23.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

23.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

23.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

23.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o zmianie Pzp (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020).

23.7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

23.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

23.9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

23.10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

### **24. AUKCJA ELEKTRONICZNA**

24.1. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

### **25. POZOSTAŁE INFORMACJE**

25.1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy Pzp (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

Nr	Nazwa załącznika
1.	Opis przedmiotu zamówienia
2.	Wzór formularza ofertowego
3.	Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
4.	Wzór wykazu wykonanych usług lub dostaw
5.	Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
6.	Wzór informacji Wykonawcy o obowiązku podatkowym
7.	Wzór zobowiązania podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
8.	Projekt umowy

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**1. Ogólna charakterystyka zamówienia:**

Dostawa i uruchomienie zestawu endoskopowego i bronchofibroskopu do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku,

**2. Zakres przedmiotowy:**

**2.1. Zadanie nr 1: Dostawa i uruchomienie zestawu endoskopowego do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku.**

#### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH I GRANICZNYCH

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Podać	Punktacja
<b>PROCESOR WIZYJNY WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI - 1 szt.</b>				
1.	Producent	Tak		
2.	Nazwa i typ	Tak		
3.	Kraj produkcji	Tak		
4.	Rok produkcji: min. 2015	Tak		
5.	System obrazowania w pełnej wysokiej rozdzielczości HDTV 1080p lub 1080i	Tak		
6.	Funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych i struktur tkanek i-scan / NBI dla oferowanych oraz posiadanych videoendoskopów EC-380Fk2, EG-290Kp	Tak		
7.	Wyjścia typu (min.): <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x DVI-D do podłączenia monitora medycznego</li> <li>• 1 x HD-SDI</li> <li>• 2 x Y/ C (S-VHS) do podłączenia systemu archiwizacji</li> <li>• 3x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej</li> <li>• 3x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów</li> </ul>	Tak		
8.	Wyjścia sygnału wideo: RGB, VGA, DVI, Y/ C X2,M HDSDI X2, SYNC BNC oraz komunikacyjne RJ45, RS-232C	Tak		
9.	Wejście audio do nagrywania notatek głosowych bezpośrednio do procesora wizyjnego	Tak/Nie		Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt
10.	Możliwość obrazowania w różnych pasmach światła z optyczno - cyfrową filtracją długości pasma światła	Tak		
11.	Możliwość powiększania ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym	Tak		
12.	Wycięcie min. 3 zakresów pasma światła (pasma czerwonego, zielonego, niebieskiego)	Tak		
13.	Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na 4 przyciski endoskopów (w tym rejestracja zdjęć i filmów)	Tak/Nie		Tak - 2 pkt Nie - 0 pkt
14.	Pompa insuflacyjna z regulacją pracy z min. 2 zakresami pracy (0, 1, 2, ....)	Tak	Podać ilość zakresów	> 3 - 1 pkt
15.	Przepływ pompy insuflacyjnej min. 7,0 l/min.	Tak		> 7 - 1 pkt
16.	Zabezpieczenie przed przerwą w pracy oświetleniem typu LED	Tak		LED - 1 pkt Halogen - 0 pkt



Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Podać	Punktacja
17.	Funkcja obrazowania w stopniach: 2. detekcja (3 stopnie) 3. zarysu tkanki (3 stopnie) 4. weryfikacji zmiany (3 stopnie)	Tak		
18.	Podłączenie endoskopu do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora z funkcją rotacji	Tak		
19.	Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na min. 4 klawisze dostępu z panelu przedniego	Tak/NIE		Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt
20.	Bezpośredni dostęp do 3 funkcji wycięcia pasma światła z panelu przedniego z niezależnych przycisków	Tak/Nie		Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt
21.	Zewnętrzna klawiatura sterująca funkcjami procesora	Tak		
22.	Możliwość podłączenia min. 2 przycisków nożnych do sterowania funkcjami procesora	Tak/Nie		Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt
23.	Możliwość sterowania bezprzewodowego	Tak/Nie		Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt
24.	Ciekłokrystaliczny panel sterujący funkcjami procesora z możliwością wyświetlenia obrazu badania w przypadku awarii monitora głównego	Tak/Nie		Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt
25.	Zintegrowane źródło światła ksenon o mocy min. 300W	Tak		
26.	Zabezpieczenie przed przerwą w pracy za pomocą nowoczesnego oświetlenia LED lub Halogen, włączane automatycznie lub ręcznie	Tak	Podać rodzaj oświetlenia	Automatycznie - 1 pkt Ręcznie - 0 pkt
27.	Możliwość regulacji ręcznej oświetlenia w min 5 stopniach	Tak	Podać ilość zakresów	> 5 - 1 pkt > 10 - 2 pkt
28.	Możliwość regulacji barwy czerwonej w min. 5 stopniach	Tak		> 5 - 1 pkt > 10 - 2 pkt
29.	Możliwość regulacji barwy niebieskiej w min. 5 stopniach	Tak		> 5 - 1 pkt > 10 - 2 pkt
30.	Automatyczny balans bieli	Tak		
31.	Możliwość zapisania min. 30 pacjentów w menu wewnętrznym procesora wizyjnego	Tak		> 30 - 1 pkt
32.	Pełna współpraca z posiadanymi videoendoskopami EC-380Fk2, EG-290Kp	Tak		
33.	Pełna współpraca z posiadanymi myjniemi automatycznymi ETD, Mini ETD Olympus	Tak		
34.	Pełna współpraca z posiadanym systemem archiwizacji badań Endovaris z przesyłaniem zdjęć i filmów z niezależnych przycisków na rękojeści endoskopu	Tak		
<b>MONITOR MEDYCZNY HDTV – 1szt.</b>				
35.	Producent	Tak		
36.	Nazwa i typ	Tak		
37.	Kraj produkcji	Tak		
38.	Rok produkcji: min. 2016	Tak		
39.	Przekątna min. 24 cali z matrycą LED lub LCD	Tak		> 24 - 1 pkt
40.	Kąt widzenia min. 178 stopni	Tak		

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Podać	Punktacja
41.	Zewnętrzny transformator napięcia	Tak		
42.	Kompatybilność z oferowanym procesorem za pomocą złącza DVI-D	Tak		
43.	min. 450 cd/ m <sup>2</sup>	Tak		> 1 pkt
44.	Kontrast min. 1400:1	Tak		> 1 pkt
45.	Sygnaly wejścia: - 1 x DVI-DI - 1 x DVI-D2 - 1 x VGA - 1 x SD/HD/3G-SDI - 1 x C-Video - 2 x S-Video(Y/C) - 1 x Component8	Tak		
41.	Sygnaly wyjścia: 1 x DVI-D 1 x SDF/GD/3D-SDI	Tak		
46.	Dotykowy panel sterujący	Tak/Nie		Tak - 2 pkt Nie - 0 pkt
47.	Matryca w standardzie min. 10,7 bln kolorów	Tak		
48.	Rozdzielczość min. 1920 x 1080	Tak		
<b>WÓZEK MEDYCZNY - 1 szt.</b>				
49.	Producent	Tak		
50.	Nazwa i typ	Tak		
51.	Kraj produkcji	Tak		
52.	Rok produkcji: min. 2016	Tak		
53.	Podstawa jezdna z blokadą 4 kół	Tak		
54.	4 podwójne koła skrętne na każdej krawędzi wózka	Tak		
55.	Możliwość ustawienia zestawu do videoendoskopii	Tak		
56.	Centralna listwa zasilająca z min. 4 gniazdami	Tak		
57.	Ruchomy wysięgnik do mocowania monitora lub miejsce do ustawienia monitora na górnej półce wózka	Tak		
58.	Wieszak na min. 2 endoskopy z możliwością montażu z lewej lub prawej strony wózka	Tak		
<b>VIDEOKOLONOSKOP HDTV - 1szt.</b>				
59.	Producent	Tak		
60.	Nazwa i typ	Tak		
61.	Kraj produkcji	Tak		
62.	Rok produkcji: min. 2016	Tak		
63.	Średnica kanału roboczego – min. 3,8 mm	Tak		> 3,8 - 1 pkt
64.	Średnica zewnętrzna wziernika – max. 13,2 mm	Tak		< 13,0 - 1 pkt
65.	Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej – max. 13,2 mm	TAK		<13,0 - 1 pkt
66.	Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości	Tak		

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Podać	Punktacja
67.	Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i numerze seryjnym videoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego	Tak/Nie		Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt
68.	Dzielona sztywność wziernika w 3 odcinkach wyposażona w technologię zapewniającą optymalne przeniesienie momentu sił skrętnych wzdłuż osi sondy z głowicy kontrolnej endoskopu na końcówkę zdalną	Tak/Nie		Tak - 2 pkt Nie - 0 pkt
69.	Kąt obserwacji – min. 140° z dostępną płynną funkcją zoom sterowaną regulatorem z rękojeści endoskopu	Tak		> 140 – 1 pkt
70.	Wlot kanału biopsyjnego typu Luer	Tak		
71.	Złącze konektora kanału WaterJet typu Luer	Tak		
72.	Zawór testera szczelności w konektorze	Tak		
73.	Minimum 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu w tym możliwość regulacji funkcji zoom	Tak		
74.	Dostęp do płynnej funkcji zoom z dźwigni regulacji powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu	Tak		
75.	System głębi ostrości min. 4-100 mm	Tak		< 4 - 1 pkt > 100 - 1 pkt
76.	Długość robocza 1 500 mm – 1 600 mm	Tak		
77.	Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła	Tak		
78.	Zagięcie końcówki endoskopu: w górę – 180° w dół – 180° w lewo – 160° w prawo – 160°	Tak		> 180 - 1 pkt > 180 - 1 pkt > 160 - 1 pkt > 160 - 1 pkt
79.	Kanał płuczący WaterJet – gniazdo zintegrowane z konektorem do procesora	Tak		
80.	System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora	Tak		
81.	Obrotowy konektor w zakresie min. 180° redukujący ryzyko skręcenia światłowodu	Tak/Nie		Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt
82.	Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń	Tak/Nie		Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt
83.	Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu z możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem do systemu rejestracji procesów mycia	Tak/Nie		Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt
84.	Tryb obrazowania w filtracji optyczno - cyfrowej dla dolnego odcinka przewodu pokarmowego	Tak/Nie		Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt
85.	Kompatybilność z funkcją obserwacji fotodynamicznej PDT	Tak/Nie		Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt
86.	Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji min. 3 zakresów widma	Tak/Nie		Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt
87.	Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przed działaniem środków dezynfekcyjnych	Tak		

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Podać	Punktacja
88.	Wyposażenie: 1. szczotki czyszczące z potrójnym włosiem - 10 szt. 2. szczotka czyszcząca gniazdo zaworu - 1 szt. 3. zawór woda/ powietrze oraz zawór ssący - 1 kpl. 4. uszczelka typu o-ring do zaworu ssącego - 3 szt. 5. uszczelka typu o-ring do zaworu woda/ powietrze - 4 szt. 6. zawory wielorazowe zabezpieczające wlot kanału biopsyjnego - 10 szt. 7. walizka transportowa z łatwo zmywalnego tworzywa sztucznego z możliwością zabezpieczenia kluczem na czas transportu, min. 2 zamki zabezpieczające 8. gumowy kap zabezpieczający konektor przed korozją podczas procesu mycia	Tak		
89.	Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min. 5, załączyć listę)	Tak		
90.	Możliwość sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu ETO	Tak		
91.	Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF	Tak		
<b>VIDEOGASTROSKOP HDTV - 1szt.</b>				
92.	Producent	Tak		
93.	Nazwa i typ	Tak		
94.	Kraj produkcji	Tak		
95.	Rok produkcji: min. 2016	Tak		
96.	Średnica kanału roboczego - min. 2,8 mm	Tak		> 2,8 - 1 pkt
97.	Średnica zewnętrzna wziernika - max. 9,8 mm	Tak		< 9,8 - 1 pkt
98.	Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej - max. 9,9 mm	Tak		
99.	Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości	Tak		
100.	Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i numerze seryjnym videoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego	Tak/Nie		Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt
101.	Minimalne kąty zagięć końcówki dystalnej: w górę - 210° w dół - 90° w lewo - 100° w prawo - 100°	Tak		> 210 - 1 pkt > 90 - 1 pkt > 100 - 1 pkt > 100 - 1 pkt
102.	Kąt obserwacji - min. 140° z dostępną płynną funkcją zoom sterowaną regulatorem z rękojeści endoskopu	Tak		> 140 - 1 pkt
103.	Wlot kanału biopsyjnego typu Luer	Tak		
104.	Złącze konektora kanału WaterJet typu Luer	Tak		
105.	Zawór testera szczelności w konektorze	Tak		
106.	Minimum 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu w tym możliwość regulacji funkcji zoom	Tak		
107.	Dostęp do płynnej funkcji zoom z dźwigni regulacji powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu	Tak		
108.	System głębi ostrości min. 5-100 mm	Tak		< 5 - 1 pkt > 100 - 1 pkt

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Podać	Punktacja
109.	Długość robocza 1050 mm	Tak		
110.	Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła	Tak		
111.	Kanał płuczący WaterJet – gniazdo zintegrowane z konektorem do procesora	Tak		
112.	System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora	Tak		
113.	Obrotowy konektor w zakresie min. 180° redukujący ryzyko skręcenia światłowodu	Tak/Nie		Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt
114.	Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń	Tak/Nie		Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt
115.	Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu z możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem do systemu rejestracji procesów mycia	Tak/Nie		Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt
116.	Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla dolnego odcinka przewodu pokarmowego	Tak/Nie		Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt
117.	Kompatybilność z funkcją obserwacji fotodynamicznej PDT	Tak/Nie		Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt
118.	Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji min. 3 zakresów widma	Tak/Nie		Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt
119.	Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przed działaniem środków dezynfekcyjnych	Tak		
120.	Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min. 5, załączyć listę)	Tak		
121.	Możliwość sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu ETO	Tak		
122.	Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF	Tak		
123.	Wyposażenie: 9. szczotki czyszczące z potrójnym włosiem - 10 szt. 10. szczotka czyszcząca gniazdo zaworu - 1 szt. 11. zawór woda/ powietrze oraz zawór ssący - 1 kpl. 12. uszczelka typu o-ring do zaworu ssącego - 4 szt. 13. uszczelka typu o-ring do zaworu woda/ powietrze - 4 szt. 14. zawory wielorazowe zabezpieczające wlot kanału biopsyjnego - 10 szt. 15. walizka transportowa z łatwo zmywalnego tworzywa sztucznego z możliwością zabezpieczenia kluczem na czas transportu, min. 2 zamki zabezpieczające 16. gumowy kap zabezpieczający konektor przed korozją podczas procesu mycia	Tak		
<b>POMPA WODNA ENDOSKOPOWA DO KANAŁU WATERJET – 1 szt.</b>				
124.	Producent	Tak		
125.	Nazwa i typ	Tak		
126.	Kraj produkcji	Tak		
127.	Rok produkcji: min. 2016	Tak		
128.	Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał videoendoskopów WaterJet oraz poprzez kanał roboczy (do wyboru)	Tak		

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Podać	Punktacja
129.	Pompa wodna perystaltyczna 3 rolkowa, dająca możliwość regulacji prędkości przepływu za pomocą sterowania elektronicznego	Tak		
130.	Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego	Tak		
131.	Zbiornik płynu - min. 0,5 l z podziatką	Tak		
132.	Uruchamianie pracy pompy z przycisku nożnego (przycisk o długości przewodu min. 5 m w zestawie)	Tak		
133.	Możliwość rozbudowy o sterowanie bezprzewodowym przyciskiem nożnym	Tak/Nie		Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt
134.	Czytelny cyfrowy wyświetlacz przepływu cieczy	Tak		
135.	Wydajność przepływu cieczy do 1900 ml/ min.	Tak		
136.	Mikroprocesorowa kontrola przepływu cieczy	Tak		
137.	Możliwość integracji z aparatem elektrochirurgicznym	Tak/Nie		Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt
138.	Poziom hałasu max. 50,0 dBa	Tak		
139.	Moc znamionowa max. 40V A	Tak		
140.	Zasilanie 230V/50Hz	Tak		
141.	Klasa IP2X klasa przeciwporażeniowa: I	Tak		
142.	Waga max.: 5 kg	Tak		
143.	W zestawie dren o śr. 3,2 mm, dł. 15 cm, wielorazowy, 2 x LuerLock, kompatybilny z oferowanym endoskopem - 1 szt.	Tak		
144.	Możliwość ustawienia na oferowanym wózku endoskopowym	Tak		
<b>SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW W STANIE CZYSTYM – 1szt.</b>				
145.	Producent	Tak		
146.	Nazwa i typ	Tak		
147.	Kraj produkcji	Tak		
148.	Rok produkcji: min. 2016	Tak		
149.	Możliwość przechowywania endoskopów w warunkach zapewniających sterylność przez okres min. 30 dni bez konieczności ich ponownego mycia i dezynfekcji przed użyciem	Tak		> 30 - 1 pkt
150.	Możliwość umieszczenia min. 4 endoskopów giętkich	Tak		> 4 - 1 pkt
151.	Możliwość umieszczenia oferowanych endoskopów giętkich oraz będących na wyposażeniu użytkownika :Pentax EG-290KP, EC-380FK2P (adaptery na wyposażeniu)	Tak		
152.	Urządzenie musi spełniać normę BS EN ISO 15883-4	Tak		
153.	Urządzenie musi zapewniać skuteczność biologiczną zgodną ze standardem NF S 98-030 dla Pseudomonas aeruginosa	Tak		
154.	Możliwość rozbudowania listy endoskopów przez użytkownika i tworzenia własnej biblioteki (dodawanie nowych pozycji do istniejącej biblioteki)	Tak		
155.	System umożliwiający kontrolę i monitorowanie, pozwalający na zapis drogi endoskopu od momentu jego przekazania do czyszczenia do chwili jego powtórnego użycia	Tak		

<b>Lp.</b>	<b>Opis parametrów wymaganych</b>	<b>Parametr wymagany</b>	<b>Podać</b>	<b>Punktacja</b>
156.	Szafa rejestrująca datę i czas umieszczenia każdego oddanego do przechowywania endoskopu	Tak		
157.	Zamontowane elektroniczne liczniki godzinowe lub dniowe dla każdego przechowywanego endoskopu	Tak		
158.	Szafa wyposażona w ekran dotykowy, czytnik znaczników i drukarkę raportów i etykiet	Tak		
159.	Zabezpieczenie zamknięcia szafy za pomocą 4 cyfrowych kodów pin	Tak		
160.	Wydruk etykiet z włożenia i wyjęcia endoskopu oraz etykiety przekroczenia czasu przechowywania endoskopu	Tak		
161.	System zabezpieczenia przed uszkodzeniem endoskopów na głowicy i końcówce źródła światła przy zawieszaniu endoskopu na wieszak	Tak		
162.	Szafa z układem nadmuchu filtrowanym powietrzem z zastosowaniem co najmniej 2 filtrów, w tym 1 typu HEPA	Tak		
163.	Szafa wyposażona w filtry osuszające do utrzymania wolnej od wilgoci atmosfery w wewnętrznych kanałach endoskopów	Tak		
164.	Szafa wyposażona w przeszklone, wzmocnione drzwi z panelem sterującym po prawej stronie	Tak		
165.	Oświetlenie wewnętrzne szafy	Tak		
166.	Wyposażona w manometr zewnętrzny pozwalający stale kontrolować dodatkowo ciśnienie w szafie	Tak		
167.	Szafa wyposażona we własny wentylator nie wymagający konserwacji oraz wyposażona we własną sprężarkę powietrza	Tak		
168.	Szafa wyposażona w alarmy dźwiękowe i wizualne dla stanów za niskiego przepływu powietrza, niedomknięcia drzwi oraz awarii pompy	Tak		
169.	Możliwość kopiowania danych bezpośrednio do pamięci zewnętrznej	Tak		
170.	Szafa mobilna (możliwość przestawiania) podłączana do gniazda prądowego 230V bez potrzeby dokonywania innych robót instalacyjnych	Tak		
171.	Wbudowany kompresor bez konieczności użycia zewnętrznego kompresora lub tlenu medycznego	Tak		
172.	Możliwość użycia firmowych zestawów testowych legalizujących urządzenie będących na wyposażeniu szafy	Tak		
173.	Możliwość podłączenia do posiadanego systemu archiwizacji badań endoskopowych Pentax z przesyłaniem raportu z procesu przechowywania endoskopów	Tak		
174.	Regulowana wysokość szafy	Tak		
175.	Wyposażona w kółka transportowe	Tak		
176.	Filtrowanie HEPA 0,3 mic./ 99,99 DOP Filtr wstępny EU4 > 95% 0,5 mic. Maty ociekowe	Tak		
177.	Zespół kółek do transportu szafy i wysuwane nóżki z możliwością regulacji i poziomowania szafy	Tak		

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Podać	Punktacja
<b>DRUKARKA</b>				
178.	Producent	Tak		
179.	Nazwa i typ	Tak		
180.	Kraj produkcji	Tak		
181.	Rok produkcji: min. 2016	Tak		
182.	Drukarka laserowa kolorowa: drukowanie dwustronne	Tak		
183.	Format papieru A4: druk dwustronny, kopiowanie	Tak		
184.	szybkość druku $\geq 18$ str. min., miesięczne obciążenie $\geq 2500$ stron, podajnik papieru min. 150 arkuszy,	Tak		
185.	złącze USB 2.0	Tak		
<b>WYMAGANIA DODATKOWE DOTYCZĄCE CAŁOŚCI SPRZĘTU</b>				
186.	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak		$\geq 36 - 2$ pkt
187.	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	Tak		
188.	Bezpłatny serwis w okresie gwarancji, w tym przeglądy wg zaleceń producenta	Tak		
189.	Zapewnienie części zamiennych przez okres min. 10 lat	Tak		
190.	Dokumenty potwierdzające upoważnienie przez wytwórcę lub upoważnionego autoryzowanego przedstawiciela w zakresie instalacji i prowadzenia serwisu gwarancyjnego	Tak		
191.	Szkolenie pracowników w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu	Tak		
192.	Dostarczanie adapterów (min. 2 szt.) do mycia zaoferowanych endoskopów w myjniach typu Mini ETD i ETD 4	Tak		
193.	Certyfikat CE, zgłoszenie/wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych dopuszczające do użytkowania na terenie RP jeśli jest wymagane zgodnie z ustawą o Wyrobach Medycznych	Tak		
194.	Instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny, karta gwarancyjna	Tak		
195.	Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę w dni robocze	Tak		
196.	Maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii do 48 godz. w dni robocze	Tak		

**Uwaga: Maksymalna możliwa do uzyskania w zakresie kryterium: Jakość (parametry techniczne) liczba punktów wynosi 65.**




**2.2. Zadanie nr 2: Dostawa i uruchomienie bronchofibroskopu do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH I GRANICZNYCH**

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Podać	Punktacja
<b>BRONCHOFIBEROSKOP DLA ZASTOSOWAŃ SOR/OIOM – 1 szt.</b>				
1.	Producent	Tak		
2.	Nazwa i typ	Tak		
3.	Kraj produkcji	Tak		
4.	Rok produkcji: min. 2016	Tak		
5.	Zewnętrzna średnica ruchomej końcówki dystalnej max. 5,1 mm	Tak		
6.	Średnica odcinka sztywnego na końcu dystalnym max. 5,1 mm	Tak		
7.	Średnica wewnętrzna kanału roboczego min. 2,55 mm	Tak		> 2,55 - 1 pkt
8.	Długość robocza max. 600 mm	Tak		
9.	Długość całkowita max. 880 mm	Tak		
10.	Kąt widzenia min. 95°	Tak		> 95 - 1 pkt
11.	System optyczny z ruchomym pierścieniem regulacji dioptrii	Tak		
12.	Oznaczenie położenia dioptrii na okularze	Tak		
13.	Oznaczenie dopuszczalności zanurzenia na korpusie systemu optycznego	Tak		
14.	Głębokość ostrości 3 - 50 mm	Tak		< 3 - 1 pkt > 50 - 1 pkt
15.	Dioptrie: +2 ~ -8 dptr.	Tak		
16.	Zamontowane na stałe przyłączy ssaka bez konieczności demontażu do procesu mycia i dezynfekcji	Tak		
17.	Wygięcie końcówki dystalnej: w górę - 160° w dół - 130°	Tak		> 160 - 1 pkt > 130 - 1 pkt
18.	Tuba wziernikowa wyposażona u swojej nasady w gumowy kompensator naprężeń	Tak/Nie		Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt
19.	Tuba wziernikowa o wzmocnionej konstrukcji nadająca się do wprowadzenia do rurki intubacyjnej - załączyć potwierdzenie producenta	Tak		
20.	Zintegrowany z rękojeścią zawór testera szczelności	Tak		
21.	Wlot kanału biopsyjnego typu LUER	Tak		
22.	Wielorazowy, gumowy zawór ssący - 3 szt.	Tak		
23.	Bateryjne, odłączane źródło światła typu LED w zestawie	Tak		
24.	Koniec dystalny wyposażony w 2 światłowody	Tak		
25.	Możliwość podłączenia do stacjonarnego źródła światła halogenowego za pomocą światłowodu z funkcją rotacji konektora	Tak		
26.	Możliwość podłączenia do sieciowego, przenośnego źródła światła typu LED	Tak		
27.	Wilgotność względna warunków pracy: 30 ~ 85%	Tak		
28.	Zakres temperatury pracy: 10 ~ 40°C	Tak		

<b>Lp.</b>	<b>Opis parametrów wymaganych</b>	<b>Parametr wymagany</b>	<b>Podać</b>	<b>Punktacja</b>
29.	Dowolność mycia i dezynfekcji bronchofiberoskopu w środkach chemicznych różnych producentów (min. 5, załączyć listę)	Tak		
30.	Olejek silikonowy - kpl.	Tak		
31.	Fiberoskop nadający się do sterylizacji w ETO	Tak		
<b>WYMAGANIA DODATKOWE</b>				
32.	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak		≥ 36 - 2 pkt
33.	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	Tak		
34.	Bezpłatny serwis w okresie gwarancji, w tym przeglądy wg zaleceń producenta	Tak		
35.	Zapewnienie części zamiennych przez okres min. 10 lat	Tak		
36.	Dokumenty potwierdzające upoważnienie przez wytwórcę lub upoważnionego autoryzowanego przedstawiciela w zakresie instalacji i prowadzenia serwisu gwarancyjnego	Tak		
37.	Szkolenie pracowników w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu	Tak		
38.	Certyfikat CE, zgłoszenie/wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych dopuszczające do użytkowania na terenie RP jeśli jest wymagane zgodnie z ustawą o Wyrobach Medycznych	Tak		
39.	Instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny, karta gwarancyjna	Tak		
40.	Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę w dni robocze	Tak		
41.	Maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii do 48 godz. w dni robocze	Tak		

**Uwaga: Maksymalna możliwa do uzyskania w zakresie kryterium: Jakość (parametry techniczne) liczba punktów wynosi 9.**



WZÓR FORMULARZA OFERTY

Samodzielny Publiczny  
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
Kościszki 1, 37-400 Nisko

Nawiązując do przetargu nieograniczonego znak Z.II.2300/Zp/36/2016 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu \_\_.\_\_.2016 pozycja \_\_\_\_\_ oraz na stronie internetowej: www.szpital-nisko.pl, na: „Dostawę i uruchomienie zestawu endoskopowego i bronchofibroskopu do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku” oferujemy realizację dostaw objętych przetargiem, zgodnie z wymogami Opisu Przedmiotu Zamówienia za cenę: \_\_\_\_\_ zł (bez VAT), słownie: \_\_\_\_\_  
Cena brutto (z VAT) \_\_\_\_\_ zł, słownie: \_\_\_\_\_

ZADANIE NR 1	Cena netto (bez VAT):	zł	słownie:
	Cena brutto (z VAT):	zł	słownie:
ZADANIE NR 2	Cena netto (bez VAT):	zł	słownie:
	Cena brutto (z VAT):	zł	słownie:

Termin płatności oferowany zamawiającemu za realizację przedmiotu zamówienia wynosi \_\_\_\_\_ dni od daty dostarczenia faktury.


Termin realizacji zamówienia wynosi: \_\_\_\_\_ dni roboczych od daty udzielenia zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. do dnia: \_\_\_\_\_.
- Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / zamierzamy zlecić podwykonawcom.
- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt ogólnych warunków umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- Osoba(y) uprawnione do podpisania umowy: \_\_\_\_\_
- Załącznikami do niniejszej oferty są:
  - \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_

\*) - niepotrzebne skreślić

..... dnia .....

.....  
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy



## O Ś W I A D C Z E N I E   W Y K O N A W C Y

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) (dalej jako: ustawa Pzp) dotyczące:

### PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego** na:

**Dostawę i uruchomienie zestawu endoskopowego i bronchofiberoskopu do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**

Oświadczam co następuje:

#### INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

..... dnia .....  
.....  
..... podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  
.....  
..... w imieniu Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. \_\_\_\_\_ ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 14, 16 – 20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....  
.....  
.....

..... dnia .....  
.....  
..... podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  
.....  
..... w imieniu Wykonawcy

Oświadczam, że spełniam, określone przez Zamawiającego, warunki udziału w postępowaniu.

..... dnia .....  
.....  
..... podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  
.....  
..... w imieniu Wykonawcy

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: \_\_\_\_\_

w następującym zakresie: \_\_\_\_\_

*(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)*

..... dnia .....  
.....  
..... podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  
.....  
..... w imieniu Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na których zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: \_\_\_\_\_

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIG)*

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... dnia .....  
.....  
..... podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  
.....  
..... w imieniu Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIG)*


nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... dnia .....  
.....  
..... podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  
.....  
..... w imieniu Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... dnia .....  
.....  
..... podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  
.....  
..... w imieniu Wykonawcy



**WYKAZ WYKONANYCH USŁUG LUB DOSTAW**

Nazwa Wykonawcy: \_\_\_\_\_

Adres Wykonawcy: \_\_\_\_\_


Telefon: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

L.p.	Rodzaj wykonanych dostaw lub usług	Miejsce wykonania dostaw lub usług	Data wykonania dostaw lub usług	Wartość brutto wykonanych dostaw lub usług w zł

Wykaz ważniejszych dostaw lub usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy lub usługi te zostały wykonane z należytą starannością.

..... dnia .....

.....  
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy



**Oświadczenie  
o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału/ofertę<sup>1</sup> w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony** na:

**Dostawę i uruchomienie zestawu endoskopowego i bronchofiberoskopu do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**

działając na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

**Oświadczam/(-my)**

- o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.);
- o przynależności<sup>2</sup> do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).


Lp.	Nazwa podmiotu	Adres podmiotu
1		
2		
3		

..... dnia .....

.....  
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

<sup>2</sup> Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.



**INFORMACJA WYKONAWCY O OBOWIĄZKU PODATKOWYM\***

My, niżej podpisani: \_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

działając w imieniu i na rzecz firmy:

\_\_\_\_\_  
(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony** na:

**Dostawę i uruchomienie zestawu endoskopowego i bronchofiberoskopu do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**

informujemy, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku:

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi	Wartość (bez kwoty podatku)
1		
2		
3		


**\*UWAGA!**

Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i dołączenia niniejszego informacji do składanej oferty tylko w przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w związku z wyborem oferty Wykonawcy.

..... dnia .....

.....  
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy





### ZOBOWIĄZANIE

**do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia**

Ja (/My) niżej podpisany(/ni): \_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

\_\_\_\_\_  
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

### Oświadczam(/y),

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), odda Wykonawcy:

\_\_\_\_\_  
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.: **Dostawa i uruchomienie zestawu endoskopowego i bronchofiberoskopu do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**  
do dyspozycji niezbędne zasoby

\_\_\_\_\_  
(zakres udostępnianych zasobów)

na cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

\_\_\_\_\_

Charakter stosunku prawnego, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą:

\_\_\_\_\_

..... dnia .....

.....  
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

**U M O W A (PROJEKT)**

Nr \_\_\_\_/Zp/2016

Zawarta zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych

W dniu \_\_\_\_/\_\_\_\_/2016 r. pomiędzy **Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku** z siedzibą przy ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko, reprezentowanym przez:

1. \_\_\_\_\_  
Zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000028548, NIP: 865-20-74-945, REGON 000306680, zwanym dalej „Kupującym” a:

\_\_\_\_\_ reprezentowanym przez:

1. \_\_\_\_\_  
zwanym dalej „Sprzedającym”  
Zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem \_\_\_\_\_ NIP: \_\_\_\_\_, posiadającym Kapitał Zakładowy: \_\_\_\_\_ zł. wpłacony w całości.

Zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr Z.II.2300/Zp/36/2016 z dnia 27/09/2016 r. w trybie art. 39 - 46 i 6a o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zatwierdzonymi przez p.o. Dyrektora SPZZOZ w Nisku zawarta zostaje umowa o treści następującej:

**§1.**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa i uruchomienie zestawu endoskopowego i bronchofiberoskopu do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku** zgodnie ze złożoną ofertą przetargową z dnia \_\_\_\_/\_\_\_\_/2016 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu: **zestaw endoskopowego i bronchofiberoskopu**: \_\_\_\_\_, których producentem jest: \_\_\_\_\_.
3. Ponadto, zobowiązuje się zapewnić transport zestawu endoskopowego i bronchofiberoskopu, szkolenie personelu medycznego Kupującego, w wymiarze niezbędnym dla zapewnienia płynnej pracy oraz jakości wymaganej w danej dziedzinie za cenę przyjętą w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, tj. \_\_\_\_\_, **zł netto (słownie: \_\_\_\_\_)** + VAT. Wartość brutto (z VAT): \_\_\_\_\_, **zł (słownie: \_\_\_\_\_)**.
4. Zestaw endoskopowy i bronchofiberoskop zostanie dostarczony do siedziby Kupującego na koszt i ryzyko Sprzedającego.
5. Sprzedający oświadcza, że oferowany zestaw endoskopowy i bronchofiberoskop jest zgodny z wymaganiami, posiada świadectwa rejestracji/dopuszczenia do obrotu i spełnia wszystkie normy wymagane przepisami prawa polskiego.

**§2.**

**DOSTAWA**

1. Strony ustalają, że zestaw endoskopowy i bronchofiberoskop zostanie dostarczony do dnia \_\_\_\_/\_\_\_\_/2016 r.
2. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu wraz z zestawem endoskopowym i bronchofiberoskopem paszporty techniczne oraz instrukcje obsługi sporządzone w języku polskim.

**§3.**

**WARUNKI GWARANCJI I SERWISU**

1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na przedmiot niniejszej umowy na okres \_\_\_\_ miesięcy od dnia wydania zestawu endoskopowego i bronchofiberoskopu.

2. Sprzedający dołączy do zestawu endoskopowego i bronchofiberoskopu kartę gwarancyjną.
3. Naprawy gwarancyjne wykonywane będą w siedzibie Kupującego. Zgłoszenie awarii bądź usterek nastąpi telefonicznie lub faxem.
4. Sprzedający zapewnia Kupującego, że czas oczekiwania na reakcję serwisu będzie nie dłuższy niż \_\_\_ godzin w dni robocze.
5. Sprzedający zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny zestawu endoskopowego i bronchofiberoskopu oraz usunąć uszkodzenie w czasie do \_\_\_ dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii przez Kupującego. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku usunięcia uszkodzenia w w/w czasie Sprzedający zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu zastępczego.
6. Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym odnotowane zostaną przez serwis Sprzedającego w karcie gwarancyjnej.
7. Wykonywane naprawy powodują przedłużenie gwarancji na wymienione części.
8. Sprzedający zapewni Kupującemu serwis pogwarancyjny.
9. Sprzedający zapewni Kupującemu dostępność części zamiennych przez okres \_\_\_ lat.

#### §4.

#### WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Kupujący zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie złożonej oferty przetargowej przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego.
2. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty faktury za przedmiot umowy przelewem w terminie \_\_\_ dni od dnia wystawienia faktury. Jeżeli Kupujący otrzyma fakturę po upływie 5 dni od daty jej wystawienia, termin płatności liczy się od dnia otrzymania faktury przez Kupującego.
3. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia w banku przez Kupującego dokumentu „polecenie przelewu”.
4. Przeniesienia ewentualnych zobowiązań Kupującego wobec Sprzedającego na osobę trzecią, Sprzedający może dokonać po upływie 30 dni, po uprzedzeniu Kupującego o tej czynności oraz uzyskaniu przez Kupującego zgody Powiatu Niżańskiego na cesję wierzytelności na podstawie art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.).
5. Sprzedający oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 403). Sprzedający, mając na względzie, że Kupujący jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) nie będzie żądał odsetek ustawowych za okres począwszy od 30-go dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia Kupującemu faktury VAT do dnia zapłaty, o którym mowa w ust. 2<sup>3</sup>.

#### §5.

#### KARY UMOWNE

Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą kary umowne.

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne:
  - 5% wartości zamówienia netto gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedający.
  - 0,15% wartości zamówienia netto za każdy dzień zwłoki w dostawie po planowanym terminie dostawy.
1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu kary umowne:
  - 5% wartości zamówienia netto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego stronie.
2. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych.

---

<sup>3</sup> Jeśli termin płatności ustalono na okres dłuższy niż 60 dni.

**§6.**

**DOPUSZCZALNOŚĆ DOKONYWANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY ORAZ WARUNKI  
DOKONYWANIA TAKICH ZMIAN**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy oraz wprowadzenie do umowy takich postanowień niekorzystnych dla Kupującego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty Sprzedającego, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następujących przypadkach:
  - 3.1. Zmiana stron umowy,
  - 3.2. Zmiana banków lub numerów kont bankowych stron,
  - 3.3. Zmiana stawek podatku VAT,

**§7.**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Kupujący może odstąpić od umowy (art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w pkt. 4, może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
4. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Powszechny wg siedziby Kupującego.
5. Niniejszą umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**Sprzedający:**

**Kupujący:**