

Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko

Znak sprawy: Z.II.2300/Zp/26/2015

Nisko, 23/09/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dostawa i montaż aparatu rtg do zdjęć kostnych i płucnych
wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię rtg
w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku**

*Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **przetarg nieograniczony** na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)*

Zatwierdzono w dniu:
23/09/2015

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nisku

Henryk Przybycień

Nisko, Wrzesień 2015

1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko

NIP: 865-20-74-945, REGON: 000306680

Tel. (15) 8416 703, 8416 779, Fax. (15) 8416 704

www.szpital-nisko.pl, e-mail: przetargi@szpital-nisko.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: **przetarg nieograniczony**

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: **Dostawa i montaż aparatu rtg do zdjęć kostnych i płucnych wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię rtg w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku.**

3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:

Zadanie nr:	Opis:
1.	Temat: Dostawa i montaż aparatu rtg do zdjęć kostnych i płucnych wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię rtg w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku Wspólny Słownik Zamówień: 33111000-1 – Aparatura rentgenowska, 45000000-7 – Roboty budowlane Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.3. Miejsce realizacji: Szpital Powiatowy im. PCK w Nisku.

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH (ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7)

4.1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (do 10% wartości zamówienia).

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

5.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane: w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od daty zawarcia umowy.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Lp.	Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1.	Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2.	Wiedza i doświadczenie. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający w tym zakresie wymaga, aby Wykonawca wykazał wykonanie co najmniej dwóch zamówień , których przedmiotem były dostawy i roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Ocena spełniania tego warunku będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1 (tabela poz. nr 2 i 3) SIWZ.
3.	Potencjał techniczny. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
4.	Osoby zdolne do wykonania zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje projektantami w specjalności architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych minimum po jednej osobie posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń oraz złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa i montaż aparatu rtg do zdjęć kostnych i płucnych wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię rtg
w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku

Lp.	Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
5.	Sytuacja ekonomiczna i finansowa. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

- 6.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
- 6.4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- 6.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 6.6. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 6.4.
- 6.7. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt. 1-9 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm).
- 6.8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

- 7.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), należy przedłożyć:

Lp.	Wymagany dokument
1.	Oświadczenie o spełnieniu warunków. Oświadczenie o spełnieniu warunków.
2.	Wykaz dostaw lub usług. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3.	Wykaz robót budowlanych. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- 7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), należy przedłożyć:

Lp.	Wymagany dokument
1.	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
2.	Aktualny odpis lub oświadczenie. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
3.	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4.	Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa i montaż aparatu rtg do zdjęć kostnych i płucnych wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię rtg
w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku

Lp.	Wymagany dokument
5.	Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
6.	Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
7.	Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

7.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Lp.	Wymagany dokument
1.	Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2.	Dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3.	Dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4.	Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

7.4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

7.5. Inne dokumenty:

Lp.	Wymagany dokument
1.	Formularz ofertowy. Wypełniony formularz ofertowy.
2.	Kosztorys ofertowy. Wypełniony kosztorys ofertowy.
3.	Wykaz osób. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia wraz z ich kwalifikacjami.
4.	Oświadczenie. Oświadczenie dotyczące materiałów budowlanych.
5.	Dokumenty dopuszczające do obrotu. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o Wyrobach Medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z dnia 20 maja 2010 r. z późn. zm) świadectwami dopuszczającymi do obrotu są: 1. deklaracja zgodności CE producenta (dla wszystkich klas wyrobu medycznego), 2. certyfikat zgodności jednostki notyfikującej (dotyczy klas wyrobu medycznego określonych w art. 29 ust. 5 ustawy o Wyrobach Medycznych), 3. zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych zgodnie z art. 58 ust.1 ustawy o Wyrobach Medycznych.

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. PODWYKONAWSTWO

8.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

9.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęły do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia: **04/10/2015**.

9.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 9.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

9.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 9.1.

9.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

9.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

9.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

9.7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

9.8. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9.9. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

9.10. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

- w zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Piotr Tabor – Specjalista ds. zamówień publicznych, tel.: **(15) 8416 779**,

- w zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Roman Ryznar – Główny specjalista ds. ekonomiczno - administracyjnych, tel.: **(15) 8416 705**.

2. Daniel Knap – Kierownik Pracowni rtg, tel.: **(15) 8416 729**.

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- 10.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: **5 000.00 zł** (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100)
- 10.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia **14/10/2015** do godz. **10:00**.
- 10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- 10.4. pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NADSAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W STALOWEJ WOLI, Nr rachunku: **29 9430 0006 0036 9266 2000 0001**;
- 10.5. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- 10.6. gwarancjach bankowych;
- 10.7. gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 10.8. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
- 10.9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
- 10.10. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
- 10.11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
- 10.12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 10.13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- 10.14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
- 10.15. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
- 10.16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej.
- 10.17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- 10.18. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- 10.19. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

- 11.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
- 11.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 11.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się

do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

- 11.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- 12.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 12.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 12.3. Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu.
- 12.4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
- 12.5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 12.6. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 12.7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
- 12.8. W formularzu cenowym musi być zachowana liczba porządkowa asortymentu, zamawiana ilość, ilość opakowań lub sztuk, tak jak jest wymieniona w opisie przedmiotu zamówienia.
- 12.9. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i związane w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.
- 12.10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
- 12.11. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
- 12.12. Zawartość oferty: wypełniony formularz oferty oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 12.13. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Dostawę i montaż aparatu rtg wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię rtg w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku NIE OTWIERAĆ przed: 14/10/2015 godz. 11:00”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
- 12.14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 12.13 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
- 12.15. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 13.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 12 do dnia **14/10/2015** do godz. **10:00**.

- 13.2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
- 13.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **14/10/2015** o godz. **11:00**, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1.
- 13.4. Otwarcie ofert jest jawne.
- 13.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 13.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- 14.1. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915) za wykonanie przedmiotu zamówienia.
- 14.2. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 14.3. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji wybranej części przedmiotu zamówienia.
- 14.4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie: **PLN**.
- 14.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- 15.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr	Nazwa kryterium	Waga
1.	Cena (koszt)	90 %
2.	Jakość	10 %

- 15.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 15.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium	Wzór
1.	Cena (koszt) Liczba punktów = $(C_{min}/C_{of}) * 100 * waga$ gdzie: - C_{min} – najniższa cena spośród wszystkich ofert, - C_{of} – cena podana w badanej ofercie
2.	Jakość: Liczba punktów = $(L_{op}/L_{max}) * 100 * waga$ gdzie: - L_{op} – liczba otrzymanych punktów badanej oferty - L_{max} – maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów

Całkowita liczba uzyskanych przez badaną ofertę punktów = $[(C_{min}/C_{of}) * 100 * waga] + [(L_{op}/L_{max}) * 100 * waga]$
--

- 15.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt. 15.5, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
- 15.4. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.

U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

15.5. Zamawiający poprawia w ofercie:

- a) oczywiste omyłki pisarskie,
- b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

15.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzspółnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15.7. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);
- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

15.8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

15.9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

15.10. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- a) jest niezgodna z ustawą,
- b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 15.6 lit. c),
- c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
- f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 15.6 lit. c),
- h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

16. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

16.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

16.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę,
 - d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
- 16.4. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt. 16.3 lit. a) Zamawiający umieści na stronie internetowej www.szpital-nisko.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
- 16.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- 17.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), albo 15 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
- 17.2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.
- 17.3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
- 17.4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- 18.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **5%** ceny ofertowej.
- 18.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu;
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - gwarancjach bankowych;
 - gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 18.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- 18.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
- 18.5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
- 18.6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 18.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
- 18.7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w art. 151 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
- 19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH**
- 19.1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 19.2. Zakres dopuszczalności dokonywania zmian postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonywania takich zmian określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej specyfikacji.
- 20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**
- 20.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423).
- 20.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
- 20.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
- 20.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 20.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 20.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
- 20.7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
- 20.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- 20.9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

20.10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

21. AUKCJA ELEKTRONICZNA

21.1. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

22. POZOSTAŁE INFORMACJE

22.1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

Nr	Nazwa załącznika
1.	Opis przedmiotu zamówienia
2.	Wzór formularza ofertowego
3.	Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków
4.	Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
5.	Wzór wykazu dostaw lub usług
6.	Wzór wykazu robót budowlanych
7.	Wzór wykazu osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia
8.	Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
9.	Wzór oświadczenia dotyczącego materiałów budowlanych
10.	Projekt umowy
11.	Koncepcja (rysunek) pracowni rtg

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Ogólna charakterystyka zamówienia:

Dostawa i montaż aparatu rtg wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię rtg w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku,

1. Zakres przedmiotowy:

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH I GRANICZNYCH

I	Aparat rtg do zdjęć kostno-płucnych z kolumną podłogową	Parametry wymagane w tym graniczne	Parametry oferowane	Ocena
1	Nazwa i typ urządzenia	Podać		
2	Rok produkcji - nie wcześniej, niż 2015 rok	Tak, podać rok		
3	Aparat nierekondycjonowany, nie powystawowy	Tak		
4	Cały aparat objęty jednym Certyfikatem CE	Tak		
5	Aparat powinien posiadać zgłoszenie/wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych dopuszczające do użytkowania na terenie RP jeśli jest wymagane zgodnie z ustawą o Wyrobach Medycznych	Tak		
6	Możliwość obsługi kaset analogowych i paneli cyfrowych DR	Tak		
7	<p>Kompletny zestaw fantomów i sprzętu dodatkowego wraz z oprogramowaniem do oceny i archiwizacji testów na potrzeby przeprowadzania wszystkich testów podstawowych fizycznych parametrów aparatów rentgenowskich w cyfrowej radiografii ogólnej wyposażonych w system AEC, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.</p> <p>Konfiguracja minimalna: fantom Pro-Digi (lub równoważny), filtr absorpcyjny Al 25 mm, filtr absorpcyjny Cu 1mm, zestaw płyt PMMA do testów AEC, maska ołowiana do testowania komór systemu AEC</p> <ul style="list-style-type: none"> - uchwyt do fantomu do statywu do zdjęć płucnych, - w pełni automatyczny dozymetr, mierzone parametry minimum: dawka, czas, moc dawki, HVL, pulsy, - instrukcja obsługi z dokładnym opisem wykonania każdego testu oraz formularze do zapisywania ich wyników - oprogramowanie dedykowane do przeprowadzania testów 	Tak		

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa i montaż aparatu rtg do zdjęć kostnych i płucnych wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię rtg
w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku

II	Kolumna podłogowa z lampą rtg	Parametry wymagane w tym graniczne	Parametry oferowane	Ocena
1	Kołpak z lampą rtg zawieszony na kolumnie podłogowej	Tak		
2	Kolumna oraz zespół szyn niezintegrowane ze stołem (niezamocowane mechanicznie do stołu)	Tak		
3	Kolumna na dwóch oddzielnych aluminiowych szynach podłogowych	Tak		
4	Szyny w kształcie najazdów (trapez lub półkole) umożliwiające przejechanie wózkiem lub łóżkiem mobilnym	Tak		
5	Wysokość szyn	≤ 20 mm		
6	Ruch głowicy lampy umożliwiający wykonywanie badań pacjenta w pozycji pionowej na stojaku płucnym, na stole stacjonarnym i stole mobilnym (np. na łóżku pacjenta)	Tak		
7	Wzdłużny ruch wózka z kolumną kołpaka rtg	≥ 240 cm		
8	Zakres obrotu kołpaka z lampą RTG wokół osi poziomej	$\geq +120^\circ/- 120^\circ$ z zatrzymaniem co 90°		Punktacja > 120° - 1 pkt
9	Zakres obrotu kołpaka z lampą RTG wokół osi pionowej	$\geq +90^\circ/- 90^\circ$ z zatrzymaniem co 90°		Punktacja > 90° - 1 pkt
10	Możliwość odchylenia lampy od osi pionowej			Punktacja Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt
11	Wysięg ramienia z lampą (odległość ognisko-oś obrotu kolumny)	> 70 cm		
12	Wskaźnik odległości SID do stojaka	Tak		
13	Zakres dostępnych SID dla zdjęć na stole	min. 100-150 cm		
14	Zakres pionowego ruchu wysięgnika kołpaka z lampą rtg	≥ 150 cm		Punktacja ≥ 160 cm - 1 pkt
15	Minimalna wysokość ogniska lampy nad podłogą	≤ 40 cm		
16	Maksymalna wysokość ogniska lampy nad podłogą	≥ 180 cm		
17	Obrotowy kolimator z przesłonami prostokątnymi i lokalizatorem świetlnym	Tak		
18	Hamulce elektromagnetyczne	Tak		
19	Wielofunkcyjny panel sterowania wszystkimi hamulcami	Tak		

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa i montaż aparatu rtg do zdjęć kostnych i płucnych wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię rtg
w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku

III	Uniwersalny stół radiologiczny do zdjęć kostnych	Parametry wymagane w tym graniczne	Parametry oferowane	Ocena
1	Szuflada Bucky akceptuje kasety o rozmiarach	od 18 x 24 cm do 35 x 43 cm		
2	Stół nieruchomy (przymocowany na stałe do podłogi) z „pływający blatem”	Tak		
3	Ruchoma kratka przeciwrozproszeniowa – minimum 36 linii/cm, $R \geq 10:1$, $F_0 = \text{min } 100 \text{ cm}$, wyposażona we wbudowany nożny ogranicznik regulacyjny	Tak		
4	Odstęp: stół- płaszczyzna zdjęcia	$\leq 7,5 \text{ cm}$		Punktacja $\leq 7\text{cm} - 1 \text{ pkt}$
5	System centrowania kaset	Tak		
6	Oscylacyjna kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez użycia narzędzi	Tak		
7	Kratka przeciwrozproszeniowa z pozycją parkującą poza wiązką promieniowania X umożliwiającą wykonywanie badań pediatrycznych i ekspozycji w trybie „bez kratki”	Tak		
8	Blat z widocznymi aluminiowymi szynami ochronnymi przed uderzeniami w stół	Tak		
9	Blat stołu			
10	Długość blatu:	min. 200 cm		Punktacja $\geq 210 \text{ cm}$ - 1 pkt
11	Szerokość blatu	min. 80 cm		Punktacja $\geq 85 \text{ cm}$ - 1 pkt
12	Regulowana wysokość blatu	min. $\leq 55 \text{ cm}$ max. $\geq 80 \text{ cm}$		Punktacja min. ≤ 50 - 1 pkt max. ≥ 85 -1 pkt
13	Szybkość pionowego elektrycznego ruchu stołu	$\geq 20 \text{ mm/s}$		Punktacja $\geq 22 \text{ mm/s}$ - 1 pkt
14	Przesuw wzdłużny stołu	min 40 cm w lewo, 40 cm w prawo		
15	Przesuw poprzeczny stołu	min +/-20 cm		Punktacja $\geq 25 \text{ cm}$ - 1 pkt
16	Max. obciążenie stołu	$\geq 200\text{kg}$		Punktacja $\geq 220 \text{ kg}$ - 1 pkt
17	Ekwiwalent pochłaniania płyty pacjenta	$\leq 0,5 \text{ mm Al.}$ dla 70kV		
18	Dopuszczalne obciążenie płyty pacjenta bez ograniczenia ruchów stołu	$\geq 220 \text{ kg}$		
19	Blokada antykolizyjna dla pionowego ruchu stołu	Tak		
20	System automatycznego centrowania/powrotu do pozycji zerowej blatu	Tak		
21	Trójpolowa komora jonizacyjna stołu	Tak		
22	Uchwyty dla pacjenta po dwóch stronach stołu	Tak		
23	Odblokowywanie przemieszczania blatu stołu przyciskami nożnymi lub ręcznymi	Tak		

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa i montaż aparatu rtg do zdjęć kostnych i płucnych wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię rtg
w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku

IV	Uniwersalny statyw do zdjęć odległościowych wraz z kratką Bucky, zamocowaniem i uchwytem kasetowym	Parametry wymagane w tym graniczne	Parametry oferowane	Ocena
1	Kratka przeciwrozproszeniowa ruchoma minimum 36 lini/cm, R ≥ 10:1 F ₀ = min 150 cm	Tak,		
2	Komora pomiarowa automatyki AEC min. 3 - połowa	Tak		
3	Min. wysokość środka kasety do podłogi	≤ 40 cm		Punktacja < 38 cm - 1 pkt
4	Zakres pionowego ruchu szuflady z detektorem	≥ 150 cm		Punktacja > 160 cm - 1 pkt
5	Minimalna odległość płyta statywu-kaseta ≤ 50 mm	Tak,		
6	Ekwiwalent pochłaniania płyty statywu	≤ 0,7mm Al.		
7	Trwałe oznaczenie obszaru aktywnego detektora oraz położenia komór jonizacyjnych systemu AEC	Tak		

V	Całkowicie automatyczny, wysokoczęstotliwościowy generator wysokiego napięcia	Parametry wymagane w tym graniczne	Parametry oferowane	Ocena
1	Moc generatora	min 50 kW		
2	Częstotliwość generatora	min 120 kHz		
3	Układ APR (anatomicznie programowana radiografia) ilość programów	≥ 500		Punktacja >1000 - 1 pkt
4	Obciążenie cieplne lampy kontrolowane jest w sposób ciągły przy ekspozycjach krótkich oraz długich	Tak		
5	Układ kontrolujący warunki ekspozycji umożliwia automatyczną korekcję ustawionych warunków pracy	Tak		
6	Zakres warunków ekspozycji:			
7	Napięcie	40kV - 150kV		
8	Czas ekspozycji	Min = 0,001s Max ≥ 6s		
9	Możliwość wykonywania ekspozycji bez udziału detektora np. awaryjnie na kasetach CR lub analogowych	Tak		
10	Ręczny dobór parametrów ekspozycji (technika trójpunktowa)	tak		
11	Zasilanie trójfazowe	Tak		
12	Jedna wspólna konsola dla generatora i systemu pozyskiwania i przetwarzania obrazu	Tak		
13	Ilość dedykowanych programów anatomicznych w języku polskim wybierane z graficznego atlasu anatomicznego,	≥ 1000		
14	Jedna wspólna konsola dla generatora i systemu pozyskiwania i przetwarzania obrazu	Tak		
15	Konsola zintegrowana z miernikiem dawki DAP. Wyświetlenie dawki na ekranie dotykowym konsoli	Tak		

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa i montaż aparatu rtg do zdjęć kostnych i płucnych wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię rtg
w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku

V	Całkowicie automatyczny, wysokoczęstotliwościowy generator wysokiego napięcia	Parametry wymagane w tym graniczne	Parametry oferowane	Ocena
16	Kolorowy, dotykowy ekran generatora z graficznym interfejsem użytkownika	Tak		
17	Dźwiękowa i świetlna sygnalizacja ekspozycji	Tak		
18	Graficzne pole wyboru stanowiska pracy	Tak		
19	Świetlna i tekstowa sygnalizacja stanu ekspozycji (min. przygotowanie, wirowanie, ekspozycja)	Tak		
20	Współpraca z innymi zamiennikami oferowanej lampy-podać min 1 zamiennik i producenta	Tak		
21	Grubość pacjentów w tym projekcje pediatryczne - podać	min 4		
22	Dedykowany fabryczny interkom pomiędzy sterownią a pokojem badań wbudowany w konsolę operatora	Tak		
23	Dostęp serwisowy do systemu poprzez Internet	Tak		

VI	Lampa	Parametry wymagane w tym graniczne	Parametry oferowane	Ocena
1	Typ, model, producent	podać		
2	Zespół lampy rtg z wirującą anodą	Tak		
3	Wielkość małego ogniska	≤ 0.6 mm		
4	Wielkość dużego ogniska	≥ 1.2 mm		
5	Moc małego ogniska [kW]	≥ 20 KW		
6	Moc dużego ogniska [kW]	≥ 60 KW		
7	Pojemność cieplna anody	≥ 300 kHU		
8	Rzeczywiste obroty anody	≥ 3000obr/min		
9	Pojemność cieplna kołpaka [kHU]	≥ 1200kHU		
10	Szybkość chłodzenia anody	≥ 80 kHU/minuta		
11	Wyświetlanie % wykorzystania ciepłego lampy rtg	Tak		
12	Starter lampy rtg	Tak		
13	Kolimator promieni RTG -automatyczny/ręczny	Tak/podać		Punktacja ręczny -0 pkt aut. - 2 pkt
14	Kable wysokiego napięcia, o długości wynikającej z projektu	Tak		
15	Miernik wartości dawki ekspozycji-przesyłanie i wyświetlanie dawki na konsoli technika	Tak		
16	Kolimator z oświetleniem halogenowym lub ledowym pola obrazowania, wskaźnik ułatwiający centrowanie kasety RTG	Tak		
17	Filtry utwardzające wiązkę o ekwiwalencji 0.1 mm Cu oraz 0,2 mm Cu, niezasłaniające wiązki świetlnej kolimatora, wbudowane w kolimator	Tak		
18	Obrót kolimatora	≥ +/- 90°		
19	Dotykowy panel LCD na kołpaku umożliwiający regulację warunków ekspozycji, wybór stanowiska pracy, wyświetlanie kąta obrotu lampy	Tak		

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa i montaż aparatu rtg do zdjęć kostnych i płucnych wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię rtg
w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku

VII	Stacja lekarska dla rtg i TK - 1 szt.	Parametry wymagane w tym graniczne	Parametry oferowane	Ocena
1	Typ, model, producent	podać		
2	Oprogramowanie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny i posiadające właściwy dla urządzenia/oprogramowania dokument stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC w klasie IIa	Tak		
3	Procesor czterordzeniowy min. 2,4 GHz	Tak		
4	Dysk twardy: min 1 x 1 TB, 7200 rpm	Tak		
5	Pamięć RAM min. 4GB	Tak		
6	Medyczna karta graficzna do monitorów diagnostycznych min 1 GB	Tak		
7	<ul style="list-style-type: none"> - 2 x monitor diagnostyczny monochromatyczny, 2 MPix, pionowy, LCD, o przekątnej min. 21" - kontrast min. 1000:1 - jasność min. 1100 cd/m² - rozdzielczość co najmniej 1 200 x 1 600 pikseli - przedni panel zabezpieczający ekran - monitory fabrycznie parowane 	Tak		
8	1 monitor roboczy/opisowy LCD o przekątnej min. 19" -kolor, rozdzielczość min. 1 600 x 900, jasność min-250 cd/m ² , kontrast min. 1000:1, kąty widzenia pionowy/poziomy min. 160°/160°	Tak		
9	Monitory diagnostyczne i monitor kolorowy podłączone do jednego komputera i obsługiwane za pomocą jednej klawiatury i myszy	Tak		
10	Zestaw kalibracyjny dla monitorów medycznych kolorowych i monochromatycznych	Tak		
11	Oprogramowanie - system operacyjny Windows min. 7 PRO 64	Tak		
12	Min 2 x USB	Tak		
13	Klawiatura + mysz optyczna	Tak		
14	DVD RW, nagrywanie na lokalnej nagrywance na płytę CD lub DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM	Tak		
15	Karta sieciowa 100/1000 Mbps	Tak		
16	Dostęp serwisowy do systemu poprzez Internet	Tak		

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa i montaż aparatu rtg do zdjęć kostnych i płucnych wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię rtg
w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku

VIII	Oprogramowanie stacji lekarskiej - 1 szt.	Parametry wymagane w tym graniczne	Parametry oferowane	Ocena
1	Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się	Tak		
2	Odczyt badań z płyty CD/DVD oraz docelowo z systemu PACS	Tak		
3	Otwieranie badań diagnostycznych z urządzeń typu CR/DR/MG/MR/USG/RF i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych	Tak		
4	Odczyt formatów JPEG i TIFF	Tak		
5	Możliwość jednoczesnego przeglądania badań pobranych z różnych źródeł	Tak		
6	Interfejs użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim wraz z systemem pomocy	Tak		
7	Instrukcja obsługi w języku polskim	Tak		
8	Dostęp do aplikacji tylko po zalogowaniu się użytkownika	Tak		
9	Możliwość wyświetlenia jednocześnie co najmniej 2 rodzajów badań tego samego pacjenta	Tak		
10	Możliwość wyświetlenia jednocześnie co najmniej 2 rodzajów badań różnych pacjentów	Tak		
11	Możliwość podziału ekranu w różne konfiguracje w celu wyświetlania wielu obrazów	Tak		
12	Aplikacja stacji diagnostycznej pozwalająca wyszukiwać oraz wyświetlać co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, PESEL, rodzaj badania, opis badania	Tak		
13	Możliwość wyświetlania badania wielowarstwowego TK, w formie filmu	Tak		
14	Obsługa jedno i wieloramkowego wyświetlania obrazów ultrasonograficznych	Tak		
15	Funkcjonalność przypisania skrótów klawiszom funkcyjnym	Tak		
16	Funkcjonalność - przełączanie się pomiędzy obrazami w badaniu według minimum poniższych metod: - obraz po obrazie - tylko pomiędzy zaznaczonymi „istotnymi” obrazami	Tak		
17	Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min. tryby: - pojedynczy monitor - na każdym monitorze wyświetlane są różne badania - dwa monitory - na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie	Tak		
18	Możliwość wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań	Tak		
19	Automatyczne dostosowywanie wartości jasności i kontrastu dla całego obrazu na podstawie wskazanego przez użytkownika obszaru zainteresowania	Tak		
20	Możliwość scalania wszystkich dostępnych serii w jedną serię	Tak		

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa i montaż aparatu rtg do zdjęć kostnych i płucnych wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię rtg
w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku

VIII	Oprogramowanie stacji lekarskiej - 1 szt.	Parametry wymagane w tym graniczne	Parametry oferowane	Ocena
21	Możliwość ręcznego łączenia dwóch lub więcej serii	Tak		
22	Możliwość sortowania obrazów w serii badania; dostępne sortowanie rosnąco i malejąco; dostępne kryteria sortowania min.: <ul style="list-style-type: none"> - numer obrazu - czas akwizycji obrazu - lokalizacja warstwy 	Tak		
23	Możliwość dodania dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 16 znaków	Tak		
24	Funkcjonalność tworzenia własnych makr wyświetlających listę badań min. tylko dzisiejszych, zakres dat, tylko badań z danego urzędnia diagnostycznego, tylko do opisu	Tak		
25	Możliwość tworzenia istotnego obrazu oraz serii z jego oznakowaniem	Tak		
26	Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie	Tak		
27	Możliwość usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika	Tak		
28	Funkcja obrotu obrazu o 180° oraz o 90° stopni w lewo/w prawo	Tak		
29	Funkcja płynnego obrotu obrazu o dowolnie wybrany przez użytkownika kąt	Tak		
30	Pomiary kątów i odległość	Tak		
31	Funkcja DICOM Window/Level w czasie rzeczywistym	Tak		
32	Wyostżanie krawędzi, interpolacja	Tak		
33	Możliwość bezstopniowego powiększenia oraz powiększenia wycinka obrazu: <ul style="list-style-type: none"> - powiększanie stopniowe - powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu - powiększenie 1:1 - powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania - powiększanie od dowolnie wybranego punktu na obszarze obrazu 	Tak		
34	Zmiana okna w czasie rzeczywistym	Tak		
35	Adnotacje na obrazie (tekst, kąty odległości, gęstość, statystyka)	Tak		
36	Wybór obrazów odpowiednich dla diagnozy	Tak		
37	Pomiary i funkcje statystyczne (kąty, odległości, gęstości, ROI itp.)	Tak		
38	Funkcje filtracji (krawędziowe, interpolacja itp.)	Tak		
39	Obroty, odbicie lustrzane, inwersja	Tak		
40	Tryb filmowy	Tak		
41	Tryb porównywania i zmiennego wyświetlania	Tak		
42	Różne układy wyświetlania (2 x 2, 3 x 3 itp.)	Tak		

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa i montaż aparatu rtg do zdjęć kostnych i płucnych wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię rtg
w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku

VII	Oprogramowanie stacji lekarskiej - 1 szt.	Parametry wymagane w tym graniczne	Parametry oferowane	Ocena
43	Eksport danych (JPEG, TIFF, BMP itp.) i wydruki wysokiej jakości na papierze	Tak		
44	Wykonywanie opisów badań	Tak		
45	Automatyczne umieszczanie danych personalnych w treści opisu	Tak		
46	Automatyczne dołączanie obrazu wykonanego opisu do obrazów badania w archiwum lokalnym / zdalnym (praca w trybie teleradiologia)	Tak		
47	Praca w trybie lokalnym i zdalnym (teleradiologia)	Tak		
48	Możliwość indywidualnego predefiniowania fragmentów tekstu do wklejenia do treści opisu	Tak		
49	Możliwość przesuwania obrazu lub grupy obrazów w obu osiach jednocześnie	Tak		
50	Dostęp do nie zatwierdzonych opisów z możliwością edycji tylko dla lekarza radiologa	Tak		
51	Dostęp do zatwierdzonych opisów (odczyt) dla upoważnionych użytkowników sieci	Tak		
52	Możliwość indywidualnego definiowania wyglądu wydruku opisu badania,	Tak		
53	Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznej nie przypisana do hardware komputera	Tak		
54	Umieszczanie na obrazie adnotacji tekstowych i graficznych w standardzie DICOM oraz możliwość usuwania oraz przemieszczania adnotacji	Tak		
55	Możliwość wydruku/eksportu obrazów: Obsługa wydruków papierowych wysokiej jakości oraz wybór informacji zawartych na wydruku	Tak		
56	Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print oraz na drukarce systemowej na papierze	Tak		
57	Dyktafon do nagrywania opisów badań radiologicznych	Tak		
58	Oprogramowanie stacji diagnostycznej zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC	Tak		
59	Oprogramowanie w języku polskim wraz z pomocą kontekstową	Tak		
60	Drukarka laserowa A4 do wydruku opisów badań: <ul style="list-style-type: none"> - nominalna prędkość druku ≥ 14 str./min - rozdzielczość w pionie min. 600 dpi - rozdzielczość w poziomie min. 600 dpi - normatywny cykl pracy min. 5 000 str./miesiąc - pojemność podajnika papieru min. 150 szt. 	Tak		

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa i montaż aparatu rtg do zdjęć kostnych i płucnych wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię rtg
w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku

IX	Stacja technika - 1 szt.	Parametry wymagane w tym graniczne	Parametry oferowane	Ocena
1	Typ, model, producent	podać		
2	Oprogramowanie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny i posiadające właściwy dla urządzenia/oprogramowania dokument stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC w klasie IIa	Tak		
3	Oprogramowanie stacji technika producenta skanera dedykowane do oferowanego systemu	Tak		
4	Komputer, minimalne wymagania: procesor min. czterordzeniowy, min 2,80 GHz, min 2 GB RAM, dysk twardy min. 2 x 2 TB RAID, sieć 100/100 Mbit/s ,klawiatura, mysz optyczna Oprogramowanie - system operacyjny 64 bitowy	Tak		
5	Napęd DVD RW, nagrywanie na lokalnej nagrywarce na płytę CD lub DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM	Tak		
6	Nagrywanie płyt CD dla pacjentów wraz z przeglądarką zgodną z DICOM	Tak		
7	Monitor, minimalne wymagania: LCD kolorowy, ekran dotykowy min. 19", jasność min 230 cd/m ² , rozdzielczość pionowa i pozioma ≥ 1024, dedykowany do zastosowań, matryca min. 1,2 Mpiksela, min. kontrast 600:1, min. kąty widzenia pionowy/poziomy 160°/160°	Tak		
8	Uchwyt podłogowy do stacji technika	Tak		
9	Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się. Logowanie wielopoziomowe z podziałem na role	Tak		
10	Wiązanie danych pacjenta z płytą przed lub po ekspozycji, bez potrzeby wprowadzania identyfikatora z klawiatury	Tak		
11	Pobieranie listy pacjentów z systemu poprzez mechanizm DICOM WORKLIST. Połączenie z systemem Asseco(System Infomedica i AMMS jaki posiada Zamawiający), moduł Zlecenia	Tak		
12	Możliwość wpisywania danych pacjenta bezpośrednio na stanowisku technika	Tak		
13	Możliwość zmiany danych pacjenta po zeskanowaniu płyty	Tak		
14	Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania	Tak		
15	Przesyłanie obrazu w formacie DICOM na stację lekarską, drukarkę, serwer PACS	Tak		
16	Zdefiniowane procedury w języku polskim z możliwością edycji i dodawania własnych	Tak		
17	Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie rodzaju badania	Tak		
18	Oprogramowanie do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych	Tak		

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa i montaż aparatu rtg do zdjęć kostnych i płucnych wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię rtg
w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku

IX	Stacja technika - 1 szt.	Parametry wymagane w tym graniczne	Parametry oferowane	Ocena
19	Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku	Tak		
20	Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta)	Tak		
21	Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaciemnienia i kontrastu, powiększanie, obracanie, funkcja pozytyw - negatyw	Tak		
22	Powiększanie obrazu i lupa	Tak		
23	Dodawanie do obrazu skali centymetrowej	Tak		
24	Wykonywanie pomiarów w zakresie: pomiar odległości, pomiar kąta	Tak		
25	Adnotacje graficzne - linie, strzałki, koła, kwadraty, tekstowe	Tak		
26	Kalibracja obrazu względem naświetlanego obiektu odniesienia(pomiary wielkości rzeczywistych)	Tak		
27	Możliwość przypisywania kasety do pacjenta za pomocą czytnika kodów kreskowych	Tak		
28	Kolimacja obrazu wielokątna i owalna	Tak		
29	Dodawanie ,wiązanie danych pacjenta z płytą przed lub po ekspozycji, bez potrzeby wprowadzania identyfikatora z klawiatury	Tak		
30	Wykrywanie podziału kasety	Tak		
31	Moduł zlecenia badań dla skanera	Tak		
32	Możliwość otwarcia badań pacjentów w standardzie DICOM z płyty CD/DVD lub dysków USB wraz z możliwością importu do systemu	Tak		
33	Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia	Tak		
34	Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki przeciwrozproszeniowej	Tak		
35	Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej	Tak		
36	Wyświetlany na ekranie znacznik umożliwiający jednoznaczną identyfikację kierunku i narożnika kasety	Tak		
37	Funkcjonalność prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg techników. Analiza zdjęć przeeksponowanych, niedoeksponowanych i korygowanych przez techników umożliwiająca optymalizację procesu obróbki i poprawę jakości otrzymanych obrazów. Statystyka ilości ekspozycji dla danej kasety	Tak		
38	Funkcjonalność wpisywania do systemu danych o parametrach ekspozycji z aparatu RTG (kV mAs)	Tak		
39	Wyświetlanie współczynnika ekspozycji zgodnie z IEC	Tak		
40	Możliwość odrzucenia badania z możliwością podania przyczyny z zapisaniem do pliku	Tak		

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa i montaż aparatu rtg do zdjęć kostnych i płucnych wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię rtg
w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku

IX	Stacja technika - 1 szt.	Parametry wymagane w tym graniczne	Parametry oferowane	Ocena
41	Interfejs użytkownika w języku polskim z obsługą polskich znaków diakrytycznych	Tak		
42	Dostęp serwisowy do systemu poprzez Internet	Tak		

X	Skaner płyt obrazowych - 1 szt.	Parametry wymagane w tym graniczne	Parametry oferowane	Ocena
1	Typ, model, producent	podać		
2	nowy, nierekondycjonowany, niepowystawowy, rok produkcji 2015	Tak		
3	Skanowanie wszystkich zamawianych płyt ogólnodiagnostycznych z rozdzielczością min. 10 pikseli/mm	Tak		
4	Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset, co najmniej kasety ogólnodiagnostyczne formatów: 18 x 24 cm, 24 x 30 cm, 35 x 35cm, 35 x 43 cm,	Tak		
5	Możliwość wyboru kasowania płyty z poziomu technika (dotyczy kasowania niezależnego od cyklu odczytu)	Tak		
6	Możliwość awaryjnego wyjęcia kasety z płytą obrazową przez technika bez konieczności ingerencji serwisu	Tak		
7	Głębina szarości obrazu generowanego i wysyłanego do stacji roboczej ≥ 12 bitów	Tak		
8	Wydajność skanowania płyt 35 x 43 cm z rozdzielczością 10 pikseli/mm ² - min. 40 płyt/godz.	Tak		
9	Podtrzymywanie baterijne systemu umożliwiające zakończenie cyklu skanowania płyty i przesłanie obrazów w przypadku zaniku prądu	Tak		
10	Możliwość rozbudowy o mammografię z obsługą kaset igłowych	Tak		
11	Zdalny nadzór i serwisowanie urządzenia	Tak		
12	Automatyczne raportowanie przez urządzenie sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego bez udziału obsługi przez Internet	Tak		
13	Automatyczne informowanie użytkownika o konieczności wykonania przeglądu okresowego	Tak		
14	Skaner (czytnik) zarejestrowany/zgłoszony w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadający w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego, stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC	Tak		
15	Fartuchy ochronne 0,5 mm PB – szt. 2, zestaw osłon na gonady i tarczycę	Tak		
16	Zestaw pozycjonerów radiologicznych	Tak		

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa i montaż aparatu rtg do zdjęć kostnych i płucnych wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię rtg
w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku

XI	Kasety z płytami obrazowymi (fabrycznie nowe, rok produkcji 2015, nie powystawowe)	Parametry wymagane w tym graniczne	Parametry oferowane	Ocena
1	Producent, nazwa, typ	podać		
2	Fabrycznie nowe, rok produkcji 2015, nie powystawowe	Tak		
3	Ogólnodiagnostyczne 35 x 43 cm - szt. 3	Tak		
4	Ogólnodiagnostyczne 35 x 35 cm - szt. 3	Tak		
5	Ogólnodiagnostyczne 24 x 30 cm - szt. 3	Tak		
6	Ogólnodiagnostyczne 18 x 24 cm - szt. 3	Tak		
7	Ogólnodiagnostyczna 35 x 43 cm z kratką przeciwrozproszeniową do zdjęć przyłóżkowych - szt. 1	Tak		
8	Kasety nie zintegrowane z ekranem	Tak		
9	Wszystkie zamawiane ogólnodiagnostyczne płyty obrazowe - skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm	Tak		
10	Gwarancja producenta na każdą pojedynczą płytę obrazową przez okres eksploatacji nie mniejszy niż 24 miesiące oraz nie mniej niż deklarowaną ilość cykli, minimum 40 000 cykli odczytu i kasowania kasety	Tak, podać		
11	Sztywne ekrany zapewniające bezdotykowy transport i odczyt	Tak		
12	Obróbka wszelkich formatów kaset wykonywana całkowicie automatycznie przez skaner, bez potrzeby ręcznego przekładania przez obsługę	Tak		
13	Kasety i płyty obrazowe zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej I dla kaset i co najmniej IIa dla płyt obrazowych lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej I dla kaset i co najmniej IIa dla płyt obrazowych stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC	Tak		

XII	Gwarancja i serwis	Parametry wymagane w tym graniczne	Parametry oferowane	Ocena
1	Okres gwarancji [ilość miesięcy]	≥ 24 mies.		Punktacja 24 mies. - 0 pkt 36 mies. - 2 pkt
2	Gwarancja dostępności serwisu i części zamiennych [ilość lat]	≥ 10		
3	Dokument wystawiony przez producenta dotyczący autoryzacji Wykonawcy w zakresie serwisu na terenie Polski urządzenie będącego przedmiotem zamówienia.	Tak		
4	Instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny, karta gwarancyjna	Tak		

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa i montaż aparatu rtg do zdjęć kostnych i płucnych wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię rtg
w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku

XII	Gwarancja i serwis	Parametry wymagane w tym graniczne	Parametry oferowane	Ocena
5	Szkolenie użytkowników w zakresie dostarczanych urządzeń i oprogramowania	Tak		
6	Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych po instalacji aparatu na koszt Wykonawcy	Tak		
7	Liczba przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w ciągu roku)	podać		
8	Bezpłatny serwis w okresie gwarancji, w tym przeglądy wg zaleceń producenta	Tak		
9	Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę w dni robocze	Tak		
10	Maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii do 48 godz. w dni robocze	≤ 48 h		
11	Czas naprawy aparatu w przypadku konieczności wymiany części lub podzespołów [liczba dni roboczych]	≤ 5 dni roboczych		
12	Czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów (w dni robocze)	≤ 72 h		
13	Termin realizacji max. 60 dni od daty podpisania umowy	Tak		


XIII	Zakres robót adaptacyjnych przystosowania pomieszczeń na pracownię rtg	Parametry wymagane w tym graniczne	Parametry oferowane	Ocena
1	Wykonanie robót budowlanych polegających na wyburzeniu istniejącej ścianki działowej, wydzieleniu pomieszczeń przebieralni i sterowni	Tak		
2	Wstawienie otworów drzwiowych: <ul style="list-style-type: none"> - drzwi dwuskrzydłowe konstrukcji aluminium otwierane i jednoskrzydłowe drzwi technologiczne (wg projektu osłon) - drzwi wewnętrzne z przebieralni na korytarz, płytynowe z okleiną o podwyższonej odporności na zniszczenie 	Tak		
3	Pozostałe roboty ogólnobudowlane: <ul style="list-style-type: none"> - posadzki, wykładzina rulonowa zgrzewana w wykonaniu antyelektrostatycznym - sufit podwieszany, panelowy - ściany malowane lub okładzina (zgodnie z projektem osłon) 	Tak		
4	Wykonanie instalacji elektrycznej: <ul style="list-style-type: none"> - podłączenie do istniejącej ZK w odległości około 20 m (wymagane uzgodnienie możliwości z serwisem tomografu komputerowego) lub w odległości około 30 m (rozdzielnia w podpiwniczeniu budynku) - wykonanie instalacji oświetleniowej - wykonanie instalacji technologicznych związanych z pracownią rtg 	Tak		
5	Wykonanie robót naprawczo – malarskich w korytarzu przy rtg	Tak		
6	Koncepcję pracowni rtg stanowi zał. nr 9 do siwz	Tak		

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa i montaż aparatu rtg do zdjęć kostnych i płucnych wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię rtg
w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku

XIV	Inne	Parametry wymagane w tym graniczne	Parametry oferowane	Ocena
1	Montaż i uruchomienie oferowanego urządzenia Koszt należy w kalkulować w cenę oferty	Tak		
2	W ramach oferowanej ceny Wykonawca zobowiązany jest, po dokonanej instalacji, do odebrania wszystkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie oraz innych niewykorzystanych materiałów oraz ich utylizację na własny koszt	Tak		
3	Wykonawca wykona projekt i dokumentację techniczną wg załączonej koncepcji	Tak		
4	Wykonawca wykona projekt osłon stałych i uzgodni z Państwowym Inspektorem Sanitarnym	Tak		
5	Wykonawca zmodernizuje pomieszczenie aparatu rtg wg opracowanej dokumentacji. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym lokalizację aparatu w pomieszczeniu. Koszt modernizacji pomieszczenia należy w kalkulować w cenę oferty	Tak		
6	Wykonawca dokona testów akceptacyjnych i badania skuteczności osłon radiologicznych na własny koszt	Tak		

Uwaga:

Maksymalna możliwa do uzyskania w zakresie kryterium: Jakość (parametry techniczne) liczba punktów wynosi 19.



WZÓR FORMULARZA OFERTY

**Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Kościuszki 1, 37-400 Nisko**

Nawiązując do przetargu nieograniczonego znak Z.II.2300/Zp/26/2015 ogłoszonego w Biuletynie zamówień Publicznych w dniu __.__.2015 pozycja _____ oraz na stronie internetowej: www.szpital-nisko.pl, na: **„Dostawę i montaż aparatu rtg do zdjęć kostnych i płucnych wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię rtg w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku”** oferujemy realizację dostaw i robót budowlanych objętych przetargiem, zgodnie z wymogami Opisu Przedmiotu Zamówienia za cenę: _____ zł (bez VAT), (słownie: _____)

Cena brutto (z VAT) _____ zł, słownie: _____

1. Wartość aparatu rtg wynosi: _____ **zł brutto** (słownie: _____), w tym należny podatek VAT w wysokości: (słownie: _____)
2. Wartość robót adaptacyjnych wynosi: _____ **zł brutto** (słownie: _____), w tym należny podatek VAT w wysokości: (słownie: _____)

Termin realizacji zamówienia wynosi: _____ dni.

Termin płatności oferowany zamawiającemu za dostawę aparatu rtg wynosi: _____ dni.

Płatność za roboty adaptacyjne pomieszczeń na pracownię rtg: 6 rat miesięcznych.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. do dnia: _____.
3. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / zamierzamy zlecić podwykonawcom*).
4. Wadium w kwocie _____ zł zostało wniesione w dniu __/__/2015 r. w formie _____.
5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt ogólnych warunków umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi.
6. Osoba(y) uprawnione do podpisania umowy: _____

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa i montaż aparatu rtg do zdjęć kostnych i płucnych wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię rtg
w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku


7. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- (1) _____
- (2) _____
- (3) _____
- (4) _____
- (5) _____
- (6) _____
- (7) _____
- (8) _____
- (9) _____
- (10) _____ *

) - niepotrzebne skreślić

..... dnia

.....
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy



O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w trybie **przetarg nieograniczony** na:


Dostawę i montaż aparatu rtg do zdjęć kostnych i płucnych wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię rtg w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku

oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..... dnia

.....
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy



O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w trybie **przetarg nieograniczony** na:

Dostawę i montaż aparatu rtg do zdjęć kostnych i płucnych wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię rtg w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;


- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
- wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.);
- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

..... dnia

.....
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy



WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW LUB USŁUG

Nazwa Wykonawcy: _____

Adres Wykonawcy: _____


Telefon: _____ Fax: _____

L.p.	Rodzaj wykonanych dostaw lub usług	Miejsce wykonania dostaw lub usług	Data wykonania dostaw lub usług	Wartość brutto wykonanych dostaw lub usług w zł

Wykaz ważniejszych dostaw lub usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.

..... dnia

.....
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy



WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa Wykonawcy: _____

Adres Wykonawcy: _____


Telefon: _____ Fax: _____

L.p.	Rodzaj wykonanych robót budowlanych	Miejsce wykonania robót budowlanych	Data wykonania robót budowlanych	Wartość brutto wykonanych robót budowlanych w zł

Wykaz ważniejszych robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.

..... dnia

.....
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy



WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA
WRAZ Z ICH KWALIFIKACJAMI

Nazwa Wykonawcy: _____


Adres Wykonawcy: _____

Telefon: _____ Fax: _____

L.p.	Nazwisko i imię	Wykształcenie	Przewidziana funkcja	Doświadczenie zawodowe	Nr i rodzaj uprawnień

..... dnia

.....
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy



**Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej¹.**

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału/ofertę² w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony** na:

Dostawę i montaż aparatu rtg do zdjęć kostnych i płucnych wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię rtg w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku

działając na podstawie art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

składamy listę podmiotów, wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907, z późn. zm.):

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres podmiotu
1		
2		
3		

informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907, z późn. zm.).


..... dnia

.....
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

¹ Należy zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej, konieczne jest wymienienie w tabeli wszystkich członków tej grupy kapitałowej

² Niepotrzebne skreślić



O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w trybie **przetarg nieograniczony** na:

Dostawę i montaż aparatu rtg do zdjęć kostnych i płucnych wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię rtg w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku

oświadczamy, że: w przypadku wyboru naszej oferty do realizacji rzeczowej robót dotyczących realizacji zadania:

Zastosujemy materiały odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Art. 10 Prawo Budowlane tj.:

- posiadające wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- posiadające certyfikat zgodności z obowiązującymi normami (Polską Normą lub europejską normą zharmonizowaną),
- posiadające dokument w postaci oświadczenia wskazującego, że zapewniono zgodność wyrobu z dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami (dla wyrobów wykonywanych wg indywidualnej dokumentacji technicznej),

Na każde żądanie Zamawiającego zobowiązujemy się okazać w/w dokumenty dla żądanych, wbudowywanych materiałów.

..... dnia

.....
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

U M O W A (PROJEKT)
Nr ___/Zp/2015

Zawarta zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych

W dniu ___..2015 r. pomiędzy **Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku** z siedzibą przy ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko, reprezentowanym przez:

1. _____
Zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000028548, NIP: 865-20-74-945, REGON 000306680, zwanym dalej „Kupującym” a:

reprezentowanym przez:

1. _____
zwanym dalej „Sprzedającym”
Zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w _____, _____ Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem _____ NIP: _____, posiadającym Kapitał Zakładowy: _____ zł. wpłacony w całości.

Zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr Z.II.2300/Zp/26/2015 z dnia 23/09/2015 r. na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zatwierdzonymi przez Dyrektora SPZZOZ Nisko zawarta zostaje umowa o treści następującej:

§1.

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest:

1. **Dostawa i montaż aparatu rtg do zdjęć kostnych i płucnych z systemem ucyfrowienia pośredniego**, model: _____, którego producentem jest: _____.
2. **Adaptacja pomieszczenia pod dostarczony aparat rtg według opracowanej dokumentacji** zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym integralną część niniejszej umowy, kryteriami podanymi w SIWZ i ofertą Wykonawcy.
3. Oferta przetargowa Wykonawcy z dnia ___/___/2015 r., jest załącznikiem do niniejszej umowy i stanowi integralną jej część.

§2.

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt rtg będący przedmiotem umowy do Działu Diagnostyki Obrazowej SPZZOZ w Nisku oraz wykonać adaptację pomieszczenia pod dostarczony sprzęt, zgodnie z dostarczoną Zamawiającemu dokumentacją projektową i kosztorysem oraz zgodnie ze złożoną ofertą.

§3.

TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca gwarantuje dostawę, montaż i uruchomienie przedmiotu niniejszej umowy wymieniony w §1 pkt 1, oraz wykonanie adaptacji pomieszczenia pod aparat rtg według §1 pkt 2 zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia ___/___/2015 r.
2. Dostawę urządzeń wg §1 pkt 1, Wykonawca dokona a swój koszt i ryzyko.
3. Wraz z przedmiotem niniejszej umowy wymienionym w §1 pkt 1 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim, paszportu technicznego oraz karty gwarancyjnej.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot niniejszej umowy wymieniony w §1 pkt 1 jest produktem firmy: _____ i posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w Polsce w postaci: _____.

§4.

ZAKRES BUDOWLANY UMOWY

1. Wykonawca oświadcza, że zakres rzeczowy przedmiotu umowy według §1 pkt 2 jest zgodny z projektem budowlanym opracowanym przez Wykonawcę, kosztorysami Wykonawcy oraz uzgodnieniami z Zamawiającym.
2. Przedmiot umowy winien być realizowany zgodnie z normami przywołanymi w dokumentacji projektowej.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy według §1 pkt 2 z materiałów własnych. Materiały, te winny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 27 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U z 2013 roku, poz. 1409, z późn. zm.).
4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą, europejską normą zharmonizowaną lub aprobatę techniczną oraz atest higieniczny PZH.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia frontu robót. Wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie realizacji robót objętych umową Wykonawca usuwa na swój koszt.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia (ubezpieczenia, wypadki przy pracy, uszkodzenia mienia szpitala oraz obiektów sąsiednich).
7. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających.
8. W przypadku nie poinformowania o w/w Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub umożliwić w inny sposób ich zbadanie, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.
9. Za datę zakończenia robót według §1 pkt 2 przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, po skutecznym złożeniu przez Wykonawcę wniosku o jego dokonanie.
10. Koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy zawiera się w kwocie określonej w §6 ust. 3 niniejszej umowy.
11. Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy w terminie podpisania umowy.
12. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy wynikającymi z przyjętych rozwiązań technicznych, warunkami organizacji miejsca wykonania robót i z tego tytułu nie będzie występował o wzrost wynagrodzenia określonego w §6 niniejszej umowy.
13. Nadzór koordynacyjny z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi niniejszą umową prowadził będzie: _____, tel. _____
Zakres podstawowych uprawnień i obowiązków inspektora nadzoru wynika z zapisów Art. 25 i Art. 26 ustawy Prawo budowlane.
14. Nadzór z ramienia Wykonawcy nad robotami będącymi przedmiotem umowy prowadził będzie: _____, tel. _____ pełniący obowiązki kierownika budowy. Zakres jego podstawowych obowiązków i uprawnień wynika z zapisów Art. 22 i Art. 23 ustawy Prawo budowlane.
15. Strony zgodnie uznają, że pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy ponosi Wykonawca, jako strona niniejszej umowy, niezależnie od faktu zatrudniania Podwykonawców.

§5.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

2. Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu gotowość do odbioru dostarczonych urządzeń i wykonanych robót. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru, informując o tym Wykonawcę.
3. Strony zgodnie uznają, że przedmiotem odbioru będzie w pełni wykonany przedmiot umowy.
4. Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu:
 - 1) dokumentację powykonawczą,
 - 2) atesty materiałowe, inne dokumenty, o których mowa w §3 ust. 1 i 2,
 - 3) protokoły z przeprowadzonych przez Wykonawcę pomiarów i prób,

- 4) oświadczenie o zgodności wykonania robót objętych umową z przepisami i obowiązującymi normami.
5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru dostaw i robót, w zakresie określonym w §1, sporządzony będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych, stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
7. Wobec przesłanek zaistniałych w ust. 5 i 6 rozliczenia stron podlegały będą nowemu terminowi, liczonemu od daty odbioru przedmiotu umowy wolnego od wad.

§6.

WARTOŚĆ UMOWY

1. Wartość umowy w zakresie §1 pkt 1 wynosi: _____ **zł brutto (słownie: _____**
_____), w tym należny podatek VAT w wysokości:
(słownie: _____)
2. W wartości umowy, określonej w ust. 1 zawiera się:
 - wartość netto,
 - cło,
 - opłaty celne,
 - koszt transportu loco Zamawiający,
 - koszt dojazdu serwisu,
 - koszt ubezpieczenia dostawy,
 - koszt pakowania i znakowania do transportu,
 - należny podatek VAT,
 - koszt szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi,
 - bezpłatny serwis w okresie gwarancji, w tym przeglądy wg zaleceń producenta,
 - koszt wykonania testów akceptacyjnych.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe umowy w zakresie §1 pkt 2 wynosi: _____ **zł brutto (słownie: _____**
_____), w tym należny podatek VAT
w wysokości: **(słownie: _____)**

§7.

PAKOWANIE I ZNAKOWANIE

1. Wykonawca oświadcza, że pakowanie sprzętu określonego w §1 pkt 1 będzie odpowiednie do rodzaju transportu oraz będzie chroniło przedmiot niniejszej umowy przed wszystkimi możliwymi warunkami, jakich można się spodziewać w czasie transportu.

§8.

INSTRUKCJE SPEDYCYJNE

1. Dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy określony w §1 pkt 1 zostanie złożony i zainstalowany pod nadzorem specjalistów serwisu Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu faxem, przynajmniej na dwa dni przed dostawą, informacji o terminie dostawy i terminie przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy w zakresie §1 pkt 1.

§9.

PODWYKONAWCY

(w przypadku powierzenia części prac podwykonawcom)

1. Do zawarcia przez Wykonawcę Umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcą zamówienia określonego w niniejszej umowie wymagane jest uzyskanie przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego. Przed udzieleniem takiej zgody Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji obejmującej ten zakres. Projekt Umowy o podwykonawstwo powinien zawierać wszystkie istotne postanowienia niniejszej Umowy, wpływające na zakres

- odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego. Zgoda Zamawiającego zostanie udzielona wyłącznie w przypadku, gdy projekt umowy pomiędzy Podwykonawcą a Wykonawcą w sposób odpowiedni uwzględniać będzie postanowienia Umowy, w szczególności dotyczące terminów wykonywania robót, terminów odbiorów określonych w umowie, zasad odpowiedzialności, a także warunków i zasad płatności Wynagrodzenia – w szczególności zasady, zgodnie z którą termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury potwierdzającej wykonanie czynności zleconych Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonywanych robót, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą.
2. Powierzenie Podwykonawcy robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie jakichkolwiek obowiązków przewidzianych niniejszą Umową lub przepisami prawa.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia w umowie z Podwykonawcą niniejszego zamówienia następujących klauzul umownych:
 - a) zakres i okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady wykonanej usługi nie będzie krótszy od zakresu i okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady określonego w Umowie,
 - b) Podwykonawca nie może podzlecić wykonania robót dalszemu podwykonawcy bez odrębnej pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy,
 - c) zobowiązujących Podwykonawcę do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej płatności Wykonawcy wobec Podwykonawcy w terminie 7 dni licząc od dnia powstania zaległości,
 - d) zobowiązujących Podwykonawcę do udzielania pisemnych wyjaśnień Zamawiającemu, na każde jego pisemne żądanie, dotyczących prawidłowości wypłacania przez Wykonawcę wynagrodzenia, oraz przedkładania w tym zakresie odpowiednich dokumentów,
 - e) zobowiązujących Podwykonawcę do jednoczesnego doręczania Zamawiającemu kopii wszystkich dokumentów kierowanych do Wykonawcy związanych z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia,
 - f) wymagających zgody Zamawiającego na cesję praw wynikających z umowy podwykonawstwa,
 - g) zobowiązujące Podwykonawcę do zachowania trybu i warunków opisanych w niniejszym punkcie przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawcą.
 4. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca doręczy Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię tej umowy. Zamawiający, w terminie 14 dni od doręczenia Umowy o podwykonawstwo, może zgłosić pisemny sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, gdy nie spełnia ona wymogów określonych w niniejszej umowie. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
 5. Ustalona w niniejszym artykule procedura zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą ma odpowiednie zastosowanie także w przypadku każdorazowej zmiany tej umowy.
 6. Zamawiający nie udzieli zgody na podpisanie umowy z Podwykonawcą, jeżeli z dokumentacji przetargowej wynika, że określony zakres robót ma być wykonywany bezpośrednio przez Wykonawcę.
 7. Procedura dotycząca udzielenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, opisana w niniejszym paragrafie, znajduje zastosowanie również do udzielenia przez Zamawiającego zgody na zawarcie umowy pomiędzy Podwykonawcą niniejszego zamówienia, a dalszym jego podwykonawcą.
 8. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą niniejszego zamówienia lub zawarcie umowy dalszego podwykonawstwa bez zgody Zamawiającego jest w stosunku do Zamawiającego bezskuteczne, w szczególności Zamawiający nie dopuści takiego Podwykonawcy do realizacji zamówienia.
 9. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania, Wykonawca dostarczy zestawienie Podwykonawców wraz z podaniem zakresu prac, stanu ich wykonania, wysokości wymagalnych i niewymagalnych należności oraz innych dokumentów niezbędnych dla oceny stanu rozliczeń Wykonawcy z jego Podwykonawcami.
 10. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za działania i zaniechania Podwykonawców jak za czynności własne.

§10.

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamawiający dokona płatności za dostarczony aparat rtg, o którym mowa w §1 pkt 1 niniejszej umowy w terminie _____ dni od daty wystawienia faktury VAT wraz z protokołem odbioru dostarczonych urządzeń i wykonanych robót budowlanych potwierdzonym przez Zamawiającego.
2. Płatność, o której mowa w ust. 1 będzie przekazana przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.
3. Za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Zamawiający dokona płatności za wykonane roboty budowlane, o których mowa w §1 pkt 2 niniejszej umowy w **6 miesięcznych ratach** (I rata płatna w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT. Płatność kolejnych rat następować będzie w ostatnim dniu roboczym następnego miesiąca).
5. Należność za wykonane roboty określone w §1 płacona będzie Wykonawcy po udokumentowaniu przez niego uregulowania należności Podwykonawcom wynikających z wykonanych przez Podwykonawców i odebranych przez Zamawiającego robót jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy z udziałem Podwykonawców.
6. W przypadku zawarcia umowy przez Wykonawcę, na część robót objętych niniejszą umową, z Podwykonawcą lub przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, wymagana jest zgoda Zamawiającego.
7. W wypadku robót realizowanych przez Podwykonawców Generalny Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego oraz spełnić wymogi, o których mowa w art. 647¹ Kodeksu Cywilnego.
8. Wymagane jest również okazanie Zamawiającemu faktur wystawionych przez Podwykonawców wystawionych przez nich dla Wykonawcy za roboty wykonane w związku z niniejszą umową.
9. W przypadku określonym w ust. 6 Wykonawca lub Podwykonawca winien okazać Zamawiającemu kopię stosownej umowy lub jej projekt wraz z zakresem robót, które wykonywał będzie osobiście lub z pomocą Podwykonawców.

§11.

WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany przedmiot umowy określony w §1 pkt 1 jest nowy, nie używany oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
 2. Wykonawca udziela ____ miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy określony w §1 pkt 1, która biegnie od daty otrzymania i podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.
 3. Wykonawca zapewnia w zakresie przedmiotu umowy z §1 pkt 1:
 - 1) możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę, w dni robocze,
 - 2) maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii do **48** godz. w dni robocze,
 - 3) Czas naprawy aparatu w przypadku konieczności wymiany części lub podzespołów (liczba dni roboczych) - _____,
 - 4) Czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów (w dni robocze) _____ .
 - 5) bezpłatny serwis w okresie gwarancji, w tym przeglądy wg zaleceń producenta,
 - 6) Wykonawca zapewni szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi urządzenia w lokalizacji docelowej użytkownika.
 - 7) Wykonawca zapewnia dostępność serwisu i części sprzętu określonego w §1 pkt 1 zamiennych przez okres: _____ lat.
 - 8) W przypadku 3 - krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu / podzespołu Wykonawca zobowiązuje się wymienić wadliwy element/podzespół na nowy,
 - 9) Wykonawca zapewnia pełną bezpłatną obsługę serwisową wszystkich, niezawinionych przez Zamawiającego, uszkodzeń powstałych w trakcie użytkowania dostarczonego sprzętu oraz jeden bezpłatny przegląd na rok w okresie gwarancji,
 - 10) Serwis gwarancyjny i pełny serwis pogwarancyjny sprzętu określonego w §1 pkt 1 prowadzony jest przez:
-

4. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy określonego w §1 pkt 2 zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Okres gwarancji wynosi: _____ lat, licząc od daty odbioru a okres rękojmi wynosi: _____ lat, licząc od daty odbioru.

§12.

KARY UMOWNE

1. Strony zgodnie uznają, że w przypadku nienależytego zrealizowania postanowień niniejszej umowy obowiązują je kary umowne według pkt 2 - 5.
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10 % wartości całej umowy określonej w formularzu cenowym stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
3. W przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w §3 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1 % wartości umowy określonej na podstawie §6 ust. 1 i 3 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on karę w wysokości 10 % wartości umowy określonej na podstawie §6 ust.1 i 3.
5. W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego terminu zapłaty za dostarczony przedmiot umowy, w odniesieniu do terminów określonych w §9 ust. 1 niniejszej umowy, zapłaci on Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie.
6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§13.

REKLAMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo reklamowania całości przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli nie jest on zgodny z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi uzgodnionymi w niniejszej umowie.

§14.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto: _____ zł (słownie: _____).
- Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: _____.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
3. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
 - a) Zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, **nieodwołalnie i bezwarunkowo**, na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji – Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,
 - b) termin obowiązywania gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej zawartej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

§15.

POZOSTAŁE WARUNKI UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
4. W przypadku określonym w ust. 3 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§16.

1. Przeniesienia ewentualnych zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy na osobę trzecią, Wykonawca może dokonać po upływie 30 dni, po uprzedzeniu Zamawiającego o tej czynności oraz uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Powiatu Nizańskiego na cesję wierzytelności na podstawie art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, poz. 217 z późn. zm.)

§17.

1. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy lub z nimi związane rozstrzyga właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

§18.

1. Niniejszą umowę sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1. Oferta Wykonawcy z dnia: ___/___/2015 r.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

